

**ALL. A -Elenco materiali con caratteristiche di esclusività-**

<p align="center"><b>PRODOTTO DI RIFERIMENTO ATTUALMENTE IN USO</b></p>	<p align="center"><b>DESCRIZIONE TECNICA-ELEMENTI DI PRESUNTA ESCLUSIVITA'</b></p>	<p align="center"><b>FABBISOGNO</b></p>
<p>418000 FLEXISEAL SIGNAL KIT 421630 FLEXI SEAL SIGNAL PROTECT 411101 FLEXISEAL sacche raccolta standard 411108 FLEXISEAL sacche di ricambio con filtro avanzato</p>	<p>Dispositivi per la gestione dell'incontinenza fecale dei pazienti con feci liquide e semi-liquide: -palloncino di ancoraggio a bassa pressione con tasca per l'applicazione digitale (posizionamento del dispositivo facile, veloce, sicuro e minimamente invasivo), - indicatore di riempimento per segnalare il corretto e personalizzato volume di gonfiaggio del palloncino. -sacche graduate per la raccolta delle deiezioni, dotate di filtro, valvola antireflusso e tappo di sicurezza integrato che consentano una gestione facilitata del materiale fecale espulso, minimizzando l'esposizione degli operatori sanitari al contatto con le deiezioni (protezione da versamenti accidentali anche durante le operazioni di sostituzione della sacca, garantendo inoltre una efficace gestione del cattivo odore), -totale assenza di componenti rigide in tutte le parti del dispositivo a diretto contatto con il paziente, tale da ridurre al minimo il trauma per il paziente.</p>	<p align="center">20pz(kit) 200(sacche)</p>
<p>KIT MARS PER PRISMAFLEX</p>	<p>Kit terapeutico MARS monouso dedicato all'abbinamento della terapia con il sistema PRISMAFLEX Dispositivo per detossificazione fegato in emergenza da utilizzarsi in procedure che abbiano la finalità di eliminare dal sangue le tossine legate alle proteine e/o tossine idrosolubili, in particolare in caso di insufficienza epatica acuta o cronica, spesso accompagnata da intossicazione endogena, ittero o stato comatoso. Utilizzo con Monitor per il monitoraggio e regolazione dei parametri terapeutici rilevati dal circuito dell'albumina.</p>	<p align="center">9</p>

**ALL. A -Elenco materiali con caratteristiche di esclusività-**

<b>PRODOTTO DI RIFERIMENTO ATTUALMENTE IN USO</b>	<b>DESCRIZIONE TECNICA-ELEMENTI DI PRESUNTA ESCLUSIVITA'</b>	<b>FABBISOGNO</b>
TEST RAPIDO PER RICERCA ANTIGENE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE IN URINE E LIQUOR	Test rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene di S. pneumoniae nelle urine di pazienti affetti da polmonite e nel liquido cerebrospinale di pazienti affetti da meningite. Il test deve essere certificato FDA per ricerca nel liquor cerebrospinale.	21
TEST RAPIDO PER DETERMINAZIONE LIQUIDO AMNIOTICO, AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE PER UN AIUTO NELLA DIAGNOSI DI ROTTURA PREMATURA DELLE MEMBRANE FETALI Alere Actim PROM	Test immunocromatografico rapido, qualitativo su striscia ad interpretazione visiva, per la determinazione di liquido amniotico in secreto vaginale, durante il periodo della gravidanza. Il test deve fornire risultati accurati indipendentemente dal fatto che siano presenti le comuni sostanze contaminanti, (sperma e urina) e il risultato non deve essere influenzato da contaminanti comuni, quali farmaci, detersivi e lubrificanti.	480
GUIDE ADVVANTAGE	Guida angio super stiff in lega di nitinol con rivestimento esterno prossimale spiralato in PTFE e punta distale (25cm) standard idrofila. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punta flessibile e rastremata di facile inserimento della guida con minime possibilità di danno vascolare durante il posizionamento.</li> <li>• Anima in nitinol con perfetto controllo di torsione, flessibilità, indeformabilità ed eccellente memoria; struttura, priva di "effetto molla", che non viene danneggiata da sollecitazioni anche ripetute.</li> <li>• Monopezzo: corpo unico senza saldature, per la massima sicurezza durante la procedura e per eliminare ogni possibilità di piegatura o rottura.</li> </ul>	285
COLLA CHIRURGICA GLUBRAN 2	COLLA CHIRURGICA idonea all'utilizzo endovascolare, endoscopico e trattamento delle varici del fondo gastrico Colla chirurgica sintetica a base cianoacrilica modificata. Liquido pronto all'uso, trasparente, di colore giallo chiaro che polimerizza rapidamente creando una sottile pellicola che si conforma naturalmente all'anatomia dei tessuti su cui viene apposta, impermeabile e facilmente attraversata da ago di sutura.	18

**ALL. A -Elenco materiali con caratteristiche di esclusività-**

<p align="center"><b>PRODOTTO DI RIFERIMENTO ATTUALMENTE IN USO</b></p>	<p align="center"><b>DESCRIZIONE TECNICA-ELEMENTI DI PRESUNTA ESCLUSIVITA'</b></p>	<p align="center"><b>FABBISOGNO</b></p>
<p>PARTICELLE EMBOLIZZANTI EMBOZENE</p>	<p>Microparticelle sferiche non riassorbibili per embolizzazione selettiva e superselettiva ad elevata biocompatibilità. Il 95% delle microparticelle è all'interno della variazione di dimensione, necessaria qualora si eseguano procedure di embolizzazione super-selettive. La superficie esterna delle microparticelle è costituita da un nanopolimero che garantisce, ai materiali sui quali è applicato, le seguenti proprietà : Biocompatibilità, Anti infiammatoria, Resistenza batterica</p>	<p align="center">50</p>
<p>PARTICELLE EMBOLIZZANTI COLORATE PRECARICATE IN SIRINGA</p>		
<p>CHOCOLATE</p>	<p>CATETERE A PALLONE PER ANGIOPLASTICA FEMORO-POPLITEA caratteristica peculiare del palloncino compreso in una struttura di contenimento in nitinolo che assicura rapido sgonfiaggio e riavvolgimento uniforme, con rimozione della stessa insieme al catetere durante la fase di sgonfiaggio. Dispositivo in grado così di ridurre il rischio di dissezioni con riduzione di impianto di stent.</p>	<p align="center">10</p>
<p>DISCOGEL</p>	<p>Dispositivo per il trattamento miniinvasivo percutaneo di ernie discali. Dispositivo a base di etanolo gelificato che attraverso una azione di tipo meccanico causa la disidratazione della protuberanza discale.</p>	<p align="center">10</p>

**ALL. A -Elenco materiali con caratteristiche di esclusività-**

<p align="center"><b>PRODOTTO DI RIFERIMENTO ATTUALMENTE IN USO</b></p>	<p align="center"><b>DESCRIZIONE TECNICA-ELEMENTI DI PRESUNTA ESCLUSIVITA'</b></p>	<p align="center"><b>FABBISOGNO</b></p>
<p>BIOSENTRI</p>	<p>Dispositivo indicato per la prevenzione del pneumotorace (ptx) durante le biopsie polmonari TC guidate. Biocompatibile e riassorbibile (sistema che consente il rilascio di un plug in idrogel a livello della membrana pleurica che evita il rischio di pneumotorace).Compatibile con aghi coassiali 17-19 G.</p>	<p align="center">30</p>
<p>SISTEMA PER LA FISSAZIONE DI TENDINI E TESSUTI TOGGLELOC ZIPLOOP</p>	<p>Sistema non riassorbibile specificatamente progettato e indicato come ausilio nelle procedure di ricostruzione crociato anteriore, lussazione clavicola, reinserimento del bicipite distale, fissazione tibiale di un innesto di tessuto molle per riparare/ricostruire il legamento crociato anteriore/posteriore.</p>	<p align="center">19</p>
<p>SUTURA IN POLIETILENE INTRECCIATO AD ALTO PESO MOLECOLARE TIPO MAX BRAID</p>	<p>Sutura sterile non assorbibile in polietilene intrecciato ad alto peso molecolare . Indicata in procedure di approssimazione e/o legatura dei tessuti molli, compreso l'uso del tessuto per allotrapianto per interventi di chirurgia ortopedica. Con ago premontato, calibri dal 5 al 4/0.</p>	<p align="center">84</p>
<p>ANCORETTE MINILOK QA CON 2/0 PANACRYK AGO RB-1</p>	<p>Ancora/introduttore monouso, precaricato, progettato per l'inserimento dell'ancora all'interno dell'osso. Ancorette assorbibile in acido polilattico (PLA). Sutura assorbibile intrecciata POLI (L-LACTIDE/GLICOLIDE) 2/0 con ago. Indicate per il fissaggio del tessuto molle all'osso, tramite l'uso di sutura, per Mano (ricostruzione legamento collaterale laterale o ulnare) e Polso (ricostruzione del legamento scafolunato).</p>	<p align="center">32</p>

**ALL. A -Elenco materiali con caratteristiche di esclusività-**

<p align="center"><b>PRODOTTO DI RIFERIMENTO ATTUALMENTE IN USO</b></p>	<p align="center"><b>DESCRIZIONE TECNICA-ELEMENTI DI PRESUNTA ESCLUSIVITA'</b></p>	<p align="center"><b>FABBISOGNO</b></p>
<p>MICROFIX QA CON 3/0 ETHIBOND AGO V-4</p>	<p>Ancora/introduttore monouso, precaricato, progettato per l’inserimento dell’ancora all’interno dell’osso. Ancorette assorbibile in acido polilattico (PLA). Sutura non assorbibile in poliestere intrecciato 3/0 con ago. Indicato per Mano riparazione/ricostruzione dei legamenti collaterali del tendine flessore ed estensore alle articolazioni PIP (interfalangea prossimale), DIP (interfalangea distale) e MCP (interfalangea metacarpale) di tutte le dita). Sutura non assorbibile in poliestere intrecciato 3/0 con ago.</p>	<p align="center">13</p>
<p>SISTEMI PER ATERECTOMIA CORONARICA ROTAZIONALI FRESE ROTALINK ROTABLATOR ROTALINK PLUS GUIDE ROTAWIRE CONSOLLE ROTABLATOR</p>	<p>SISTEMI PER ATERECTOMIA CORONARICA ROTAZIONALI sistema per angioplastica rotazionale; dispositivo per angioplastica che utilizza una fresa ellittica rivestita di diamante all’estremità di un catatere flessibile. La fresa, di diversi diametri, si sposta coassialmente ad una guida e ruotando a velocità diverse in base al diametro riduce la placca in piccole particelle che vengono eliminate dal reticolo-endoteliale. Tale da essere utilizzata singolarmente che in associazione con angioplastica a palloncino.</p>	<p>5(frese ROTALINK PLUS) 1((GUIDA RotaWire)</p>
<p>GLIDESHEATH SLENDER</p>	<p>Kit introduttore idrofilo per accesso radiale “5 in 4”; “6 in 5”; “7 in 6” con parete ultra-sottile. Per utilizzo in procedure angiografiche e di angioplastica coronaria.</p>	<p align="center">30</p>

**ALL. A -Elenco materiali con caratteristiche di esclusività-**

<b>PRODOTTO DI RIFERIMENTO ATTUALMENTE IN USO</b>	<b>DESCRIZIONE TECNICA-ELEMENTI DI PRESUNTA ESCLUSIVITA'</b>	<b>FABBISOGNO</b>
MITRACLIP	Sistema transcateretere percutaneo di riduzione dell'insufficienza mitralica. Sistema utilizzato per la ricostruzione della valvola mitrale insufficiente per mezzo dell'avvicinamento del tessuto (tramite utilizzo di "clip").	7
SUTURATRICE ENDO CLOSE	Dispositivo di chiusura per trocar dotato di meccanismo a stiletto caricato a molla. Per applicazione in procedure chirurgiche in cui è necessario eseguire l'approssimazione di tessuti e suture percutanee per la chiusura dei siti di incisione.	36
CLIP PER LEGATURA DEI VASI IN POLIMERO NON ASSORBIBILE HEMOLOK	Clip per legatura dei vasi in polimero non assorbibile, varie misure per vasi di diametro da 3 a 16mm	770 940
HAR ACE 5MM CODICI HARH23M HARH36M (HARMONIC ACE® + 7)	Forbici Laparoscopiche con emostasi avanzata e diametro 5 mm, lunghezza 36 cm e 23 cm. Indicato per il sigillo di vasi fino a 7 mm di diametro con l'attivazione della relativa modalità Advanced Hemostasis. Sterile, monouso. ESCLUSIVO E DEDICATO PER SISTEMI DI TAGLIO, EMOSTASI E DISSEZIONE ULTRACISION	24 372

**ALL. A -Elenco materiali con caratteristiche di esclusività-**

<p align="center"><b>PRODOTTO DI RIFERIMENTO ATTUALMENTE IN USO</b></p>	<p align="center"><b>DESCRIZIONE TECNICA-ELEMENTI DI PRESUNTA ESCLUSIVITA'</b></p>	<p align="center"><b>FABBISOGNO</b></p>
<p>ELETTROPORAZIONE IRREVERSIBILE NANOKNIFE</p>	<p>Dispositivo che utilizza una tecnica NON TERMICA e destinato al trattamento di tumori non suscettibili di termoablazione con Radiofrequenza o Microonde. Tecnica che utilizza campi elettrici per indurre alterazioni della permeabilità delle membrane cellulari senza che le cellule, le strutture vascolari o biliari vengano intaccate dal processo di distruzione sul tumore. Generatore fornito in uso gratuito con: -SONDA A ELETTRODO SINGOLO PER ABLAZIONE sonde standard, costituite da aghi trocar calibro 19, con relativi marcatori di profondità, elettrodo con porzione attiva regolabile, cavo di collegamento; -SONDA DI ATTIVAZIONE A ELETTRODO SINGOLO sonde composte da aghi trocar calibro 19, con relativi marcatori di profondità; elettrodo con porzione attiva regolabile, cavo di collegamento e etichette sterili che identificano il numero di porta corrispondente sul generatore.</p>	<p align="center"><b><u>4 PROCEDURE</u></b></p>
<p>SISTEMA DI IRRIGAZIONE/ASPIRAZIONE DOLPHIN</p>	<p>Sistema di irrigazione – aspirazione per interventi laparoscopici composto da manipolo, tubo di lavaggio ed aspirazione, con cannula in acciaio rivestita di Teflon, per evitare la conduzione elettrica accidentale, con fori laterali lunga circa 33 cm e spike ad alto flusso. Sistema fornito con uso gratuito della relativa pompa (UNITA' ELETTRONICA DI CONTROLLO PER SISTEMI DI IRRIGAZIONE E ASPIRAZIONE) tale da garantire flussi di esercizio fino circa a 6.000 cc/min. Manipolo, con impugnatura ergonomica a pistola, dotato di GRIP ANTISCIVOLO è in grado di lavorare sia “a getto continuo”, sia in modalità “pulsato” (intermittente). Manipolo è dotato di un attacco che permette la sostituzione in qualsiasi momento della cannula standard con una cannula di calibro e/o lunghezza diversa.</p>	<p align="center">200</p>