

DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE				
LOTTO	REQUISITI MINIMI	DESCRIZIONE TECNICA	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO	CAMPIONATURA (PZ)
1	<p>Deve essere classificato come DPI di categoria II in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 475 del 04.12.1992 di recepimento della Direttiva Europea 89/686/CEE e successive modificazioni e possedere la marcatura CE in ottemperanza alla normativa tecnica EN 166.</p> <p>Deve essere realizzato in materiale anallrgico, privo di lattice.</p> <p>Deve essere indossabile insieme ad altri DPI (facciale filtrante, cuffie, etc).</p> <p>Deve essere idoneo all'utilizzo abbinato a occhiali correttivi.</p> <p>Deve essere idoneo alla prtezione da gocce e spruzzi liquidi contenenti agenti biologici/chimici.</p> <p>Deve essere sterilizzabile e devono essere indicate le modalità.</p> <p>Deve avere lenti otticamente neutre di buona qualità ottica che sono state sottoposte a trattamento antiappannante.</p> <p>Deve essere lavabile e devno essere fornite le modalità di corretta manutenzione, pulizia e conservazione.</p> <p>CONFEZIONAMENTO: confezionato singolarmente.</p>	<p>OCCHIALI PROTETTIVI DI SICUREZZA DI PROTEZIONE SUL LATO FRONTALE E LATERALE da gocce e spruzzi liquidi, CON LENTI IN POLICARBONATO TRASPARENTI, COMODI, CONFORTEVOLI (anche dopo utilizzo prolungato), pratici. Rispondenti a quanto previsto dalla normativa in materia di DPI PER ATTIVITA' SANITARIA.</p>	970	5
2	<p>Deve essere classificato come DPI di categoria II in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 475 del 04.12.1992 di recepimento della Direttiva Europea 89/686/CEE e successive modificazioni e possedere la marcatura CE in ottemperanza alla normativa tecnica EN 166. Certificazione per la presenza di filtri UV o altri (EN 172).</p> <p>Deve essere dotato di montatura regolabile e adattabile alle diverse configurazioni del capo dell'utilizzatore.</p> <p>Deve essere realizzato in materiale anallergico, privo di lattice.</p> <p>Deve essere indossabile insieme ad altri DPI (facciale filtrante, cuffie, etc).</p> <p>Deve essere idoneo all'utilizzo abbinato a occhiali correttivi.</p> <p>Deve essere idoneo alla protezione da gocce e spruzzi liquidi contenenti agenti biologici.</p> <p>Deve essere sterilizzabile e devono essere indicate le modalità.</p> <p>Deve avere lenti otticamente neutre di buona qualità ottica che sono state sottoposte a trattamento antiappannante.</p> <p>Deve essere lavabile e devono essere fornite le modalità di corretta manutezione, pulizia e conservazione.</p> <p>CONFEZIONAMENTO: confezionato singolarmente.</p>	<p>VISIERA PROTETTIVA TRASPARENTE; dispositivo di protezione occhi-viso da indossare per la tutela dell'operatore sanitario per la protezione da gocce e spruzzi liquidi. COMODI, CONFORTEVOLI (anche dopo utilizzo prolungato), PRATICI. Rispondenti a quanto previsto dalla normativa in materia di DPI PER ATTIVITA' SANITARIA.</p>	30	2