

Caratteristiche Tecniche

LOTTO N. 1 - N. 5 Monitor Paziente

Lo strumento deve essere preconfigurato con schermo TFT a colori da 12.1", visualizzazione fino a 8 tracce. La configurazione deve includere:

- Unità base con monitoraggio ECG 3/5 derivazione, respiro, NIBP, SpO2, n. 2 temperature, calcoli automatici;
- Cavo ECG 5 terminali a clip, sensore saturimetria con cavo, tubo di gonfiaggio e bracciale adulti, sonda temperatura cutanea;
- Registratore 3 canali;
- Batterie al litio;
- Carrello di sostegno su ruote.

LOTTO N. 2 - N. 1 Congelatore – 80°

Lo strumento deve essere preferibilmente orizzontale, ad accesso controllato (con chiave), allarmato e dotato di sistema per la registrazione in continuo della temperatura e con foro passante per l'inserimento di una seconda sonda di monitoraggio della temperatura

Dimensioni indicative:

Esterne mm 730 (L) x 990 (P) x 1100 (H)

Interne mm 450 (L) x 560 (P) x 450 (H)

Volume circa 110L