

**AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA"  
TERNI**

**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE TRIENNALE DELLA FORNITURA DI MASCHERE E CUSCINI DI IMMOBILIZZAZIONE, OCCORRENTE PER LA S.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI.**

Questa Azienda Ospedaliera S. Maria intende procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b e comma 6) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, all'attivazione di una procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l'acquisizione triennale della fornitura di **MASCHERE E CUSCINI DI IMMOBILIZZAZIONE, OCCORRENTE PER LA S.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI**, meglio specificata nell'**Allegato A**, per un importo totale della gara di Euro 32.010,00 IVA esclusa, da sottoporre a ribasso.

La procedura sarà aggiudicata ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il criterio **del prezzo più basso, per fornitura conforme alla richiesta**.

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse a essere invitati alla procedura per la fornitura in oggetto.

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall' art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dalle norme di gara e dal Regolamento Aziendale per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 476 del 23/05/2017.

**CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici abilitati a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui al bando "*BENI – Forniture specifiche per la Sanità*", che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda Ospedaliera entro il **15.12.2019 ORE 12.00** con le modalità indicate nel documento allegato "*Disciplinare telematico*" dichiarando che:

- l'impresa che rappresenta risulta abilitata a operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al bando "BENI – Forniture specifiche per la Sanità",
- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della fornitura;
- il fatturato globale d'impresa prodotto negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili;
- di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura in favore di Committenti pubblici o privati. La richiesta dovrà essere corredata da copia fronte/retro di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i.; per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a disposizione unitamente al presente avviso (**allegato C**). All'istanza dovrà essere allegato il patto di integrità (**allegato D**).

#### **AVVERTENZE:**

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni d'interesse non vincolano in alcun modo l'Azienda sanitaria, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità a essere invitati a presentare l'offerta.

#### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sopra richieste dovranno pervenire sulla piattaforma Net4market con le modalità indicate nel documento allegato (All. B) "Disciplinare telematico" entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 15.20.2019**.

Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Paola Zampa  
Per informazioni e/o chiarimenti rif.:  
Dott.ssa Paola Zampa Tel: 0744 205689 – Fax: 0744 205252

## **ALLEGATO A**

### **lotto 1**

n. 180 maschere di immobilizzazione encefalo per radioterapia stereotassica, con le caratteristiche di seguito indicate:  
con 3 fori laterali a dx e sx (diametro 7 mm. E distanza tra i fori 7 cm.)  
per l'aggancio allo stativo poggiatesta della Ditta Elekta, attualmente  
in uso presso la S.C. Radioterapia Oncologica  
larghezza totale della maschera cm 44,7  
lunghezza totale della maschera cm 17,5  
il lato che va a contatto con il paziente deve essere ricoperto da  
materiale morbido, antiaderente e vellutato  
la maschera deve essere ammorbidita in vaschetta termostatico con  
acqua a 70° centigradi  
una volta modellata deve mantenere le caratteristiche di resistenza e  
forma del viso del paziente (senza subire modificazioni dovute al  
raffreddamento)

### **lotto 2**

n. 330 maschere body per radioterapia stereotassica, con le  
caratteristiche di seguito indicate:  
spessore di 3 mm. circa  
la maschera deve essere ammorbidita in vaschetta termostatico con  
acqua a 70° centigradi  
buona malleabilità e buona conformazione in 2-3 minuti  
una volta modellata la maschera deve mantenere la forma del corpo  
del paziente, essere resistente e non subire diminuzioni o ritiro delle  
dimensioni acquisite in fase di conformazione dovute al  
raffreddamento  
deve avere 8 innesti di bloccaggio, 4 a destra e 4 a sinistra per il  
bloccaggio alla tavola in fibra di carbonio in uso presso questa Azienda  
Ospedaliera.

### **lotto 3**

n. 15 cuscini per il posizionamento dei pazienti sottoposti a terapia  
radiante della prostata e del polmone, con le caratteristiche di seguito  
indicate:  
capacità 35 litri  
dim. Cm 100x70  
contenuto interno di microsfere di polistirene

esterno costituito da materiale in nylon di elevato spessore, lavabile e resistente ai danneggiamenti dovuti a punture e infiltrazioni d'aria  
l'aria presente all'interno deve essere evacuabile con apposita pompa a vuoto di tipo standard  
in un angolo del cuscino presenza di un anello rinforzato adatto all'inserimento di un gancio per lo stoccaggio, in altro angolo un sistema a doppia valvola a tenuta ermetica per poter far entrare e uscire l'aria  
conformabile al corpo del paziente, riutilizzabile di lunga durata e con ottima riproducibilità del posizionamento  
i cuscini a richiesta debbono poter essere equipaggiati con barre per l'aggancio ai lettini di trattamento e simulazione.

Le quantità sopraindicate devono intendersi presunte e riferite a un periodo di 36 mesi.