

AGO CANNULA LOTTO 1 - 2- 4		DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO MAX ASSEGNATO
<u>Caratteristiche tecnologiche del prodotto</u>			
Caratteristiche del catetere	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Privo di memoria in caso di inginocchiamento Connessione al cono resistente Catetere interamente radiopaco Copricatetere staccabile facilmente.	18
Caratteristiche dell'ago	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Ago di robustezza tale che, se piegato ad angolo retto, non si spezza Indeformabilità dell'ago durante la manovra di introduzione Affilatura e penetrabilità	20
Caratteristiche del cono/camera di reflusso		Trasparenza	3
Ergonomia dell'impugnatura del sistema d'introduzione e caratteristiche delle alette di plastica	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Facilità nella presa Stabilità durante l'introduzione nella vena della cannula Flessibilità delle alette	9

<u>Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, informazione sul corretto utilizzo)</u>			
Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica)	Valutazione della documentazione tecnica (scheda tecnica)	La scheda tecnica riporta specifico riferimento a tutte le caratteristiche tecniche richieste da capitolato	6
<u>Valutazione del confezionamento (chiarezza delle indicazioni, robustezza dell'involucro, maneggevolezza nell'apertura ecc.)</u>			
Confezionamento	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Robustezza del confezionamento primario Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura Completezza di informazioni riportate nel confezionamento, chiarezza e leggibilità delle stesse	6
<u>Assistenza post vendita</u>			
disponibilità allo svolgimento di corso di addestramento all'uso del DM	Valutazione della documentazione proposta (dichiarazione d'impegno da parte della ditta)	presenza del criterio stesso	4
disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48ore	Valutazione della documentazione proposta (dichiarazione d'impegno da parte della ditta)	presenza del criterio stesso	4
PUNTEGGIO TOTALE			70

AGO CANNULA DI SICUREZZA LOTTO 3 - 5		DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO MAX ASSEGNATO
<u>Caratteristiche tecnologiche del prodotto</u>			
Caratteristiche del catetere	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Privo di memoria in caso di inginocchiamento Connessione al cono resistente Catetere interamente radiopaco Copricatetere staccabile facilmente.	12
Caratteristiche dell'ago	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Ago di robustezza tale che, se piegato ad angolo retto, non si spezza Indeformabilità dell'ago durante la manovra di introduzione Affilatura e penetrabilità	20
Caratteristiche del cono/camera di reflusso	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Trasparenza	2
Ergonomia dell'impugnatura del sistema d'introduzione e caratteristiche delle alette di plastica	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Facilità nella presa Stabilità durante l'introduzione nella vena della cannula Flessibilità delle alette	6
<u>Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, informazione sul corretto utilizzo)</u>			
Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica)	Valutazione della documentazione tecnica (scheda tecnica)	La scheda tecnica riporta specifico riferimento a tutte le caratteristiche tecniche richieste da capitolato	6

<u>Valutazione del confezionamento (chiarezza delle indicazioni, robustezza dell'involucro, maneggevolezza nell'apertura ecc.)</u>			
Confezionamento	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Robustezza del confezionamento primario Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura Completezza di informazioni riportate nel confezionamento, chiarezza e leggibilità delle stesse	6
<u>Caratteristiche del sistema di sicurezza:</u>			
Caratteristiche del sistema di sicurezza:	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Attivazione del dispositivo di sicurezza verificabile da parte dell'operatore in modo uditivo e visivo Efficienza del meccanismo di sicurezza, (non è disattivabile, l'attivazione avviene sempre a prescindere dalla volontà dell'operatore) Manualità, facilità d'uso, precocità di attivazione	12
<u>Assistenza post vendita</u>			
disponibilità allo svolgimento di corso di addestramento all'uso del DM	Valutazione della documentazione proposta (dichiarazione d'impegno da parte della ditta)	presenza del criterio stesso	3
disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48ore	Valutazione della documentazione proposta (dichiarazione d'impegno da parte della ditta)	presenza del criterio stesso	3
PUNTEGGIO TOTALE			70

KIT PER CATERIZZAZIONE VENOSA-ARTERIOSA LOTTO 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 21		DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO MAX ASSEGNATO
<u>Caratteristiche tecnologiche del prodotto</u>			
Facilità di impianto, di inserimento	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Il dispositivo può essere facilmente impiantato, anche in casi più complicati. Buona pushability (caratteristiche di avanzamento intravenoso)	8
Caratteristiche del catetere	Prova tecnica sulla campionatura richiesta - Valutazione della documentazione tecnica	Corpo catetere costante Presenza guaina protettiva sul corpo del catetere Resistenza al kinking e alla rottura Minor rapporto lume esterno/interno Punta distale morbida Marcatura chiaramente visibile Marcatura presente su tutta la lunghezza Interamente radiopaco	24
Caratteristiche ago/guida	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Maggior potere di penetrazione dell'ago e minore traumaticità della punta della guida	14
<u>Completezza del kit</u>			
presenza di tutti gli elementi costituenti il kit come richiesti	Valutazione della documentazione tecnica	presenza del criterio stesso	3
presenza di elementi aggiuntivi oltre i richiesti	Valutazione della documentazione tecnica	presenza del criterio stesso	3

<u>Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, informazione sul corretto utilizzo)</u>			
Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica)	Valutazione della documentazione tecnica (scheda tecnica)	La scheda tecnica riporta specifico riferimento a tutte le caratteristiche tecniche richieste da capitolato	6
<u>Assistenza post vendita</u>			
disponibilità allo svolgimento di corso di addestramento all'uso del DM	Valutazione della documentazione proposta (dichiarazione d'impegno da parte della ditta)	presenza del criterio stesso	3
disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48ore	Valutazione della documentazione proposta (dichiarazione d'impegno da parte della ditta)	presenza del criterio stesso	3
<u>Valutazione del confezionamento (chiarezza delle indicazioni, robustezza dell'involucro, maneggevolezza nell'apertura ecc.)</u>			
	Prova tecnica sulla campionatura richiesta - Valutazione della documentazione tecnica	Robustezza del confezionamento primario Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura Completezza di informazioni riportate nel confezionamento, chiarezza e leggibilità delle stesse Disponibilità di documenti che permettano la rintracciabilità del DM (etichetta paziente, diario delle infusioni,opuscolo informativo per il paziente)	6
PUNTEGGIO TOTALE			70

AGO CANNULA ARTERIOSO DI SICUREZZA LOTTO 18 - 19		DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO MAX ASSEGNATO
<u>Caratteristiche tecnologiche del prodotto</u>			
Caratteristiche del catetere	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Privo di memoria in caso di inginocchiamento Connessione al cono resistente Catetere interamente radiopaco Copricatetere staccabile facilmente.	12
Caratteristiche dell'ago	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Ago di robustezza tale che, se piegato ad angolo retto, non si spezza Indeformabilità dell'ago durante la manovra di introduzione Affilatura e penetrabilità	12
Caratteristiche del cono/camera di reflusso	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Trasparenza	3
Ergonomicità dell'impugnatura del sistema d'introduzione e caratteristiche delle alette di plastica	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Facilità nella presa Stabilità durante l'introduzione nella vena della cannula Flessibilità delle alette	9
Setto antireflusso	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Multiattivazione Automatico (chiusura AUTOMATICA del setto una volta rimosso l'ago) Tenuta del setto	8
<u>Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, informazione sul corretto utilizzo)</u>			
Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica)	Valutazione della documentazione tecnica (scheda tecnica)	La scheda tecnica riporta specifico riferimento a tutte le caratteristiche tecniche richieste da capitolato	4

<u>Valutazione del confezionamento (chiarezza delle indicazioni, robustezza dell'involucro, maneggevolezza nell'apertura ecc.)</u>			
Confezionamento	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Robustezza del confezionamento primario Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura Completezza di informazioni riportate nel confezionamento, chiarezza e leggibilità delle stesse	4
<u>Caratteristiche del sistema di sicurezza:</u>			
Caratteristiche del sistema di sicurezza:	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Attivazione del dispositivo di sicurezza verificabile da parte dell'operatore in modo uditivo e visivo Efficienza del meccanismo di sicurezza, (non è disattivabile, l'attivazione avviene sempre a prescindere dalla volontà dell'operatore) Manualità, facilità d'uso, precocità di attivazione	12
<u>Assistenza post vendita</u>			
disponibilità allo svolgimento di corso di addestramento all'uso del DM	Valutazione della documentazione proposta (dichiarazione d'impegno da parte della ditta)	presenza del criterio stesso	3
disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48ore	Valutazione della documentazione proposta (dichiarazione d'impegno da parte della ditta)	presenza del criterio stesso	3
PUNTEGGIO TOTALE			70

CATETERE OMBELICALE LOTTO 6		DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO MAX ASSEGNATO
<u>Caratteristiche tecnologiche del prodotto</u>			
Caratteristiche del catetere	Prova tecnica sulla campionatura richiesta - Valutazione della documentazione tecnica	Privo di memoria in caso di inginocchiamento Caratteristiche della punta idonea alla destinazione d'uso Marcatura chiaramente visibile Marcatura presente su tutta la lunghezza Interamente radiopaco Morbidezza	30
Facilità di impianto, di inserimento	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Il dispositivo può essere facilmente impiantato, anche in casi più complicati. Buona pushability (caratteristiche di avanzamento)	12
<u>Gamma</u>			
Ampiezza della gamma	Valutazione della documentazione tecnica (scheda tecnica)	Completezza della offerta per tutte le misure richieste	6
<u>Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, informazione sul corretto utilizzo)</u>			
Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica)	Valutazione della documentazione tecnica (scheda tecnica)	La scheda tecnica riporta specifico riferimento a tutte le caratteristiche tecniche richieste da capitolato	6

<u>Valutazione del confezionamento (chiarezza delle indicazioni, robustezza dell'involucro, maneggevolezza nell'apertura ecc.)</u>			
Confezionamento	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Robustezza del confezionamento primario Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura Completezza di informazioni riportate nel confezionamento, chiarezza e leggibilità delle stesse	8
<u>Assistenza post vendita</u>			
disponibilità allo svolgimento di corso di addestramento all'uso del DM	Valutazione della documentazione proposta (dichiarazione d'impegno da parte della ditta)	presenza del criterio stesso	4
disponibilità alla consegna in urgenza nelle 24ore	Valutazione della documentazione proposta (dichiarazione d'impegno da parte della ditta)	presenza del criterio stesso	4
PUNTEGGIO TOTALE			70

SISTEMI DI ACCESSO VENOSO IMPIANTABILI SOTTOCUTANEI LOTTO-15 -16 - 17		DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO MAX ASSEGNATO
<u>Caratteristiche tecnologiche del prodotto</u>			
Facilità di impianto, di inserimento	Prova tecnica sulla campionatura richiesta	Il dispositivo può essere facilmente impiantato, anche in casi più complicati. Atraumaticità del sistema di introduzione	14
Caratteristiche della camera	Prova tecnica sulla campionatura richiesta - Valutazione della documentazione tecnica	Resistenza alla ripetuta introduzione di aghi Radipacità completa Tenuta del raccordo reservoir-catetere	14
Caratteristiche del catetere	Prova tecnica sulla campionatura richiesta - Valutazione della documentazione tecnica	Resistenza al kinking e alla rottura Minor rapporto lume esterno/interno Radipacità completa	14
<u>Completezza del kit</u>			
presenza di tutti gli elementi costituenti il kit come richiesti	Valutazione della documentazione tecnica	presenza del criterio stesso	4
presenza di elementi aggiuntivi oltre i richiesti	Valutazione della documentazione tecnica	presenza del criterio stesso	4

<u>Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, informazione sul corretto utilizzo)</u>			
Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica)	Valutazione della documentazione tecnica (scheda tecnica)	La scheda tecnica riporta specifico riferimento a tutte le caratteristiche tecniche richieste da capitolato Viene presentata chiara documentazione relativa ai valori di pressione massima e di flusso Viene presentata chiara documentazione certificante la compatibilità RMN	8
<u>Valutazione del confezionamento (chiarezza delle indicazioni, robustezza dell'involucro, maneggevolezza nell'apertura ecc.)</u>			
Confezionamento	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Robustezza del confezionamento primario Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura Completezza di informazioni riportate nel confezionamento, chiarezza e leggibilità delle stesse	6
<u>Assistenza post vendita</u>			
disponibilità allo svolgimento di corso di addestramento all'uso del DM	Valutazione della documentazione proposta (dichiarazione d'impegno da parte della ditta)	presenza del criterio stesso	3
disponibilità alla consegna in urgenza nelle 24ore	Valutazione della documentazione proposta (dichiarazione d'impegno da parte della ditta)	presenza del criterio stesso	3
PUNTEGGIO TOTALE			70

DISPOSITIVO ACCESSO INTRAVENOSO LOTTO 22		DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PREFERENZIALI	PUNTEGGIO MAX ASSEGNATO
<u>Caratteristiche tecnologiche del prodotto</u>			
Caratteristiche della camera	Prova tecnica sulla campionatura richiesta - Valutazione della documentazione tecnica	Tenuta del setto, assenza di reflusso al momento della disconnessione Accesso sigillato Facilmete Disinfettabile Corpo perfettamente trasparente per un efficace visualizzazione del percorso interno Ampiezza del periodo di utilizzo validato (ovvero numerosità degli accessi permessi) Perfetta raccordabilità	50
<u>Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, informazione sul corretto utilizzo)</u>			
Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica)	Valutazione della documentazione tecnica (scheda tecnica)	La scheda tecnica riporta specifico riferimento a tutte le caratteristiche tecniche richieste da capitolato	8

<u>Valutazione del confezionamento (chiarezza delle indicazioni, robustezza dell'involucro, maneggevolezza nell'apertura ecc.)</u>			
Confezionamento	Prova tecnico-pratica sulla campionatura richiesta	Robustezza del confezionamento primario Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura Completezza di informazioni riportate nel confezionamento, chiarezza e leggibilità delle stesse	6
<u>Assistenza post vendita</u>			
disponibilità allo svolgimento di corso di addestramento all'uso del DM	Valutazione della documentazione proposta (dichiarazione d'impegno da parte della ditta)	presenza del criterio stesso	3
disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48ore	Valutazione della documentazione proposta (dichiarazione d'impegno da parte della ditta)	presenza del criterio stesso	3
PUNTEGGIO TOTALE			70