

*ALLEGATO A
ALL'AVVISO*

CARATTERISTICHE TECNICHE:
COLONNA ARTROSCOPICA

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COLONNA ARTROSCOPICA

Il sistema dovrà necessariamente essere composto da tutte le seguenti apparecchiature:

- Carrello porta apparecchiature fornito di trasformatore interno.
- Monitor medico LED con risoluzione minima Full-HD e almeno 27" di grandezza.
- Telecamera con tecnologia CMOS con risoluzione minima Full-HD.
- Fonte luminosa LED ad alta intensità.
- Sistema per acquisizione ed archiviazione immagini e video in formato Full-HD compatibile con programma aziendale di anagrafica e cartelle cliniche.
- Pompa peristaltica a doppio rotore per gestione indipendente liquidi artroscopici.
- Centralina radiofrequenza con gestione autonoma dell'aspirazione del puntale.
- Sistema motorizzato per shaver e trapani artroscopici.