

**AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA"
TERNI**

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CAMICI ANTI- RX + ACCESSORI COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, NEUROANGIOGRAFIA TERAPEUTICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI – CIG Z362C9503B.

Questa Azienda Ospedaliera S. Maria intende procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b e comma 6) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 all'attivazione di una procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l'acquisizione **DELLA FORNITURA DI CAMICI ANTI- RX + ACCESSORI COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E NEUROANGIOGRAFIA TERAPEUTICA** meglio specificato nell'**Allegato A**, per un importo totale della gara di Euro 26.000,00 IVA esclusa, da sottoporre a ribasso.

La procedura sarà aggiudicata ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il criterio **del prezzo più basso, per fornitura conforme alla richiesta.**

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse a essere invitati alla procedura per la fornitura in oggetto.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall' art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dalle norme di gara e dal Regolamento Aziendale per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, approvato con delibera del Direttore Generale n. 476 del 23/05/2017.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici abilitati a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui al bando "*BENI – Forniture specifiche per la Sanità*", che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda Ospedaliera entro il **16/04/2020 ORE 12.00** con le modalità indicate nel documento allegato "Disciplinare telematico" dichiarando che:

- l'impresa che rappresenta risulta abilitata a operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al bando "*BENI* -

Forniture specifiche per la Sanità"" - nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della fornitura;

-il fatturato globale d'impresa prodotto negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili;

-di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura in favore di Committenti pubblici o privati.

La richiesta dovrà essere corredata da copia fronte/retro di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i.; per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a disposizione unitamente al presente avviso (**allegato C**). All'istanza dovrà essere allegato il patto di integrità (**allegato D**).

AVVERTENZE:

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni d'interesse non vincolano in alcun modo l'Azienda sanitaria, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità a essere invitati a presentare l'offerta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sopra richieste dovranno pervenire sulla piattaforma Net4market con le modalità indicate nel documento allegato (All. B) "Disciplinare telematico" entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 16/04/2020**.

Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Paola Zampa

Per informazioni e/o chiarimenti rif.:

Dott.ssa Paola Zampa Tel: 0744 205689 – Fax: 0744 205252

ALLEGATO A

La fornitura in oggetto dovrà avere le caratteristiche tecniche di seguito specificate:

CAMICI ANTI- RX

• Parametri Fisici

Protezione anteriore con sovrapposizione completa dei pannelli : avvolgente-

Supreme LF- HC

Protezione equivalente: 0.50 mm Pb davanti e 0.25 dietro (0.25x0.25/ 0.25)

con la copertura anteriore con 0.5mmPb deve essere completa

Peso non superiore a W_s 6kg/m² front e W_s 3.2 Kg/m² back da dichiarare

Utilizzo per tensioni fino a 125KVp

Conformità a norme CEI in vigore di cui fornire la dichiarazione di conformità in copia

Dichiarazione che indichi la durata temporale e Scheda Tecnica Materiale attenuante

Il materiale deve essere senza Piombo e Latex free.

Dichiarazione che descriva il tipo di Smaltimento

Dichiarazione che descriva il tipo di detersione e sanificazione

Ogni camice deve essere fornito di gruccia di sostegno da appendere a carrello già esistente

• Vestibilità

- 1.Si richiede la Prova operatore per valutare la morbidezza e l'aderenza al corpo di entrambi i modelli in commercio (spezzato ed intero) e maggiormente utilizzati nelle Interventistiche. Con i requisiti fisici di cui sopra
Taglie personalizzate e diversificate uomo donna
Misure sartoriali prese in loco

• Servizio Manutenzione

- 2.Fornitura del Servizio di Manutenzione Camici , per garantire i controlli periodici di tipo fisico e sartoriale volti ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti acquistati.

Assistenza post-vendita specificando le modalità di erogazione del Servizio.

ACCESSORI : Collari paratiroide

• Parametri Fisici

3. Dichiarazione della Ditta relativa al :
Peso u.m.gr./ mq ed alla Curva di attenuazione con i parametri standard di ddp 100 KV e 0.50 mPb equivalente.
Dichiarazione comprendente Tipo di Smaltimento, Detersione e sanificazione, Dimensioni geometriche
Scheda Tecnica Materiale attenuante che deve essere Latex free.

• Vestibilità

4. Si richiede la Prova operatore e la possibilità di avere realizzato il capo con conformazione e dimensione personalizzate all'anatomia degli operatori. (maschile e femminile).
Sistema di chiusura velcro e/o magnete,
Misure sartoriali prese in loco

• Servizio Manutenzione

5. Fornitura del Servizio di Manutenzione Camici , per garantire i controlli periodici di tipo fisico e sartoriale volti ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti acquistati.

Assistenza post-vendita specificando le modalità di erogazione del Servizio.

ACCESSORI : Occhiali Protettivi anti-rx

• Parametri Fisici

6. Peso dai 69 agli 89 gr.
0.7 mm. Pb. equivalente con protezioni laterali (almeno 0.5mmPb equivalente) modello standard personalizzato Maschile o Femminile
Modello sovrapponibile ad altri occhiali

• Vestibilità

7. Si richiede la Prova operatore e la possibilità di avere montate lenti graduate su prescrizione medica

• Servizio Manutenzione

8. Fornitura del Servizio di Manutenzione Occhiali , volti ad

assicurare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti acquistati.

Assistenza post-vendita specificando le modalità di erogazione del Servizio.