

OGGETTO: acquisizione triennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, della fornitura di “Assi di scivolamento per trasferimento paziente e kit di telini ad alto scorrimento”

La fornitura in oggetto dovrà avere le caratteristiche tecniche di seguito specificate:

LOTTO 1

N. 100 ASSI RIGIDI A SCIVOLAMENTO PER TRASFERIMENTO PAZIENTE, con le seguenti caratteristiche:

- RICOPERTO DA TELO ROTANTE AD ALTO SCORRIMENTO
- PIEGHEVOLE CON COPERTURA IN MATERIALE ULF (ULTRA LOW FRICTION) A BASSO ATTRITO
- RADIOTRASPARENTE, IGNIFUGO, ANTISTRAPPO, SKINFRIENDLY
- DOTATO DI MANIGLIA SU ENTRAMBE LE ESTREMITA'

LOTTO 2

N. 100 KIT TELINI ad alto scorrimento/bassissimo attrito, con le seguenti caratteristiche:

- COSTITUITO DA N. 3 TELI: N. 2 TUBOLARI E N. 1 PIANO CON MANIGLIE
- MATERIALE COSTITUTIVO: TESSUTI SINTETICI A BASSO ATTRITO
- DIMENSIONI DEI TELI:
 - TELO PICCOLO TUBOLARE cm 6+0x710 +/- max 3 cm
 - TELO GRANDE TUBOLARE cm 195x70 +/- max 5 cm
 - TELO PIANO CON MANIGLIE cm 170x70 +/- max 5 cm
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO NON SUPERIORE A 1, ovvero conformità al D.M. 19.03.2015 – Regola tecnica Prev. Inc. Sanità
- FACILMENTE DISINFETTABILE CON SOLUZIONI ALCOLICHE O CON IPOCLORITO DI SODIO MAX 10.000 ppm
- LAVABILE IN LAVATRICE FINO A 80°C.