

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✓ N.1 estrattore e n.1 amplificatore di DNA/RNA capaci di processare almeno 200 campioni al giorno;
- ✓ Uno strumento di backup automatico capace di integrare l'estrazione, l'amplificazione e l'interpretazione dei risultati ed elabora fino a 12 esami in tre ore:
- ✓ Tutte le macchine, le metodiche ed i reagenti devono essere forniti di marchio CE_IVD e capaci di essere utilizzati per vari menù di malattie infettive,
- ✓ La Ditta che installa gli strumenti deve garantire l'interfacciamento con il sistema gestionale del Laboratorio,
- ✓ La strumentazione deve essere disponibile entro 45 giorni dall'ordine.

La ditta concorrente dovrà offrire il materiale monouso necessario all'esecuzione dei test.

Quantità presunta: 200 test al giorno.