

## Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377

Protocollo gara: 8044377

Ente: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data creazione report: 20/04/2021 11:07

### **Chiarimento n. 6 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 10/03/2021 08:31

Alcune Ditte interessate hanno chiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte.

**DOMANDA**

Si richiede cortesemente di confermare che possiamo firmare Digitalmente senza firma olografa , tutti i documenti amministrativi compresi il Disciplinare di gara , il Capitolato Tecnico ed il Verbale definitivo di tutti i chiarimenti che saranno pubblicati in piattaforma nella sezione "Chiarimenti" .

**RISPOSTA**

Si conferma che i documento possono essere firmati solo digitalmente.

**DOMANDA**

Si richiede cortesemente la pubblicazione nella documentazione di gara dei seguenti allegati (Allegato 1 - Modello di partecipazione - Allegato 2 DGUE - Allegato 3 -Schema Dich. ass. Imposta di bollo - Allegato 11 schema di Offerta ) in formato word per una compilazione più agevole.

**RISPOSTA**

Si conferma la documentazione di gara

**DOMANDA**

Siamo a chiedere conferma che la campionatura non dovrà essere presentata entro il 13.04.2021, ma successivamente su richiesta scritta della Commissione Giudicatrice

**RISPOSTA**

Si conferma

### **Chiarimento n. 10 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 15/03/2021 09:30

Alcune Ditte interessate hanno chiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte.

**DOMANDA**

Gentilmente si richiede il Modello "Informativa Privacy " da far sottoscrivere al legale rappresentante dell'impresa come richiesto nel punto 14 del Disciplinare di gara (documentazione Amministrativa).

**RISPOSTA**

Il Modello Informativa Privacy è l' Allegato 4 al Disciplinare.

**DOMANDA**

Cortesemente si richiede di indicare la funzione nel sistema per la compilazione del DGUE in formato digitale in quanto non presente ,come richiesto nell'art. 14 del Disciplinare .Pertanto cortesemente potete confermare che possiamo allegare il "DGUE - Allegato 2 del disciplinare " presente nella documentazione di gara in PDF e si richiede nel formato word per la compilazione

**RISPOSTA**

Si conferma che è sufficiente compilare e allegare il DGUE - Allegato 2 del

Disciplinare in formato PDF. (Non è possibile inviare il file in formato WORD).

#### DOMANDA

Si richiede cortesemente di confermare che possiamo allegare il Marchio CE e Dichiarazione conformità in lingua originale.

#### RISPOSTA

Il marchio CE e la dichiarazione di conformità devono essere presentate in lingua italiana o con traduzione allegata.

#### **Chiarimento n. 13 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisidell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 18/03/2021 16:52

Una Ditta interessata ha chiesto il seguente chiarimento, si fornisce la relativa risposta-

#### DOMANDA:

Con la presente siamo a chiedere la cortesia di verificare inumeri di CIG in quanto in ANAC appare la seguente scritta: "il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito".

#### RISPOSTA:

I CIG sono stati perfezionati.

#### **Chiarimento n. 16 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 19/03/2021 11:20

Alcune Ditte hanno chiesto i seguenti chierimenti, si forniscono le relative risposte.

#### DOMANDA

Con la presente si richiede cortesemente di confermare che possiamo Firmare solo Digitalmente senza firma olografa , la Dichiarazione Assolvimento Imposta di Bollo (All. 3) .

#### RISPOSTA

Si conferma che la Dichiarazione Assolvimento Imposta di Bollo (All.3) può essere presentata senza firma olografa ma deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente.

#### DOMANDA

Cortesemente si richiede in che modalità avverrà la prima seduta pubblica del 15/04/2021 ore 9:00 e le successive relativamente al collegamento in Videoconferenza

#### RISPOSTA

La Videoconferenza sarà effettuata tramite collegamento al seguente link:

[HTTPS://AOSPTERNI.WHEREBY.COM/S.S.ACQUISIZIONE-BENI-E-SERVIZI](https://AOSPTERNI.WHEREBY.COM/S.S.ACQUISIZIONE-BENI-E-SERVIZI)

che sarà comunicato alcuni giorni prima della seduta pubblica.

#### **Chiarimento n. 19 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 23/03/2021 17:23

Una ditta ha chiesto il seguente chiarimento, si fornisce la relativa risposta.

#### DOMANDA

In merito alla formula per il calcolo del punteggio economico, così definita:  $Pe(i) = 30 \times (Ri/Rmax)^{0,3}$

si prega di chiarire se il coefficiente 0,3 sia da intendersi "elevato alla 0,3" oppure "moltiplicato per 0,3

RISPOSTA

In merito alla formula per il calcolo del punteggio economico si conferma che il coefficiente sia da intendersi "elevato alla 0,3".

**Chiarimento n. 22 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 25/03/2021 08:10

Alcune ditte interessate hanno chiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte.

DOMANDA

Gentilmente si richiede di verificare gli importi relativi al pagamento del Contributo ANAC dei CIG , in quanto quelli indicati in ANAC non corrispondono a quelli indicati nell'art. 11 del Disciplinare di gara. Potete cortesemente confermare ed indicare gli importi da pagare indicati in ANAC ?

RISPOSTA

Si confermano gli importi contenuti nell'art. 11 del disciplinare di gara  
Lotto 1 euro 735.000,00 oltre Iva: euro 70,00 CIG :86256439C6  
Lotto 2 euro 315.000,00 oltre Iva : euro 35,00 CIG : 8625656482

DOMANDA

Gentilmente si richiede di confermare che l'importo da versare del Contributo ANAC per il lotto 1 CIG. 86256439C è di € 20,00 come indicato nel sistema ANAC , mentre nel disciplinare di gara è indicato pari ad € 70,00 .

RISPOSTA

Si confermano gli importi contenuti nell'art. 11 del disciplinare di gara  
Lotto 1 euro 735.000,00 oltre Iva: euro 70,00 CIG :86256439C6  
Lotto 2 euro 315.000,00 oltre Iva : euro 35,00 CIG : 8625656482

**Chiarimento n. 27 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 26/03/2021 08:25

Alcune ditte interessate hanno chiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte.

DOMANDA

si fa presente che inserendo il CIG del Lotto 1 il sistema genera IN AUTOMATICO una ricevuta di € 20,00 in quanto l'importo a base d'asta indicata è pari ad € 245.000,00 e NON a 735.000,00 come indicato a pag. 12 del Disciplinare di gara - punto 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

RISPOSTA

Si comunica che da oggi si può pagare il contributo dell' Anac.  
Si confermano gli importi contenuti nell'art.11 del disciplinare di gara

-  
**Lotto 1: € 735.000,00 oltre IVA: € 70,00 – CIG: 86256439C6**

-  
**Lotto 2: € 315.000,00 oltre IVA: € 35,00 – CIG: 8625656482**

DOMANDA

Si richiede gentilmente di verificare il Portale ANAC in quanto l'importo da versare per il Lotto 1 CIG : 86256439C6 è di € 20,00 invece di € 70,00 come richiesto nel disciplinare e da risposta al chiarimento

RISPOSTA

Si comunica che da oggi si può pagare il contributo dell' Anac.  
Si confermano gli importi contenuti nell'art.11 del disciplinare di gara

-  
**Lotto 1: € 735.000,00 oltre IVA: € 70,00 – CIG: 86256439C6**

-  
**Lotto 2: € 315.000,00 oltre IVA: € 35,00 – CIG: 8625656482**

**Chiarimento n. 28 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 26/03/2021 08:32

Una ditta interessata ha richiesto il seguente chiarimento.

DOMANDA

In riferimento al punto 7.4 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (pag.8) del Disciplinare di gara - Confermate che è possibile presentare a comprova della capacità professionale e tecnica una certificazione rilasciata da un organismo tecnico terzo, quale ad es. un collegio sindacale, che

attesti la veridicità dei dati indicati nelle dichiarazioni.

## RISPOSTA

Si conferma la possibilità di presentare a comprova della capacità professionale e tecnica una certificazione rilasciata da un organismo tecnico terzo.

### **Chiarimento n. 31 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 02/04/2021 13:46

Una ditta interessata ha chiesto i seguenti chiarimenti

#### DOMANDA

In riferimento al punto 14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO, pag. 18 e 19 del Disciplinare di gara siamo a chiedere: se è possibile presentare un'unica dichiarazione che contenga tutti i punti indicati (da 1 a 12); in caso affermativo si chiede di precisare che i punti da dichiarare siano 12 e non da 1 a 10 come indicato nel penultimo paragrafo di pag. 19

#### RISPOSTA

Si conferma per i 12 punti indicati nel disciplinare di gara

#### DOMANDA

Nel Disciplinare di gara punto 14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA in riferimento al punto "L" indicato a pag. 15 del siamo a chiedere se è sufficiente compilare il punto 7. parte III punto D: Altri motivi di esclusione contenuto nel DGUE oppure è necessario presentare anche una specifica dichiarazione separata.

#### RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto nella documentazione di gara, ossia si deve presentare anche una specifica documentazione separata.

#### DOMANDA

In riferimento al documento comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 da allegare alla Domanda di Partecipazione indicato a pag. 15 del Disciplinare di gara siamo a chiedere la possibilità di assolvere il bollo in maniera virtuale ai sensi dell'autorizzazione n. 3/2019 del Dipartimento Agenzia delle Entrate.

#### RISPOSTA

Si conferma la possibilità di assolvere il bollo in maniera virtuale.

#### DOMANDA

Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara a Pag. 16 – relativamente alla presentazione della Procura/Visura - confermate che qualora i documenti di gara siano sottoscritti dal legale rappresentante della ditta (Amministratore Delegato) non è necessario presentare alcun documento che comprovi i poteri dello stesso?

#### RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto nel Disciplinare di gara.

#### DOMANDA

Con riferimento a quanto indicato a pag. 18 del disciplinare di gara – Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE, - viene indicato di compilare la sezione Alfa del DGUE disponibile nei documenti di gara ma la stessa risulta essere barrata e quindi non compilabile. Confermate che sia sufficiente compilare la sezione A Idoneità punto 1? - inoltre sempre in questo punto del Disciplinare viene richiesto di dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare di cui alla sezione A. Confermate che il paragrafo punto 6.1 è un refuso e dobbiamo far riferimento al punto 7.1 REQUISITI DI IDONEITA' del disciplinare di gara ?

#### RISPOSTA

Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel DGUE può essere inserita una dichiarazione integrativa. Si conferma che si deve far riferimento al punto 7.1 del Disciplinare di gara.

#### DOMANDA

Si chiede se anche la sezione IV: CRITERI DI SELEZIONE lettera C: CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI punto 1b) relativamente al periodo di forniture eseguite del DGUE sia da compilare (come indicato nel Disciplinare di gara al punto 7.4 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE - Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe a quelle oggetto di gara con indicata data, importo e luogo di esecuzione) in quanto anche questa sezione risulta non compilabile (barrata).

#### RISPOSTA

Si conferma che può essere inserita una dichiarazione integrativa al DGUE.

#### DOMANDA

Confermate che la ricevuta comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 indicata a pag. 15 del Disciplinare di gara al punto 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE è la medesima richiesta indicata al punto 14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVE AL DISCIPLINARE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO?

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA

Si chiede conferma che i punti 2. e 3. Riportati a pag. 21 del Disciplinare di gara siano un refuso in quanto già richiesti al punto l. e f. a pag. 20 del Disciplinare e che quindi NON sia necessario presentare gli stessi ulteriormente.

RISPOSTA

Si conferma, trattasi di refuso.

DOMANDA

Confermate che i documenti "CONSENSO TRATTAMENTI DATI PERSONALI" e "INFORMATIVA PRIVACY" indicati al punto E e K pag. 15 del Disciplinare di Gara sono lo stesso documento – All. 4 al disciplinare?

RISPOSTA

Si conferma.

DOMANDA

Chiediamo se il file DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA indicato a pag. 10 di 12 del Disciplinare Telematico di Gara, è un file che verrà caricato a sistema nella data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta economica telematica "SchemaOfferta\_.xls" (ovvero al 31/03/2021 ore 13:00), oppure è necessario che lo stesso venga generato dalla ditta che intende partecipare alla gara? nel caso in cui lo stesso debba essere creato dalla Ditta che partecipa alla gara chiediamo se fosse possibile inserire all'interno del Dettaglio di Offerta Economica anche tutte le informazione che la ditta ritenga utili per meglio formulare la propria offerta economica?

RISPOSTA

Preliminarmente si precisa che la lettera "A)" indicata a pag. 10 di 12 del Disciplinare Telematico, è un refuso; detta lettera deve intendersi "B) DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA" ovvero, corrispondente alla lettera B) DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA " indicata a pag. 8 di 12 del Disciplinare Telematico.

Rimane quindi fermo ed esaurientemente chiarito quant'altro previsto nella doc. di gara.

DOMANDA

In riferimento al testo "la scheda tecnica deve essere riferita ad ogni singolo prodotto offerto e non all'intera gamma dei prodotti disponibili" riportato a pag. 3-Art.4 del "Capitolato di Gara" si osserva quanto segue:

Sul mercato sono presenti sacche infusionali che comunemente vengono offerte a diverse concentrazioni di elettroliti con lo scopo di consentire una maggiore scelta ai clinici.

Si richiede di confermare se tali prodotti (identici nella destinazione d'uso) possono essere raggruppati per semplicità di consultazione in un'unica scheda che riporti al suo interno solamente i prodotti realmente offerti.

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nel Capitolato di gara.

DOMANDA

In riferimento al testo "la scheda tecnica deve essere riferita ad ogni singolo prodotto offerto e non all'intera gamma dei prodotti disponibili" riportato a pag. 3-Art.4 del "Capitolato di Gara" si osserva quanto segue:

Sul mercato sono presenti sacche dialisato che comunemente vengono offerte a diverse concentrazioni di elettroliti con lo scopo di consentire una maggiore scelta ai clinici.

Si richiede di confermare se tali prodotti (identici nella destinazione d'uso) possono essere raggruppati per semplicità di consultazione in un'unica scheda che riporti al suo interno solamente i prodotti realmente offerti.

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nel Capitolato di gara

**Chiarimento n. 32 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisidell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

## COMUNICAZIONE N.1

Tenuto conto della specificità dei chiarimenti pervenuti si comunica che il termine per la pubblicazione del Verbale dei chiarimenti viene prorogata al 15/04/2021 ore 13:00.

### **Chiarimento n. 33 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 09/04/2021 11:00

Una Ditta interessata ha chiesto il seguente chiarimento, si fornisce la relativa risposta

#### DOMANDA

Relativamente al Lotto n. 1, siamo a chiedere quanto segue:- Si chiede se kit preassemblati ma non saldati possano essere offerti come kit di sole linee;- Si chiede se le sacche contenenti fosforo siano da considerarsi come caratteristica minima.

#### RISPOSTA

Il Kit solo linee deve contenere solo linee nelle quali si possono inserire varie tipologie di filtri.

Si tratta di rifiuto. Tale caratteristica "sacche infusionali contenenti fosforo" verrà valutata nei requisiti preferenziali.

### **Chiarimento n. 34 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 09/04/2021 11:05

Alcune Ditte interessate hanno chiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte

## DOMANDA

Con la presente siamo a RichiederVi cortesemente le seguente richieste di chiarimento:

1-In riferimento al “Lotto 1 – Allegato11 al disciplinare - Scheda Offerta”, al fine di assicurare una offerta definita ed una corretta comparazione tra le diverse offerte, all'interno dei quantitativi richiesti per le “Sacche” (n°15000 sacche), SI CHIEDE di dettagliare i quantitativi desiderati per singola tipologia:

2-In riferimento al “Lotto 1 – Allegato 11 al disciplinare - Scheda Offerta e Allegato 1 al Capitolato”, nelle “Caratteristiche Tecniche Kit e Materiali Di Consumo” vengono richiesti “kit per perfusione e aferesi”. Al fine di assicurare una offerta definita ed una corretta comparazione tra le diverse offerte, SI CHIEDE CONFERMA che tale richiesta si riferisca a kit di filtri e/o cartucce per metodiche di Emoperfusione (HP) e a filtri per metodiche di plasmaferesi terapeutica (Plasmaexchange), per le quali SI CHIEDE la destinazione di trattamento (es. adsorbimento orimozione di.....) e di dettagliare i quantitativi desiderati per singola tipologia.

3-In riferimento al “Lotto 1 – Allegato 11 al disciplinare - Scheda Offerta e Allegato 1 al Capitolato” ,SI CHIEDE CONFERMA che le voci “kit totalmente preassemblati linee +filtro” e “kit solo linee” presentinelle “Caratteristiche minime” siano entrambe riferite alle metodiche CRRT. In tal caso SI CHIEDE CONFERMA che possa essere offerta anche una sola delle due opzioni (senza esclusione) e che si possa quotare il materiale necessario per queste metodiche in base alla gamma di prodotti che ciascuna azienda può offrire.

4-In riferimento al “Lotto 1 – Allegato 2al capitolato – Criteri di valutazione”, SI CHIEDE VERIFICA del requisito di valutazione N°6, ovvero “Possibilità di utilizzare volumi di effluente (dialisato + reinfusione) superiori a 12 litri ora (indicare il volume massimo dialisato + reinfusione/ora)”. Lo stesso requisito è presente anche nel Lotto 2 “Trattamenti intermittenti dialitici sostitutivi della funzione renale (IHD)”, dove appare idoneo ed appropriato perle



metodiche

richieste. Data la tipica diversità dei trattamenti richiesti nei due lotti (nella durata ma anche nei flussi attuati, ragion per cui si sono individuati due diversi ambiti di fornitura), SI CHIEDE CONFERMA che il volume indicato come “superiore 12 litri ora” sia da ritenersi un refuso.

5-In riferimento al “Lotto 1 – allegato 2 al Capitolato –

Criteri di valutazione”; requisito di valutazione N°12 “Tempo di stand-by senza

perdita dei dati memorizzati, anche in assenza di corrente”, SI CHIEDE CONFERMA

che con “tempo di stand-by” si faccia riferimento all’autonomia (in minuti) della

batteria in caso di assenza di corrente.

6-In riferimento al “Lotto 1 – allegato 2 al capitolato –

Criteri di valutazione”; requisito di valutazione N°19 “Durata garantita dei kit (ore di funzionamento)”, SI CHIEDE CONFERMA che la valutazione su questo

requisito verrà fatta sull'intera gamma dei kit offerti.

RISPOSTA

1-Tipologia:

-sacche

dialisato senza calcio n°3000

-sacche

citrato n°2000

-sacche

infusionali a diversa composizione elettrolitica n°3000

-sacche

raccolta effluente n°1000

2- In

riferimento alla dicitura “kit per perfusione e aferesi” dovranno essere offerti entrambi ovvero si specifica che:

- necessitiamo  
di kit per plasma exchange = linee + plasmaseparatore

- necessitiamo  
di kit per plasmaferesi selettiva (reoferesi, lipoferesi, immunoferesi selettiva) = linee + plasma separatore + cartuccia assorbente)

- necessitiamo  
di filtri o kit (linee + filtri) per assorbimento delle citochine

- necessitiamo  
di filtri o kit per l'assorbimento di bilirubina

- necessitiamo  
di filtri o kit per la rimozione di mioglobina

- necessitiamo  
di filtri per la rimozione di IgG K o Lambda (mieloma multiplo) ad alta permeabilità con cutoff elevato

- necessitiamo  
di decapneizzatori

Per i  
trattamenti 1+2, si stima fabbisogno di 35 pezzi/anno

Per i

trattamenti 3+4 si stima un fabbisogno presunto di circa 50 pezzi/anno.

Per i  
trattamenti 5 + 6 si stima un fabbisogno presunto di circa 50 pezzi/anno.

Per il punto  
7 si stima un fabbisogno presunto di circa 10 pezzi/anno.

3- Si  
conferma che trattasi di KIT dedicati a CRRT ed è da considerarsi come  
da  
richiesta sia kit linee + filtro che Kit di sole linee

4- Si  
conferma che trattasi di un refuso e che il volume per il lotto 1 viene  
valutato tra le caratteristiche preferenziali

5- Si  
conferma che è l'autonomia della batteria e che verrà valutato tra le  
caratteristiche preferenziali

6- Si specifica che su ogni Kit offerto  
dovranno essere specificate le ore di durata garantita di funzionamento  
del Kit

**Chiarimento n. 35 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici  
occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria  
di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 09/04/2021 11:11

Una Ditta interessata ha chiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte

**DOMANDA**

) 1) All'Allegato 1 "Capitolato Tecnico"  
per il lotto 1 vengono richiesti nr 10 monitor, 700 trattamenti e 15000

sacche di soluzione. Nel paragrafo “CARATTERISTICHE TECNICHE KIT E MATERIALI DI CONSUMO” vengono riportati le seguenti tipologie di trattamenti richiesti e sacche:

- Kit totalmente preassemblati linee + filtro

- Kit solo linee

- Kit per perfusione ed aferesi

- Sacche dialisato senza calcio

- Sacche citrato

- Sacche infusionali a diversa composizione elettrolitica

- Sacche di raccolta effluente

- Sacche infusionali contenenti fosforo

2) Al fine di redigere al meglio l'offerta economica, si richiede di:

A) specificare come siano suddivisi i 700 trattamenti richiesti tra le seguenti metodiche summenzionate:

- Kit totalmente preassemblati linee + filtro

- Kit solo linee

- Kit per perfusione ed aferesi

B) specificare come siano suddivise le 15000 sacche richieste tra le seguenti sacche summenzionate:

- Sacche dialisato senza calcio

- Sacche citrato

- Sacche infusionali a diversa composizione elettrolitica

- Sacche infusionali contenenti fosforo

RISPOSTA

A) Totalmente preassemblati 500 pezzi

Solo linee 50 pezzi

Emoperfusione e Plasmaferesi 150 pezzi

B) Si specificano le quantità per le singole categorie:

LOTTO

1:

-sacche  
dialisato senza calcio n°3000

-sacche  
citrato n°2000

-sacche  
infusionali a diversa composizione elettrolitica n°3000

-sacche  
raccolta effluente n°1000

LOTTO  
2

-sacche  
infusionali a diversa composizione elettrolitica N°20.000

-sacche  
raccolta effluente con diversa capacità n°600

-Kit  
per dialisi pediatrica n°1

-kit  
per LDLaferesi 20

-kit per plasmaexchange 40

da Ente alle 09/04/2021 11:20

Una ditta interessata ha chiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte

## DOMANDA

- )<sub>1</sub>) Si chiede conferma che possa essere considerata funzionalmente equivalente anche un'apparecchiatura dotata di una sola bilancia gravimetrica, ma in grado di eseguire tutti i trattamenti richiesti dal capitolato tecnico.
- )<sub>2</sub>) Vengono richiesti nr 4 monitor, 300 trattamenti e 4500 sacche di soluzione. Nel paragrafo "CARATTERISTICHE TECNICHE KIT EMATERIALI DI CONSUMO" vengono riportati le seguenti tipologie di trattamenti richiesti:
- Kit solo linee
  
  - Kit per perfusione ed aferesi
  
  - Kit per dialisi pediatrica
  
  - Sacche dialisato a diversa composizione elettrolitica
  - Sacche di raccolta effluente con diverse capacità
  
  - Kit per plasmafiltrazione a cascata

- Kit per LDL aferesi

- Kit per Plasmaexchange

Si richiede

di specificare come siano suddivisi i 300 trattamenti richiesti tra le varie tipologie di metodiche summenzionate, al fine di redigere al meglio l'offerta economica.

) 3) Si chiede conferma che con "kit solo linee" si intenda un kit di sole linee di IHD o SCUF senza filtro

!) 4) Si chiede conferma che con "kit per perfusione ed aferesi" si intenda un kit completo per plasmaperfusione costituito da plasmafiltro, linee e cartuccia con resina adsorbente su plasma.

5) Si chiede conferma che con "kit per dialisi pediatrica" si intenda un kit completo costituito da linee a basso contenuto ematico e filtro dialisi pediatrico a bassa superficie.

## RISPOSTA

) 1) Si purchè sia in grado di eseguire tutti i trattamenti richiesti nel capitolato tecnico

2) In

riferimento alla dicitura "kit per perfusione e aferesi" dovranno essere offerti entrambi ovvero si specifica che:

.necessitiamo

di kit per plasma exchange = linee + plasmaseparatore

necessitiamo

di kit per plasmaferesi selettiva (reoferesi, lipoferesi, immunoferesi selettiva) = linee + plasma separatore + cartuccia assorbente)



-  
necessitiamo  
di filtri o kit (linee + filtri) per assorbimento delle citochine

-necessitiamo  
di filtri o kit per l'assorbimento di bilirubina

-necessitiamo  
di filtri o kit per la rimozione di mioglobina

-necessitiamo  
di filtri per la rimozione di IgG K o Lambda (mieloma multiplo) ad alta  
permeabilità  
con cutoff elevato

-  
necessitiamo  
di decapneizzatori

Per i  
trattamenti 1+2, si stima fabbisogno di 35 pezzi/anno

Per i  
trattamenti 3+4 si stima un fabbisogno presunto di circa 50 pezzi/anno.

Per i  
trattamenti 5 + 6 si stima un fabbisogno presunto di circa 50 pezzi/anno.

Per il punto  
7 si stima un fabbisogno presunto di circa 10 pezzi/anno.

Si  
specificano le quantità per le singole categorie:

## LOTTO

1:

-sacche  
dialisato senza calcio n°3000

-sacche  
citrato n°2000

-sacche  
infusionali a diversa composizione elettrolitica n°3000

-sacche  
raccolta effluente n°1000

## LOTTO

2

-sacche  
infusionali a diversa composizione elettrolitica N°20.000

-sacche  
raccolta effluente con diversa capacità n°600

-Kit  
per dialisi pediatrica n°1

-kit  
per LDLaferesi 20

-kit per plasmaexchange 40

3) Si conferma

4) In riferimento alla dicitura "kit per perfusione e aferesi" dovranno essere

offerti entrambi ovvero si specifica che:

-necessitiamo  
di kit per plasma exchange = linee + plasmaseparatore

-necessitiamo  
di kit per plasmaferesi selettiva (reoaferesi, lipoaferesi, immunoaferesi selettiva) = linee + plasma separatore + cartuccia assorbente)

-necessitiamo  
di filtri o kit (linee + filtri) per assorbimento delle citochine

-necessitiamo  
di filtri o kit per l'assorbimento di bilirubina

-necessitiamo  
di filtri o kit per la rimozione di mioglobina

-necessitiamo  
di filtri per la rimozione di IgG K o Lambda (mieloma multiplo) ad alta permeabilità con cutoff elevato

-necessitiamo  
di decapneizzatori

Per i  
trattamenti 1+2, si stima fabbisogno di 35 pezzi/anno

Per i  
trattamenti 3+4 si stima un fabbisogno presunto di circa 50 pezzi/anno.

Per i  
trattamenti 5 + 6 si stima un fabbisogno presunto di circa 50 pezzi/anno.

Per il punto  
7 si stima un fabbisogno presunto di circa 10 pezzi/anno.

5)Si  
conferma

**Chiarimento n. 37 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 09/04/2021 11:44

Una ditta interessata ha chiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte  
DOMANDA

1) Si chiede di confermare che l'inserimento della caratteristica "Kit totalmente preassemblati linee + filtro" tra i requisiti indispensabili richiesti nell'allegato 1 al capitolato della documentazione di gara per il LOTTO N. 1, sia da considerarsi un refuso in quanto, tale caratteristica, è già presente nei criteri di valutazione che determinano il punteggio qualitativo dell'offerta (rif. n.17 dell'allegato 2 al capitolato - Criteri di valutazione Lotto 1). Si fa presente che, qualora non si trattasse di un refuso, oltre all'evidente incongruenza derivata dal fatto

di trovare la stessa caratteristica sia tra i requisiti indispensabili che tra quelli preferenziali (premianti), ciò limiterebbe fortemente la partecipazione degli operatori economici, costituendo di fatto una “barriera all’accesso” invalicabile per la maggior parte dei potenziali concorrenti, in contrasto con le norme che regolano e tutelano il principio della libera concorrenza, peraltro richiamate nel DL 18 Aprile 2016 n.50, e successive modifiche, nel comma 2 dell’art. 30.

## RISPOSTA

- ) 1) Si tratta di refuso. Tale caratteristica “Kit totalmente preassemblati linee+filtro” verrà valutata nei requisiti preferenziali.

**Chiarimento n. 38 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisidell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 09/04/2021 11:48

Una ditta interessata ha chiesto i seguenti chiarimenti ,si forniscono le relative risposte

DOMANDA

1) Si chiede di confermare che l’inserimento della caratteristica “Sacche infusionali contenenti fosforo” tra i requisiti indispensabili richiesti nell’allegato 1 al capitolato della documentazione di gara per il LOTTO N. 1, sia da considerarsi un refuso in quanto, tale caratteristica, è già presente nei criteri di valutazione che determinano il punteggio qualitativo dell’offerta (rif. n.28 dell’allegato 2 al capitolato - Criteri di valutazione Lotto 1). Si fa presente che, qualora non si trattasse di un refuso, oltre all’evidente incongruenza derivata dal fatto di trovare la stessa caratteristica sia tra i requisiti indispensabili che tra quelli preferenziali (premianti), ciò limiterebbe fortemente la partecipazione degli

operatori economici, costituendo di fatto una “barriera all’accesso” invalicabile per la maggior parte dei potenziali concorrenti, in aperto contrasto con le norme che regolano e tutelano il principio della libera concorrenza, peraltro richiamate nel DL 18 Aprile 2016 n. 50, e successive modifiche, nel comma 2 dell’art.30.

2) Nell’allegato 2 al capitolato - Criteri di valutazione Lotto 1 – vengono richiesti con un'unica dicitura “Kit per perfusione e aferesi” (rif. n. 20). Le tecniche di perfusione e di aferesi sono diverse tra loro ed in commercio esistono kit per perfusione (ad esempio per Emoperfusione – HP) e kit per plasmaferesi terapeutica (ad esempio Plasmaexchange – TPE), altrettanto diversi. Infatti i primi di solito non contengono il filtro e sono aperti all’utilizzo anche di filtri o cartucce adsorbenti. I secondi invece, oltre ad avere un sistema di linee che prevede anche quella dedicata alla sostituzione del plasma, contengono il plasmafiltro. Pertanto si chiede se, tale dicitura, è da intendersi riferita ai soli kit per Plasmaexchange od anche ai kit per perfusione tipo HP. E, nella seconda ipotesi, se debbano essere offerti ambedue le tipologie di kit.

## RISPOSTA

- ) 1) Si tratta di refuso. Tale caratteristica “sacche infusionali contenenti fosforo” verrà valutata nei requisiti preferenziali.
- ) 2) In riferimento alla dicitura “kit per perfusione e aferesi” dovranno essere offerti entrambi ovvero si specifica che:

-necessitiamo  
di kit per plasma exchange = linee + plasmaseparatore

-necessitiamo  
di kit per plasmaferesi selettiva (reoaferesi, lipoaferesi, immunoaferesi  
selettiva) = linee + plasma separatore + cartuccia assorbente)

necessitiamo  
di filtri o kit (linee + filtri) per assorbimento delle citochine

necessitiamo  
di filtri o kit per l'assorbimento di bilirubina

-necessitiamo  
di filtri o kit per la rimozione di mioglobina

-necessitiamo  
di filtri per la rimozione di IgG K o Lambda (mieloma multiplo) ad alta  
permeabilità con cutoff elevato

-necessitiamo  
di decapneizzatori

Per i  
trattamenti 1+2, si stima fabbisogno di 35 pezzi/anno

Per i  
trattamenti 3+4 si stima un fabbisogno presunto di circa 50 pezzi/anno.

Per i  
trattamenti 5 + 6 si stima un fabbisogno presunto di circa 50 pezzi/anno.

Per il punto

7 si stima un fabbisogno presunto di circa 10 pezzi/anno.

**Chiarimento n. 39 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 09/04/2021 11:52

Una ditta ha richiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte

DOMANDA

1) Si chiede di confermare che l'inserimento della caratteristica "Plasmafiltrazione a cascata" tra i requisiti indispensabili richiesti nell'allegato 1 al capitolato della documentazione di gara per il LOTTO N. 2, sia da considerarsi un refuso in quanto, tale caratteristica, è già presente nei criteri di valutazione che determinano il punteggio qualitativo dell'offerta (rif. n.21 dell'allegato 2 al capitolato - Criteri di valutazione Lotto 2). Si fa presente che, qualora non si trattasse di un refuso, oltre all'evidente incongruenza derivata dal fatto di trovare la stessa caratteristica sia tra i requisiti indispensabili che tra quelli preferenziali (premianti), ciò limiterebbe fortemente la partecipazione degli operatori economici, costituendo di fatto una "barriera all'accesso" invalicabile per la maggior parte dei potenziali concorrenti, in aperto contrasto con le norme che regolano e tutelano il principio della libera concorrenza, peraltro richiamate nel DL 18 Aprile 2016 n.50, e successive modifiche, nel comma 2 dell'art. 30.

2) Si chiede di confermare che l'inserimento della caratteristica "Kit per LDL aferesi" tra i requisiti indispensabili richiesti nell'allegato 1 al capitolato della documentazione di gara per il



LOTTO N. 2, sia da considerarsi un refuso in quanto, tale caratteristica, è già presente nei criteri di valutazione che determinano il punteggio qualitativo dell'offerta (rif. n.22 dell'allegato 2 al capitolato - Criteri di valutazione Lotto 2). Si fa presente che, qualora non si trattasse di un refuso, oltre all'evidente incongruenza derivata dal fatto di trovare la stessa caratteristica sia tra i requisiti indispensabili che tra quelli preferenziali (premianti), ciò limiterebbe fortemente la partecipazione degli operatori economici, costituendo di fatto una "barriera all'accesso" invalicabile per la maggior parte dei potenziali concorrenti, in aperto contrasto con le norme che regolano e tutelano il principio della libera concorrenza, peraltro richiamate nel DL 18 Aprile 2016 n.50, e successive modifiche, nel comma 2 dell'art. 30.

#### RISPOSTA

- 1) Si è da considerarsi un refuso
- 2) Si è da considerarsi un refuso

**Chiarimento n. 40 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 09/04/2021 12:01

Una ditta ha chiesto il seguente chiarimento, si fornisce la relativa risposta

DOMANDA

- 1) Nell'allegato 2 al capitolato - Criteri di valutazione Lotto 2 – vengono richiesti con un'unica dicitura "Kit per perfusione e aferesi" (rif. n. 16). Le tecniche di perfusione e di aferesi sono diverse tra loro ed in commercio esistono kit per perfusione (ad esempio per Emoperfusione – HP) e kit per plasmaferesi terapeutica (ad

esempio

Plasmaexchange – TPE), altrettanto diversi. Infatti i primi di solito non

contengono il filtro e sono aperti all'utilizzo anche di filtri o cartucce

adsorbenti. I secondi invece, oltre ad avere un sistema di linee che prevede

anche quella dedicata alla sostituzione del plasma, contengono il plasmafiltra.

Pertanto si chiede se, tale dicitura, è da intendersi riferita ai soli kit per

Plasmaexchange od anche ai kit per perfusione tipo HP. E, nella seconda

ipotesi, se debbano essere offerti ambedue le tipologie di kit.

## RISPOSTA

1)In

riferimento alla dicitura “kit per perfusione e aferesi” dovranno essere offerti entrambi ovvero si specifica che:

necessitiamo

di kit per plasma exchange = linee + plasmaseparatore

necessitiamo

di kit per plasmaferesi selettiva (reoferesi, lipoferesi, immunoferesi selettiva) = linee + plasma separatore + cartuccia assorbente)

-necessitiamo

di filtri o kit (linee + filtri) per assorbimento delle citochine

-necessitiamo

di filtri o kit per l'assorbimento di bilirubina

-necessitiamo

di filtri o kit per la rimozione di mioglobina

-  
necessitiamo  
di filtri per la rimozione di IgG K o Lambda (mieloma multiplo) ad alta  
permeabilità con cutoff elevato

-necessitiamo  
di decapneizzatori

Per i  
trattamenti 1+2, si stima fabbisogno di 35 pezzi/anno

Per i  
trattamenti 3+4 si stima un fabbisogno presunto di circa 50 pezzi/anno.

Per i  
trattamenti 5 + 6 si stima un fabbisogno presunto di circa 50 pezzi/anno.

Per il punto  
7 si stima un fabbisogno presunto di circa 10 pezzi/anno.

**Chiarimento n. 41 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici  
occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria  
di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 09/04/2021 12:07

Una ditta ha chiesto il seguente chiarimento, si fornisce la relativa risposta  
DOMANDA

1) Nella scheda offerta relativa ai  
Lotti n.1 e n.2, nella colonna "fabbisogno annuale presunto", vengono  
specificati il numero dei monitor, il numero dei trattamenti e la quantità  
delle  
sacche totali previste. Nella colonna "prezzo unitario oltre IVA" viene  
richiesto di specificare il prezzo unitario

? per il LOTTO 1:

- a) Sacche dialisato senza calcio
- b) Sacche citrato
- c) Sacche infusionali a diversa composizione elettrolitica
- d) Sacche raccolta effluente
- e) Sacche infusionali contenenti fosforo
- f) Kit completi linee + filtro
- g) Kit solo linee
- h) Kit per perfusione ed aferesi

? Per  
il LOTTO 2:

- a) Sacche infusionali a diversa  
composizione elettrolitica
- b) Sacche raccolta effluente con diversa  
capacità
- c) Kit solo linee
- d) Kit per perfusione ed aferesi

e) Kit per dialisi pediatrica

f) Kit per plasmafiltrazione a cascata

g) Kit per LDL aferesi

h) Kit per plasmaexchange

senza la

necessaria indicazione delle quantità riferite alle singole voci. Partendo dall'assunto che le quotazioni saranno probabilmente diverse tra i vari consumabili, vista la loro stessa diversità, ai fini di una corretta formulazione dell'offerta economica si chiede di specificare le singole quantità in relazione a quanto richiesto per i singoli costi unitari.

RISPOSTA

1)Si

specificano le quantità per le singole categorie:

LOTTO 1:

-sacche  
dialisato senza calcio n°3000

-sacche  
citrato n°2000

-sacche  
infusionali a diversa composizione elettrolitica n°3000

-sacche  
raccolta effluente n°1000

LOTTO 2

-sacche  
infusionali a diversa composizione elettrolitica N°20.000

-sacche  
raccolta effluente con diversa capacità n°600

-Kit per  
dialisi pediatrica n°1

-kit per  
LDLaferesi 20

-kit per plasmaexchange 40

**Chiarimento n. 42 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 14/04/2021 10:44

Una ditta ha chiesto il seguente chiarimento, si fornisce la relativa risposta.

**DOMANDA**

Si richiede di valutare la possibilità che i lotti n. 1 e 2 della Procedura in oggetto possano essere aggiudicati con la formula dell'accordo quadro, in alternativa alle attuali modalità indicate che prevedono l'individuazione di un solo aggiudicatario per lotto.

Tale richiesta si motiva per le seguenti ragioni di merito:

- a) l'attuale contratto in essere presso l'A.O. di Terni, in regime di proroga nelle more dell'espletamento della Procedura in oggetto, come da delibera n. 572/2012, prevede già due fornitori (con quote predefinite 60%/40%);
- b) il lotto n. 4 della gara regionale (bandita il 13/04/2014 dall'A.O. di Perugia in qualità di capofila) avente ad oggetto "trattamenti dialitici extracorporei continui e plasmafiltrazione" (per il quale lotto erano riportate le seguenti previsioni di fabbisogno per la AO Terni: 600 trattamenti/anno di CRRT standard, 600 trattamenti/anno di CRRT con citrato, 150 trattamenti/anno di plasmafiltrazione, 6 monitor in noleggio), non fu aggiudicato e venne annullato dalla commissione di gara poiché, in virtù delle molteplici esigenze terapeutiche delle strutture presenti sul territorio regionale, la previsione del disciplinare che indicava un solo aggiudicatario non fu ritenuta idonea;
- c) la maggior parte delle procedure di gara espletate sul territorio nazionale, aventi ad oggetto la medesima tipologia di trattamenti previsti per i lotti n. 1 e 2, per le caratteristiche peculiari dei trattamenti previsti e dei pazienti coinvolti (CRRT su pazienti critici) prevedono la formula dell'accordo quadro che permette di orientare la scelta del clinico sul maggior numero di opzioni terapeutiche possibili;
- d) tale ultima considerazione, assume un ruolo ancora più rilevante in considerazione della particolare situazione di emergenza che stiamo vivendo – conseguente alla pandemia in atto – che richiede la necessità di disporre di un ventaglio terapeutico il più ampio possibile, con il fine di rispondere al meglio alle esigenze di cura dei pazienti ricoverati in area critica.

**RISPOSTA**

Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara, precisando che qualora, nel corso del rapporto contrattuale si renda necessario l'utilizzo di filtri o metodiche dialitiche che la ditta aggiudicataria non sia in grado di supportare, si farà ricorso ad ulteriore ditta tenuto conto del disposto di cui all'art.106 comma 12 il quale prevede: "...La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse

condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. ...".

**Chiarimento n. 43 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 15/04/2021 08:44

**OGGETTO:**  
**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIALITICI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISIDELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. NUMERO GARA ANAC: 8044377**

**COMUNICAZIONE N.2**

Tenuto conto della specificità dei chiarimenti pervenuti si comunica che il termine per la pubblicazione del Verbale dei chiarimenti viene prorogato al 20/04/2021 ore 13:00.

La scadenza per la presentazione delle offerte è altresì prorogata al 05/05/2021 ore 13.00 e l'apertura della documentazione amministrativa al 07/05/2021 ore 09:00.

**Chiarimento n. 44 : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Numero gara ANAC: 8044377**

da Ente alle 16/04/2021 13:31

**COMUNICAZIONE  
N.3**

In riferimento al chiarimento 36 pubblicato in data 09/04/2021 si comunica che per mero errore materiale sono state inserite quantità discordanti con quanto pubblicato nel Capitolato di gara-Allegato 1.

Per quanto sopra si riportano i quantitativi rettificati:

**LOTTO**

1:

- monitor previsti n°10

-sacche dialisato senza calcio n°3000

-sacche citrato n°2000

-sacche infusionali a diversa composizione elettrolitica n°8500

-sacche raccolta effluente n°1000

-sacche infusionali contenenti fosforo n°500

-kit totalmente preassemblati linee+filtro n°550

-kit solo linee n°50

-kit per perfusione n°60 ed aferesi n°40

LOTTO 2:

- monitor previsti n°4

-kit solo linee n°179

-kit



per perfusione n°40 ed aferesi (plasmaexchange) n° 40

-kit  
per dialisi pediatrica n°1

-kit  
per LDLaferesi n°20

-kit per plasmafiltrazione a cascata n°20

-sacche dialisato a diversa composizione elettrolitica

n°3900

-sacche raccolta effluente con diversa capacità n°600