

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura Aperta per l'affidamento mediante Accordo Quadro (lotti n. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,69,70,71,72,73,74,85,87,110) e mediante aggiudicazione al 1° in graduatoria (lotti n. 1, 2, 3, 7, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 62, 63, 67, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,103,104,105,106,107,108,109,111) della fornitura di Mezzi di Osteosintesi e Sintesi Tendineo Legamentosa occorrente alle esigenze dell'Aziende Sanitarie della Regione Umbria - Gara Anac 8352561

Protocollo gara: 8352561/1

Ente: Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS)

Data creazione report: 11/02/2022 12:45

Chiarimento n. 8 : PROT. SCHEDA GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI N. 1

da Ente alle 11/01/2022 15:01

ALCUNI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA HANNO FORMULATO LE SEGUENTI RICHIESTE DI CHIARIMENTI. SEGUONO RISPOSTE.

DOMANDA N. 1

Si chiede
se la comprava dei requisiti: d'idoneità rif.7.1 e di capacità tecnico professionale rif. 7.2 (es.

certificati
di buon esito di fornitura) del disciplinare di gare di cui alla pagina 13 e 14, sono da fornire in sede di offerta o verranno richiesti/acquisiti ad aggiudicazione.

RISPOSTA

La comprova
dei requisiti deve essere certificata in sede di aggiudicazione.

DOMANDA N. 2

Con riferimento a quanto
riportato nel Disciplinare, ove si legge che "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione semplice in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione", si chiede se sia possibile invece inviare direttamente in lingua inglese originale tutta la documentazione tecnica avente rilevanza internazionale, come ad esempio Studi e pubblicazioni scientifiche, in linea con quanto disposto dal Bando tipo n.1 ANAC, paragrafo 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA in cui si

prevede che: “ È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: - eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati quali ad esempio marchi CE/ISO; letteratura scientifica, pubblicata in riviste ufficiali

RISPOSTA

E' consentito allegare in lingua inglese: 1) eventuali certificazioni rilasciate da enti accreditati quali ad esempio marchi CE/ISO 2) letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali purché in versione integrale (no abstract). Resta intesi che risulta preferibile allegare la stessa certificazione in lingua italiana.

DOMANDA N.

3

Premesso che la gara è stata caricata in piattaforma due volte in ragione del criterio di aggiudicazione della fornitura, ovverosia separando i lotti e collocandoli in una piuttosto che nell'altra procedura sulla base appunto del criterio di aggiudicazione, considerato che la documentazione tecnica ed economica verrà collocata su piattaforma in ragione dei lotti di interesse, nella misura in cui la documentazione amministrativa risulta essere unica e identica per tutti i lotti di partecipazione, nel caso in cui si fosse interessati a partecipare per più lotti rientranti in criteri di aggiudicazione differenti, siamo a chiedere di specificare dove collocarla, vale a dire in quale delle due procedure inserire la documentazione amministrativa.

RISPOSTA

La documentazione amministrativa dovrà essere caricata in entrambe le schede di gara.

DOMANDA N.

4

Con riferimento a quanto previsto all'art. 7.2 “ requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale” del Disciplinare di gara ” ... Capacità tecnica e professionale: Livelli minimi di capacità richiesti: - Per ciascun lotto il concorrente deve aver eseguito nel quadriennio 2017/2018/2019/2020 forniture analoghe a quelle di importo complessivo minimo almeno pari al valore complessivo a base di gara (importo a base d'asta quadriennale del lotto cui partecipa)...:

-dell'applicazione da parte di codesta Spett.le Stazione Appaltante Umbria Salute e Servizi, in chiave di favor participationis, del principio della comunanza di settore imprenditoriale;

RISPOSTA

Nel rispetto di consolidata giurisprudenza amministrativa e nell'ottica del principio del favor participationis i requisiti di carattere tecnico e professionale potranno essere stati maturati dagli operatori economici nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in argomento. La stazione Appaltante verificherà le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto delle forniture indicate dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnico professionale richiesta dal bando.

Chiarimento n. 43 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI N. 2

da Ente alle 04/02/2022 11:16

ALCUNI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA HANNO FORMULATO LE SEGUENTI RICHIESTE DI CHIARIMENTI. SEGUONO RISPOSTE.

DOMANDA

1) Per i lotti 78-79-80 chiediamo conferma di poter utilizzare anche il fatturato delle forniture strumentario chirurgico ortopedia. 2) Chiediamo inoltre conferma che in questa fase sia da fornire solo il fatturato con la descrizione delle forniture mentre i certificati rilasciati dai committenti o la copia delle fatture dei prodotti analoghi devono essere forniti solo in caso di aggiudicazione.

RISPOSTA

1) Si rimanda a quanto espressamente previsto dalla documentazione di gara. 2) Si Conferma

DOMANDA

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette in allegato la comunicazione di fusione

per incorporazione di Umbria Digitale SCARL in Umbria Salute e Servizi Scarl con nuova denominazione della società incorporante "PuntoZero S.c.a r.l.". Ciò premesso si precisa che le polizze fidjussorie provvisorie stipulate dopo il 1/1/2022 e che saranno presentate dalle ditte partecipanti dovranno essere stipulate a beneficio di PuntoZero s.c.a r.l. Detta comunicazione riguarda le gare di UMBRIA SALUTE e dobbiamo quindi intestare tutte le comunicazioni, fidejussioni e dichiarazioni a PUNTO ZERO SCARL ?

RISPOSTA

Si conferma che le fatture ed ogni altro documento di qualsiasi natura riportante una data di rilascio/emissione, successiva al 1° Gennaio 2022 dovranno essere intestati a "Punto Zero S.c.ar.l."

Si trascrivono di seguito i dati della società risultante dalla fusione:

Denominazione:
Punto Zero S.c.ar.l.

Sede: Via E.
Dal Pozzo s.n.c.

C.F./PIVA
Inscr. Reg. Imp.: 02915750547

PEC:
puntozeroscarl@pec.it

DOMANDA

La documentazione amministrativa va preparata come se fossero due gare separate? Da questo segue: il requisito tecnico professionale va calcolato separatamente per ogni gruppo; la garanzia provvisoria per ogni gruppo (qualora non fosse prestata per singolo lotto); la domanda di partecipazione prodotta sempre per ogni gruppo con due bolli distinti?

RISPOSTA

La

documentazione amministrativa potrà essere la medesima e deve riportare l'indicazione dei lotti per cui si presenta l'offerta e dovrà essere caricata nella corrispondenza scheda di gara a cui appartiene il lotto di interesse. La domanda di partecipazione potrà essere unica (unico bollo), così come potrà essere unica la garanzia provvisoria, caricate comunque in ciascuna scheda di gara.

DOMANDA

Per quanto riguarda la vs richiesta di requisito di capacità tecnica e professionale vorremmo sottolineare la penalizzazione delle piccole e medie imprese e violazione del principio del favor participationis. Pur comprendendo le vostre ragioni, il periodo considerato è molto grande e trattasi di una gara regionale, questo rende le dimensioni dei lotti molto grandi e praticamente inaccessibili per le piccole e medie imprese, vi chiediamo gentilmente di valutare un'opzione meno restrittiva che rispetta quanto dettato dal legislatore:

Secondo l'art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, le capacità tecniche e professionali da richiedersi ai partecipanti alle gare pubbliche devono essere attinenti e proporzionate all'oggetto dell'appalto, in quanto deve essere tenuto presente l'interesse pubblico alla massima partecipazione alle gare. L'art. 30 del codice impone inoltre alle stazioni appaltanti il rispetto di una serie di principi, fra cui assumono rilievo quelli di libera concorrenza e di non discriminazione, principi di diretta derivazione euro-unitaria ed aventi altresì un fondamento costituzionale nell'art. 41 della Costituzione, sulla tutela della libertà di iniziativa economica privata.

L'art. 30 comma 7 prescrive poi che i criteri di partecipazione non devono escludere le microimprese, oltre alle piccole e medie imprese. L'attenzione del legislatore per la tutela delle piccole e medie realtà imprenditoriali si desume altresì chiaramente dall'art. 51 del codice sulla suddivisione in lotti, oltre che dal già citato art. 83 comma 2.

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.

DOMANDA

TIMING DI

GARA: - dal vostro schema si evince che il giorno 16/02/2022 alle ore 13:00 verrà messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta economica in excel. Sempre allo stesso giorno e ora indicate come termine ultimo: - l'apposizione della firma digitale e marcatura temporale al file di offerta economica in excel - l'inserimento del numero seriale identificativo della marcatura temporale apposta al file di offerta economica in excel Ma se il file dell'offerta economica in excel sarà messo a disposizione il giorno 16/02/2022 alle ore 13:00 (termine ultimo per la presentazione dell'offerta), come è possibile compilarlo, firmarlo, marcarlo e inserire il numero della marcatura temporale, sempre entro lo stesso termine? Si tratta quindi di un refuso?

RISPOSTA

Si rimanda al Disciplinare telematico (Art. 8 punti A e B) e per la messa a disposizione dello schema per la formulazione dell'offerta economica telematica si rimanda a quanto espressamente specificato nel Timing di gara.

DOMANDA

Siamo a richiedere con la presente se:

- 1) è possibile avere lo schema d'offerta editabile in formato excel ed i documenti da compilare (domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni integrative, patto integrità) in formato word perchè sono tutti forniti in formato pdf;
- 2) la cauzione provvisoria è da inserire nei documenti a corredo (14.3.2. Disciplinare di gara);
- 3) è possibile assolvere all'imposta di bollo con F24, in luogo di F23 o di applicazione marca da bollo da € 16,00.

RISPOSTA

- 1) Si conferma la documentazione di gara

2) la
cauzione provvisoria è da inserire nei documenti a corredo

3) E'
possibile assolvere al pagamento dell'Imposta di bollo con F24 in virtù del
Provvedimento

n.
365557/2020 dell'Agenzia delle Entrate. Il codice tributo è il 2501.

DOMANDA

In merito ai
requisiti di Capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 del Bando di
Gara: in particolare non ci è chiaro se per "forniture analoghe a quelle di
importo complessivo minimo almeno pari al valore complessivo a base di gara
(importo a base d'asta quadriennale del lotto cui partecipa)" si intende
forniture analoghe per valore, per tipologia merceologica o per entrambe

Nel secondo
e terzo caso, considerato il requisito quadriennale delle succitate forniture,
non incontreremo i livelli minimi di capacità in quanto, per i lotti di nostro
interesse, partecipiamo con una linea di recente acquisizione, nonostante la
comprovata qualità dei prodotti in questione che sono da tempo sul mercato.

RISPOSTA

Per
forniture analoghe si intende per entrambe (valore e merceologica)

DOMANDA

Con
riferimento alla Procedura in oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
1) - il Disciplinare Telematico di Gara, prescrive in merito al Deposito della
Documentazione Amministrativa e al Deposito della Documentazione Tecnica,
quanto segue: "entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l'operatore
economico deve depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato
"rispettivamente per la DOC. GARA AMMINISTRATIVA e rispettivamente per la
DOC. GARA TECNICA" i documenti indicati nel Disciplinare. Tutti i file relativi
alla rispettiva doc. amministrativa e alla rispettiva doc. tecnica, dovranno
avere formato pdf. ed essere contenuti in una cartella zip. e NON DOVRANNO

ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE. - Il Disciplinare di Gara all'art. 12 "Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara, prescrive: " Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante. Chiediamo quindi volerci confermare quale sia la modalità corretta per la sottoscrizione dei documenti:
- è sufficiente firmare digitalmente la cartella zippata senza apporre la sottoscrizione digitale su ciascun documento in pdf contenuto al suo interno (fatta eccezione per la cauzione provvisoria), oppure occorre sottoscrivere digitalmente tutti i documenti in pdf contenuti nella cartella e anche la stessa cartella zippata?

RISPOSTA

Si conferma
che è sufficiente firmare digitalmente la cartella zippata contenente la documentazione.

Chiarimento n. 44 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI N. 3

da Ente alle 04/02/2022 11:29

DOMANDA

Requisiti di Capacità

Tecnica-Professionale: confermate che le forniture analoghe da indicare per ogni singolo lotto, debbano riferirsi alle forniture relative all'oggetto di gara (materiale di osteosintesi e sintesi tendineo legamentosa) e non specificatamente ai prodotti indicati per il singolo lotto?

RISPOSTA

Si conferma la documentazione di gara

DOMANDA

A pag 38 del disciplinare di gara - punto IV si chiede: (obbligatorio solo se si presenta il listino di cui al precedente PUNTO II). Confermate che il riferimento "PUNTO II" è errato? Che invece è riferito al Punto III?

RISPOSTA

Si conferma.

DOMANDA

Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedere la possibilità di poter avere il file denominato "All. n. 8 - Dettaglio di Offerta Economica" in formato editabile (word o excel), al fine di rendere più agevole la compilazione dei dati, da parte degli operatori economici.

RISPOSTA

Si conferma la documentazione di gara

DOMANDA

Si chiede se dall'All. 8 al Disciplinare "Dettaglio Offerta economica" si possa estrapolare la pagina con il lotto di proprio interesse e inserire tale file compilato in piattaforma.

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA

A pag. 38 al punto IV viene fatto riferimento al punto II, si chiede se trattasi di refuso e se il riferimento corretto è da intendersi al punto III

RISPOSTA

Trattasi di refuso.

DOMANDA

Nell'allegato "TIMING DI GARA" viene precisato che in data 16/02/2022 ore 13 verrà messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta economica telematica "SchemaOfferta_.xls" e che entro lo stesso termine lo stesso dovrà essere compilato e firmato/marcato digitalmente. Si chiedono spiegazioni dato che le operazioni richieste di compilazione e marcatura non sono immediate, si chiede dunque di differire i termini

RISPOSTA

Si rimanda al Disciplinare telematico (Art. 8 punti A e B) e per la messa a disposizione dello schema per la formulazione dell'offerta economica telematica si rimanda a quanto espressamente specificato nel Timing di gara.

DOMANDA

Richiamando il punto 14): il portale mette già ora a disposizione un file "SchemaOfferta_.xls" è già quello finale e definitivo o questo sarà reso disponibile solo in data 16.02.2022?

RISPOSTA

Trattasi di file definitivo

DOMANDA

Il file "SchemaOfferta_.xls" deve essere firmato e marcato in formato excel. Corretto? E nello stesso formato verrà poi caricato su portale. Corretto?

RISPOSTA

Si conferma che il file "Schema Offerta" dovrà essere firmato digitalmente.

DOMANDA

Nello "SchemaOfferta.xls" generato e scaricato dalla piattaforma viene richiesto di indicare anche la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non si trova però all'interno del file il campo corretto. In quale colonna tra quelle presenti nello "SchemaOfferta" (sotto dettaglio) deve essere indicato?
Codice lotto Codice prodotto Base asta lotto (complessivo) Base asta non ribassabile (complessivo) Importo previsto Percentuale offerte obbligatorie
Quantità prodotto Base asta prodotto (unitario) Unità misura prodotto Offerta
Descrizione Offerta obbligatoria

RISPOSTA

Si precisa come espressamente riportato nella documentazione di gara che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Laddove l'operatore economico sostiene tali costi questi possono essere autocertificati e allegati alla documentazione economica.

DOMANDA

Per una più ampia partecipazione si chiede se possibile dimezzare il valore minimo da dimostrare tramite la capacità tecnico-professionale, ovvero che la somma delle forniture realizzate nel quadriennio 2017/2018/2019/2020 sia almeno pari alla metà della somma del valore posto a base d'asta per ciascun lotto di partecipazione. Si conferma?

RISPOSTA

Si conferma la documentazione di gara e conseguentemente non può essere accolta la richiesta formulata.

DOMANDA

I documenti a comprova del requisito “tecnico-professionale” auto dichiarato in sede di offerta, dovranno essere prodotti solo in seguito al termine ultimo valido per la presentazione delle offerte ed a seguito di specifica richiesta. Corretto?

RISPOSTA

La comprova dei requisiti deve essere certificata in sede di aggiudicazione.

DOMANDA

Si chiede se la comprova del requisito “tecnico-professionale” possa essere dimostrata anche mediante copia dell’elenco delle fatture emessa a favore degli enti pubblici/privati.

RISPOSTA

Si conferma.

DOMANDA

Si chiede di confermare che la trasmissione mediante portale ANAC dei documenti a dimostrazione dei requisiti auto dichiarati deve avvenire solo in seguito al termine ultimo valido per la presentazione delle offerte ed a seguito di specifica richiesta. Corretto? In tale fase è dunque solo necessario la produzione e l’invio dell’PassOe, si conferma?

RISPOSTA

Si rimanda alla documentazione di gara. Nella presente fase di gara dovrà essere presentato solo il PASSOE

Chiarimento n. 45 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI N. 4

da Ente alle 04/02/2022 11:32

DOMANDA

Garanzia provvisoria, è da calcolare sull'importo quadriennale del lotto corretto? Quanto trascritto a pag. 17/19 del disciplinare è da considerare un refuso?

RISPOSTA

La garanzia provvisoria è stata calcolata sul valore quadriennale dell'Appalto. Ogni diversa indicazione deve intendersi un refuso.

DOMANDA

Nella compilazione dell' "3.3. - All. 3a al Discipl - DICH INTEGR DGUE", alla voce sotto riportata. Si chiede se corretto barrare i campi relativi al punto 1 (da 1.1 a 1.5), senza fornire alcun dato, in caso di partecipazione alla gara come società singola (società per azioni) [...] "Che la compilazione del DGUE, parte III, Sez. A, C (limitatamente all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice) e D (limitatamente all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice) è effettuata anche in nome e per conto dei soggetti sotto indicati:..."

RISPOSTA

Si conferma la documentazione di gara.

DOMANDA

A pag. 5 e seguenti del disciplinare telematico viene indicato che, contrariamente a quanto imposto dal disciplinare di gara, i singoli file pdf che costituiscono la documentazione amministrativa, tecnica ed economica NON devono essere firmati digitalmente. Si chiede dunque di confermare se sia sufficiente, anche in base alle norme del Disciplinare di gara a cui il disciplinare telematico fa rimando per eventuali eccezioni, firmare digitalmente solo le cartelle .zip e non anche i singoli file amministrativi/tecnici/economici contenuti all'interno.

RISPOSTA

Si conferma che è sufficiente firmare digitalmente la cartella zippata contenente la documentazione.

DOMANDA

A pagina 5 del Capitolato viene menzionato un "ALLEGATO A", non trovando il medesimo tra i documenti di gara messi a disposizione, si chiede a quale allegato si debba far riferimento?

RISPOSTA

Si tratta di refuso

DOMANDA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Essendo la procedura in piattaforma suddivisa in due in ragione del criterio di aggiudicazione, come ci si deve comportare per quanto riguarda la documentazione amministrativa che non risulta essere identica per entrambe le procedure ma che contiene il riferimento ai lotti di partecipazione? Dovrà essere predisposta in maniera distinta per le due procedure? Ad es. dovranno essere predisposte due distinte domande di partecipazione con pagamento di 2 F23 (posto che vanno indicati i lotti per i quali si intende partecipare), due distinti DGUE (anche in tale documento vi è il campo relativo ai lotti di partecipazione), due distinti PassOE e due distinte cauzioni provvisorie?

RISPOSTA

La documentazione amministrativa potrà essere la medesima e deve riportare l'indicazione dei lotti per cui si presenta l'offerta e dovrà essere caricata nella corrispondenza scheda di gara a cui appartiene il lotto di interesse. La domanda di partecipazione potrà essere unica (unico bollo), così come potrà essere unica la garanzia provvisoria, caricate comunque in ciascuna scheda di gara.

DOMANDA

RICHIESTA FILE IN FORMATO EDITABILE

(WORD/EXCEL) Se possibile, si chiede cortesemente che vengano resi disponibili sulla piattaforma Net4market i file da compilare in versione editabile (sia per quanto riguarda la documentazione amministrativa che per quanto riguarda l'offerta economica ad es. Allegato 8)

RISPOSTA

Si conferma la documentazione di gara

DOMANDA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -
ALLEGATO 3 Trattandosi di FAC SIMILE, si chiede conferma di poter semplicemente aggiungere nell' Allegato 3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (Per il Legale Rappresentate dell'Impresa) anche la seguente dichiarazione, senza dover predisporre un ulteriore documento: "di mantenere valida l'offerta per almeno 240 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte".

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA

Si chiede la possibilità di mettere

RISPOSTA

Si conferma la documentazione di gara

DOMANDA

Si chiede conferma che, in caso di avvalimento, anche la domanda di partecipazione dell'ausiliaria debba essere corredata della documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'importo di € 16,00.

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA

Siamo a chiedere conferma che nel file "Schema Offerta_xls" generato e scaricato dalla piattaforma, debba essere compilato solo il campo denominato "OFFERTA", dove appunto si andrà ad indicare il prezzo complessivo annuo offerto. Diversamente chiediamo cosa debba essere indicato nei seguenti campi: 1) Base asta non ribassabile (complessivo) 2) Importo previsto 3) Unità misura prodotto b) siamo a chiedere se i lotti del file di cui sopra, per il quale il concorrente non presenta offerta, possano essere eliminati o debbano essere lasciati vuoti c) siamo a chiedere se l'indicazione dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro posano essere indicati al fondo dello stesso file nelle righe vuote.

RISPOSTA

Si conferma e per ogni altro chiarimento in merito alla compilazione del file si rimanda all'assistenza clienti della Piattaforma Net4market.

Si precisa come

esspressamente riportato nella documentazione di gara che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Laddove l'operatore economico sostiene tali costi questi possono essere autocertificati e allegati alla documentazione economica.

DOMANDA

Confermate che anche gli allegati 8 (scheda d'offerta) da inserire in "DOC ULTERIORE" come i documenti amministrativi ed i documenti tecnici sono da fornire in formato pdf, non firmati digitalmente singolarmente, ma contenuti in cartella zip e solo quest'ultima firmata digitalmente con marcatura temporale?

RISPOSTA

Si conferma che è sufficiente firmare digitalmente la cartella zippata contenente la documentazione

AMMINISTRATIVI N. 5

da Ente alle 04/02/2022 11:38

DOMANDA

in luogo dell'assolvimento
dell'imposta di bollo mediante F23, l'apposizione della marca da bollo è da

effettuarsi NON sulla domanda di
partecipazione, ma sull' " Allegato_3.5. - All. 4 al Discipl -MODELLO

ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO" ?
Confermate?

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA

Con riferimento a quanto richiesto
all'art. 7.2 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" siamo a chiedere
se accettate, a comprova del possesso del requisito, la presentazione dei
bilanci relativi agli anni indicati, dove alla voce "INFORMAZIONI SUL CONTO
ECONOMICO – Ricavi delle vendite e delle prestazioni – Ripartizione per
categoria di attività" è indicato il valore complessivo delle forniture
eseguite per il materiale oggetto di gara. In caso contrario, risulterebbe
difficile per la nostra società dimostrare quanto dichiarato, dato che la somma
totale dei lotti di nostro interesse corrisponde praticamente alla totalità
delle forniture eseguite (stiamo parlando quindi di centinaia di clienti).

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA

Sarebbe possibile ricevere il file
"All.8_Dettaglio di Offerta Economica" in formato excel editabile?

RISPOSTA

Si conferma la documentazione di
gara

DOMANDA

Al
punto 7.2 "Requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnica e
professionale" per forniture ANALOGHE intendete forniture di protesi
ortopediche in generale?

RISPOSTA

Nel
rispetto di consolidata giurisprudenza amministrativa e nell'ottica del
principio del favor participationis i requisiti di carattere tecnico e
professionale potranno essere stati maturati dagli operatori economici nel
medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in
argomento. La stazione Appaltante verificherà le prestazioni oggetto
dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto delle forniture indicate dai
concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnico
professionale richiesta dal bando.

DOMANDA

All'Art.
3 punto 2. del capitolato speciale d'appalto citate l' Allegato A, a quale file

si riferisce?

RISPOSTA

Si tratta di refuso

DOMANDA

All'Art. 8 B) del disciplinare telematico scrivete che è necessario caricare la documentazione economica nella sezione "DOC.GARA – ULTERIORE", ma tale sezione ad oggi, nel portale, ci risulta essere chiusa. Chiediamo pertanto quando sarà possibile caricare tale documentazione? Non riusciamo ad evincerlo né dal disciplinare né dal timing di gara.

RISPOSTA

Si rimanda a quanto previsto nel Timing di gara (Inizio upload e fine upload) e a quanto indicato all'art. 8 lett. b del Disciplinare di gara.

DOMANDA

All'Art. 8 B) del capitolato speciale d'appalto precisate che si dovranno indicare tutti i codici riferiti alla gamma del prodotto offerto, possiamo aggiungere tante righe quanti saranno i codici offerti, direttamente nell'allegato 8)? Oppure dobbiamo allegare un elenco a completamento?

RISPOSTA

Si può allegare elenco a completamento

DOMANDA

Si chiede conferma se la polizza fidejussoria debba riportare sia l'autentica della sottoscrizione che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore, o quest'ultima si debba intendere in alternativa all'autentica.

RISPOSTA

Si conferma la documentazione di gara

DOMANDA

In considerazione del fatto che la % di sconto praticata per ogni lotto possa essere differente, si chiede se sia corretto presentare un listino per ogni lotto, dal momento che la percentuale di sconto da praticare deve essere almeno pari a quello praticato per il lotto di riferimento.

RISPOSTA

La percentuale di sconto deve essere applicata, per ciascun lotto (prodotti di riferimento del lotto) sul prezzo a base d'asta

DOMANDA

Nel modello "scheda offerta Lotti" nella voce "Percentuale di sconto applicata" si intende sul prezzo di listino o sul base d'asta?

RISPOSTA

Si intende sulla base d'asta

DOMANDA

A pag. 38 al punto IV viene fatto riferimento al punto II, si chiede se trattasi di refuso e se il riferimento corretto è da intendersi al punto III.

RISPOSTA

Trattasi di refuso.

DOMANDA

Ai fini della comprova del requisito “tecnico-professionale”, per una più ampia partecipazione, si chiede se quali “forniture analoghe” possa essere considerato in senso esteso la fornitura di "Dispositivi Medici" effettuata in Italia nell’ambito degli interventi di umana.

RISPOSTA

Nel rispetto di consolidata giurisprudenza amministrativa e nell’ottica del principio del favor participationis i requisiti di carattere tecnico e professionale potranno essere stati maturati dagli operatori economici nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in argomento. La stazione Appaltante verificherà le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto delle forniture indicate dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnico professionale richiesta dal bando.

DOMANDA

Nella compilazione del “3.1. - All. 1 al Discipl- Istanza partecipazione” si chiede se la marca da bollo debba essere applicata sul modulo sopra richiamato o se invece sia da apporre solo sul modulo “3.5. - All. 4 al Discipl - MODELLO ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO” da allegare dunque all’Istanza di Partecipazione.

RISPOSTA

Può essere applicata
indifferentemente sui due modelli.

DOMANDA

Con
riferimento alla gara in oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1)
CAPITOLATO SPECIALE - ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO: chiediamo se il listino
relativo ai prodotti fuori gara, sarà richiesto solamente alle aziende
aggiudicatrici in caso di vostra necessità, e pertanto che non debba essere
depositato in fase di gara

RISPOSTA

Si
conferma la documentazione di gara

Chiarimento n. 47 : PROT. SCHEDE DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI N. 6

da Ente alle 04/02/2022 11:41

DOMANDA

All'art.
16 punto I del disciplinare si richiede di indicare nel file "Schema
Offerta.xls" i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza, ma nello
stesso file non è previsto un campo dove vanno inseriti, si prega specificare
dove devono essere indicati.

RISPOSTA

Si precisa come
essenzialmente riportato nella documentazione di gara che l'importo degli oneri per la
sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Laddove l'operatore economico sostiene tali costi questi possono essere
autocertificati e allegati alla documentazione economica.

DOMANDA

Nel caso in cui l'offerente preveda un sistema che ben risponde all'oggetto del lotto ma che non prevede una componente richiesta o ne preveda una aggiuntiva: è possibile modificare lo schema d'offerta di conseguenza, ovvero aggiungendo o eliminando una voce del lotto?

RISPOSTA

Si rimanda a quanto esattamente riportato nella documentazione di gara

DOMANDA

Art 3 punto 2 capitolato tecnico, (pag 5) si fa riferimento all'ALLEGATO A: "scheda tecnica (e foglietto illustrativo ove previsto) originale del produttore in lingua italiana, di ciascun prodotto offerto, così come riportato nell'Allegato A,..." Tra i documenti di gara non vi è un allegato A Trattasi di un refuso?

RISPOSTA

Trattasi di refuso

DOMANDA

Con riferimento a quanto previsto all'art. 7.2 "requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale" del Disciplinare di gara" ... Capacità tecnica e professionale: Livelli minimi di capacità richiesti: - Per ciascun lotto il concorrente deve aver eseguito nel quadriennio 2017/2018/2019/2020 forniture analoghe a quelle di importo complessivo minimo almeno pari al valore complessivo a base di gara (importo a base d'asta quadriennale del lotto cui partecipa)...:

-
della possibilità di presentare, anche in considerazione del codice CPV principale indicato nel Bando di gara 2021/S 242-637213 "33190000 Dispositivi e prodotti medici vari", proprie forniture alle Sale Operatorie di ortopedia e traumatologia di Dispositivi Medici per chirurgia protesica.

RISPOSTA

Nel rispetto di consolidata giurisprudenza amministrativa e nell'ottica del principio del favor participationis i requisiti di carattere tecnico e professionale potranno essere stati maturati dagli operatori economici nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in argomento. La stazione Appaltante verificherà le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto delle forniture indicate dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnico professionale richiesta dal bando.

DOMANDA

OFFERTA

ECONOMICA: siamo a chiedere se la % di sconto applicata da indicare nel vostro modello Dettaglio offerta economica, si riferisca al ribasso praticato sulla base d'asta richiesta o se si riferisca alla % di sconto praticata sui prezzi di listino CCIAA, per ottenere la quotazione offerta? Chiediamo inoltre se sia possibile integrare il documento di cui sopra con apposito allegato riportante tutti i codici dei prodotti esistenti per il sistema offerto, in quanto sullo stesso parrebbe che si debbano indicare i soli codici relativi all'impianto tipo offerto.

RISPOSTA

La percentuale di sconto deve essere applicata sulla base d'asta.

E' possibile integrare il documento con apposito allegato riportante tutti i codici dei prodotti esistenti per il sistema offerto

DOMANDA

Nell'allegato 8 di offerta economica può essere inserito un dettaglio dei codici riferito all'impianto tipo? Se confermate che deve essere applicata un'unica % di sconto per le gli elementi costituenti l'impianto, chiediamo se impianto tipo e dettaglio dei codici vadano presentati alla stessa % unica di sconto.

RISPOSTA

Si

DOMANDA

Si
può diversificare lo sconto per gli elementi componenti l'impianto tipo o va applicata una unica % di sconto?

RISPOSTA

La
percentuale di sconto deve essere sulla base d'asta

DOMANDA

All'interno
dello stesso lotto è possibile applicare percentuali diverse di sconto per i singoli prodotti offerti che compongono l'impianto tipo? In caso di risposta affermativa, ai codici offerti a completamento del lotto va applicata la media delle percentuali di sconto utilizzate per i codici dell'impianto tipo, oppure possiamo procedere con percentuali diverse per singolo codice?

RISPOSTA

**La percentuale di
sconto richiesta nell'Allegato 8 Dettaglio Offerta economica-Scheda Offerta è
da intendersi la percentuale di sconto (ovvero ribasso) rispetto all'importo
della base d'asta indicata.**

DOMANDA

Poiché,

ove possibile, dobbiamo indicare per ciascun lotto la possibilità di offrire i medesimi prodotti in versione sterile, è possibile applicare percentuali di sconto diverse tra codici sterili e codici non sterili essendoci differenze tra i prezzi di listino?

RISPOSTA

La percentuale di sconto richiesta nell'Allegato 8 Dettaglio Offerta economica-Scheda Offerta è da intendersi la percentuale di sconto (ovvero ribasso) rispetto all'importo della base d'asta indicata.

Attenersi al capitolato tecnico Art. 3 – Caratteristiche tecniche dei prodotti: requisiti (pag. 6 del Capitolato Tecnico) “L’offerta del materiale dovrà indicare l’eventuale disponibilità del sistema sterile (elemento di valutazione qualitativa). I prodotti sterili dovranno essere offerti alle medesime condizioni economiche di quelli non sterili.”.

DOMANDA

Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1) CAPITOLATO SPECIALE - ART. 1) CAPITOLATO SPECIALE - ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - REQUISITI: chiediamo se per elenco dei prodotti offerti intendiate l'elenco dei lotti offerti; in tal caso chiediamo se sia possibile inserire l'elenco riportante tutti i lotti offerti per la gara in ogni singolo lotto presente sul portale. Oppure se per elenco dei prodotti offerti intendiate tutte le componenti e misure facenti parte del sistema o impianti tipo offerto per il lotto di riferimento.

RISPOSTA

Si conferma alla documentazione di gara

DOMANDA

Con
"offerta alternativa" si indica unicamente la presentazione per lo stesso lotto
del medesimo impianto tipo con valorizzazione differente. Corretto?

RISPOSTA

Si conferma alla documentazione di
gara

Chiarimento n. 48 : COMUNICAZIONE N. 2 Proroga pubblicazione verbale definitivo dei chiarimenti

da Ente alle 08/02/2022 12:39 , allegato(1): 20220208123917862_Comunicazione n. 2.pdf
Vedere Allegato.

Chiarimento n. 49 : COMUNICAZIONE N. 3 - Proroga pubblicazione verbale definitivo dei chiarimenti e posticipo termine presentazione offerta

da Ente alle 08/02/2022 17:10 , allegato(1): 20220208171054336_Comunicazione n. 3.pdf
vedi allegato

Chiarimento n. 50 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI TECNICI N. 1

da Ente alle 10/02/2022 17:15

ALCUNI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI GARA HANNO FORMULATO LE SEGUENTI RICHIESTE DI CHIARIMENTI. SEGUONO
RISPOSTE.

DOMANDA

Si
chiede, in riferimento alla letteratura scientifica di cui alla pagina 15 del
capitolato speciale "4. CAPITOLATO TECNICO" cosa si intenda per
sopravvenienza degli impianti, in quanto ci risulta essere un dato per i DM
protesici e non per i sistemi di sintesi interna ed esterna. Si chiede conferma
se si intendono i follow up.

RISPOSTA

La

Ditta potrà presentare ogni evidenza scientifica ritenga sia di supporto in merito alla valutazione dell'esito clinico del prodotto offerto.

DOMANDA

Si chiede, in riferimento alla letteratura scientifica di cui alla pagina 15 del capitolato speciale "4. CAPITOLATO TECNICO" cosa si intenda per "Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico": trattasi di risultati clinici o risultati radiografici o complicanze o fallimenti, ...tipo di score...?

RISPOSTA

La Ditta potrà presentare ogni evidenza scientifica ritenga sia di supporto in merito alla valutazione dell'esito clinico del prodotto offerto.

DOMANDA

Si chiede, in riferimento alla letteratura scientifica di cui alla pagina 15 del capitolato speciale "4. CAPITOLATO TECNICO", se è possibile fornire anche letteratura ed articoli in lingua inglese.

RISPOSTA

Si. E' consentito allegare in lingua inglese: 1) eventuali certificazioni rilasciate da enti accreditati quali ad esempio marchi CE/ISO 2) letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali purché in versione integrale (no abstract). Resta intesi che risulta preferibile allegare la stessa certificazione in lingua italiana.

DOMANDA

Lotto 72 "Sistema modulare di fissazione esterna tubolare" in base alla tipologia di impianti richiesti nel capitolato tecnico e nell'impianto tipo che differiscono per tipologia di trattamento, si richiede la possibilità di rispondere con due prodotti differenti. In alternativa si chiede alla stazione appaltante di suddividere il lotto in due sub-lotti, uno per la fissazione

esterna tubolare e ibrida e uno per la ricostruzione ossee (sistema a slitte).

RISPOSTA

L'impianto tipo è strutturato a scopo comparativo e non clinico, pertanto si conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

In riferimento al Lotto 84 in ragione delle varie tipologie di cambre richieste, si chiede la possibilità di offrire altre leghe impiantabili oltre il titanio.

RISPOSTA

No.

DOMANDA

Relativamente alla compilazione dell'offerta economica del lotto 76 "allegato 8 dettaglio offerta economica – scheda offerta" si fa presente, che sono contemplati distretti vari, e pertanto presentano prezzi differenti. Si chiede se è possibile inserire nella colonna "importo unitario offerto" un prezzo medio tra tutti gli impianti tipo dei distretti, così da rendere agevole il calcolo totale annuo offerto. Inoltre si chiede la possibilità di inserire un allegato con il dettaglio degli impianti tipo divisi tra polso, gomito, ginocchio e caviglia con relativo elenco dei prodotti.

RISPOSTA

Si conferma la documentazione di gara specificando che l'importo a base d'asta è stato definito utilizzando un prezzo medio tra tutti gli impianti tipo dei distretti, in considerazione del fatto che ci sono delle parti in comune ai vari distretti anatomici che costituiscono il fulcro articolato e parti specifiche per distretto e tenendo altresì conto, altresì come già previsto nel capitolato di gara, che la ditta fornitrice dovrà fornire tutte le tipologie di impianti.

Si

è possibile inserire un allegato con il dettaglio degli impianti tipo divisi tra polso, gomito, ginocchio e caviglia con relativo elenco dei prodotti.

DOMANDA

Relativamente alla compilazione dell'offerta economica dei lotti dei chiodi nr. 11-12-13-42-60 "allegato 8 dettaglio offerta economica – scheda offerta" si fa presente, che i chiodi std e long hanno prezzi differenti, si chiede se è possibile inserire in offerta un prezzo medio al fine del calcolo del lotto ed inserire un allegato con il dettaglio degli impianti tipo std e long ed elenco dei prodotti offerti

RISPOSTA

No,
si conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

Relativamente alla compilazione dell'offerta economica del lotto 21 "allegato 8 dettaglio offerta economica – scheda offerta" si fa presente, che le placche presentano prezzi differenti a seconda delle lunghezze e dei fori presenti, si chiede pertanto se è possibile inserire in offerta un prezzo medio al fine del calcolo del lotto ed inserire un allegato con il dettaglio degli impianti tipo ed elenco dei prodotti offerti.

RISPOSTA

No,
si conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

Alcuni

lotti prevedono la richiesta di una gamma di prodotti che pur essendo della stessa tipologia, hanno caratteristiche e particolarità diverse, e quindi quotazioni differenti (esempio lotto 92, richiesta di ancore di materiali diversi, a 2 o 3 fili). La base d'asta prevede tuttavia una quotazione unica. Confermate che le varie versioni dello stesso prodotto possono essere offerte a quotazioni diverse, e che può essere utilizzata la media matematica al fine di ricavare una quotazione che consenta di calcolare il totale del lotto ?

RISPOSTA

No,
si conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

Il lotto 94 prevede una descrizione delle ancore richieste con diametro da 2,4 a 9 mm, il diametro di 9 mm risulta essere una dimensione difficilmente riscontrabile sul mercato per questa tipologia di prodotti, confermate che 9 mm è un errore? se sì, quale è il corretto range richiesto?

RISPOSTA

No,
si conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

Il lotto 107 prevede una base d'asta che non è in linea con le quotazioni di mercato per tale tipologia di prodotto, si richiede l'analisi e l'eventuale rivalutazione della base d'asta in oggetto.

RISPOSTA

Sì
conferma quanto riportato negli atti di gara.

Chiarimento n. 51 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI TECNICI N. 2

da Ente alle 10/02/2022 17:16

DOMANDA

All'art.

3 "Caratteristiche tecniche dei prodotti: requisiti" (pag. 5 del Capitolato Tecnico), codesta Amministrazione descrive i contenuti richiesti nella scheda tecnica senza fare riferimento a immagini e/o documentazione fotografica. Tuttavia, all'art. 6 "Campionatura" (pag. 10 del Capitolato Tecnico), relativamente alla campionatura dello strumentario, codesto Ente così dispone: "Si richiede nella fase di presentazione delle offerte di fornire solo le schede tecniche e una documentazione fotografica dello strumentario da allegare alla documentazione tecnica". Inoltre, all'art. 8 "Procedura di gara" (pag. 14 del Capitolato Tecnico), è stabilito che le "schede tecniche del produttore in lingua italiana, che devono riportare, per ogni prodotto offerto la descrizione grafica (immagine del prodotto)"

Alla

luce di quanto indicato all'art. 3, si propone il seguente quesito: È accettata la brochure come documentazione fotografica allegata alla scheda tecnica? Alla luce di quanto disposto nell'art. 8, si propongono gli ulteriori quesiti: Le parole "documentazione fotografica" (di cui all'art. 6) e "descrizione grafica/immagine del prodotto" (di cui all'art. 8), rappresentano ed identificano la stessa cosa?

In

virtù del fatto che NSIS non prevede l'obbligo di inserire immagini dei prodotti e che l'immagine non fornisca alcun elemento necessario ed indispensabile all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto, siamo a chiedere: la documentazione fotografica (brochure) è accettata quale descrizione grafica (immagine del prodotto)? può essere allegata alla scheda tecnica?

RISPOSTA

La brochure può essere allegata secondo il disposto dell'art.8 del Capitolato Tecnico all'ultimo punto di pag. 14: "schede tecniche del produttore in lingua italiana, che devono riportare, per ogni prodotto offerto (indicare sopra ogni scheda il numero dell'oggetto ed il relativo riferimento di prodotto, ove presente), le caratteristiche tecniche, la destinazione d'uso, i materiali di produzione, *la descrizione grafica (immagine del prodotto)*, le misure, il confezionamento, *corredate da quant'altro necessario ad una adeguata valutazione. La scheda tecnica dovrà contenere la*

descrizione delle tecniche chirurgiche da utilizzare onde consentire alla Commissione la valutazione delle protesi e il relativo strumentario chirurgico.”

Laddove la brochure non sia esaustiva della totalità della strumentazione, l'art. 6 prevede che debba essere integrata con documentazione fotografica dello strumentario completo. Ciò al fine di limitare la necessità di richieste di campionatura di attrezzature chirurgiche voluminose e notoriamente troppo preziose per essere tenute in giacenza il tempo dell'espletamento di una gara.

DOMANDA

In relazione ai Lotti 38 e 39 si rileva come il materiale richiesto all'interno dei due sublotti sia esclusivamente il titanio. Si chiede pertanto di voler confermare se trattasi di un refuso e se, in caso affermativo, sia possibile offrire - in uno dei due sublotti - prodotti in Acciaio Amagnetico largamente utilizzato per l'indicazione descritta (in modo anche più consistente del titanio stesso).

RISPOSTA

Si conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

In relazione ai Lotti 40 e 41 si rileva come il materiale richiesto all'interno dei due lotti sia esclusivamente il titanio. Si chiede pertanto di voler confermare se trattasi di un refuso e se, in caso affermativo, sia possibile offrire - in uno dei due lotti - prodotti in Acciaio Amagnetico largamente utilizzato per l'indicazione descritta (in modo anche più consistente del titanio stesso).

RISPOSTA

Si conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

In relazione ai Lotti 38, 41 e 48 è espressamente richiesta la specifica tecnica della “stabilità angolare interposta (con dispositivo di bloccaggio di vite tradizionale sulla placca)”. Poiché tale caratteristica, a conoscenza della scrivente, non è rilevabile né in letteratura, né in altre fonti si chiede a Codesta Spettabile S.A. di voler meglio chiarire la specifica tecnica menzionata indicando eventualmente le fonti sui fare riferimento per una migliore identificazione delle necessità cliniche e per una migliore formulazione dell’offerta tecnica.

RISPOSTA

Per stabilità angolare variabile interposta si intende quella ottenibile solidarizzando la testa della vite alla placca con dispositivo di bloccaggio.

DOMANDA

In relazione al Lotto 90 “sistema di cerchiaggio in acciaio amagnetico e in titanio”, si segnala come la b.a. unitaria fissata a 20 Euro/filo possa essere corretta per alcuni fili in acciaio, ma sicuramente la stessa non risulterebbe congrua per fili in titanio e CoCr che presentano un prezzo di listino che oscilla al di sopra dei 400 Euro. Si chiede pertanto a Codesta Spettabile S.A. di voler valutare l’osservazione posta e se ritenuta valida di voler provvedere ad adeguare la b.a..

RISPOSTA

La descrizione del lotto contiene un refuso. Trattasi di sistemi in acciaio amagnetico. Si conferma la base d'asta

DOMANDA

Lotto
47 – “Sistema completo di placche conformate a stabilità angolare variabile in titanio o lega di titanio per tibia prossimale a posizionamento mediale e laterale disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure. Eventuale disponibilità di sistema dedicato per cerchiaggi solidali alla placca. Eventuale disponibilità di strumentario per inserimento mini-invasivo. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti” – il sistema di cerchiaggi deve essere dello stesso materiale della placca, titanio?

RISPOSTA

Sì.

DOMANDA

Lotto
90 - Sistema di cerchiaggio in acciaio amagnetico e in titanio con strumentario di serraggio dedicato e tensionamento – i due materiali richiesti non posso essere equiparati e offerti allo stesso prezzo, vi chiediamo di specificare o dividere il lotto con la corretta valorizzazione.

RISPOSTA

La descrizione del lotto contiene un refuso. Trattasi di sistemi in acciaio amagnetico

DOMANDA

In
più lotti viene richiesto “stabilità angolare variabile interposta” vogliate specificare cosa si intende con “interposta”?

RISPOSTA

Per stabilità angolare
variabile interposta si intende quella ottenibile solidarizzando la testa della vite alla placca con dispositivo di bloccaggio.

DOMANDA**LOTTO**

N. 76 - Sistema di fissazione esterna articolato per gomito, polso, caviglia e ginocchio: Per quanto di nostra conoscenza, il sistema da voi richiesto e descritto nell'Elenco Lotti e Fabbisogni, fa riferimento solo al distretto del gomito, non ci risulta infatti che sul mercato esista un prodotto così come da voi richiesto anche per il polso, la caviglia e ginocchio. Si tratta di un rifiuto?

RISPOSTA

Si conferma la
documentazione di gara

DOMANDA**LOTTO**

N. 77 - Chiodo endomidollare in lega di carbonio omero, tibia e femore di varie lunghezze e diametri per il trattamento dei pazienti sottoposti a radioterapia, radiotrasparenti: Con la presente siamo a chiedere la possibilità di offrire nel lotto di cui sopra e sempre nel rispetto della base d'asta, anche il chiodo petrocanterico, che rientra sempre nella famiglia dei chiodi femorali ma il cui impianto tipo è differente da quello voi indicato.

RISPOSTA

Vedi

Offerta economica (pag. 16 del Capitolato Tecnico) "la Ditta offerente nella scheda "dell'offerta economica" dovrà indicare i prezzi unitari dei singoli prodotti, nonché tutti i codici riferiti alla gamma del capo-codice/famiglia di appartenenza".

DOMANDA

È possibile partecipare con lo stesso prodotto in più lotti?

RISPOSTA

Sì.

Chiarimento n. 52 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI TECNICI N. 3

da Ente alle 10/02/2022 17:26

DOMANDA**LISTINO**

PREZZI: chiediamo conferma che il listino prezzi, se inserito, debba solo fare riferimento alle componenti accessorie ai sistemi offerti per il lotto di

riferimento e pertanto non debbano essere indicati altri dispositivi non relativi ai lotti offerti o facenti parte della gamma prodotti delle aziende concorrenti per eventuali acquisti fuori gara.

RISPOSTA

Si ribadisce quanto disposto all'art.1 del Capitolato Tecnico (pag. 4) "l'acquisto di prodotti, non dettagliatamente descritti e non riconducibili a nessun altro prodotto previsto in gara, ma comunque presenti nel listino di vendita".

DOMANDA

in riferimento al LOTTO 92 "Ancore per riparazione di tessuti ad osso da avvitare (anchor-first) e precaricata con due e tre fili ad alta resistenza. Disponibile in differenti materiali: Titanio, PEEK e con idrossiapatite. Disponibile in differenti dimensioni: da 4.5mm a 6.5mm di diametro. Deve essere fornito gratuitamente lo strumentario necessario per l'impianto come frese, maschiatori o perforatori e lo strumentario artroscopico comprensivo di: pinza ad anelli, pinza da presa, taglia suture, pinza in grado di perforare tessuti curva dx/sin e retta," vorremmo sapere se tutto lo strumentario indicato nella descrizione va fornito in comodato. Generalmente viene fornito lo strumentario dedicato e strettamente legato all'impianto delle ancore mentre "pinza ad anelli, pinza da presa, taglia suture, pinza in grado di perforare tessuti curva dx/sin e retta", essendo strumentario generico, viene utilizzato quello già presenti in sala. Anche in relazione al LOTTO 94 formuliamo il medesimo quesito di cui sopra. Qualora necessario tale strumentario, chiediamo di indicare i quantitativi.

RISPOSTA

Si ribadisce quanto normato dall'Art. 4 – Fornitura dello strumentario (pag.7) del Capitolato tecnico e quanto specificato nelle Caratteristiche tecniche nell'allegato "4.1. - Allegato al Capitolato Elenco Lotti e Fabbisogni".

DOMANDA

Si possono effettuare, per medesimi codici, percentuali di sconto differenti, se

questi codici sono offerti in lotti diversi?

RISPOSTA

No.

DOMANDA

Può
essere effettuato lo sconto merce?

RISPOSTA

Possono
essere effettuate offerte a costo zero.

DOMANDA

Lotto
n. 1: si chiede gentilmente di definire la composizione dell'impianto, è
corretto considerare un impianto composto da 1 placca e 2 viti?

RISPOSTA

Sì.

DOMANDA

Lotto

n. 4: è richiesta la possibilità di inserire codici opzionali (fresa, filo guida)

RISPOSTA

Come precisato nel punto b) Offerta economica (pag. 17) “ogni altro materiale non specificamente indicato nell’impianto tipo, ma necessario e funzionale al completamento dell’impianto, dovrà essere indicato e quotato nell’offerta non superando, comunque, la base d’asta indicata.”.

In caso di strumentario attenersi all’Art. 4, pag.7, del Capitolato tecnico “Le parti dello strumentario soggette ad usura (es. filo guida, punte di perforazione, ecc.) devono essere sostituite, su richiesta del personale di sala, senza alcun costo aggiuntivo.”.

DOMANDA

Lotto
n. 23 (e tutti i lotti): Gli impianti (placche e viti) sono da considerarsi sterili?

RISPOSTA

“L’offerta del materiale dovrà indicare l’eventuale disponibilità del sistema sterile (elemento di valutazione qualitativa). I prodotti sterili dovranno essere offerti alle medesime condizioni economiche di quelli non sterili.” (Art. 3 – Caratteristiche tecniche dei prodotti: requisiti – pag. 6 del Capitolato tecnico).

DOMANDA

Lotto

n. 67: dato che la tecnologia dedicata prevede 1 centralina ed almeno un manipolo dedicato in service, è possibile conoscere il numero delle centraline richieste?

RISPOSTA

Si

rimanda all' Art. 4 – Fornitura dello strumentario (pag.7) del Capitolato Tecnico.

DOMANDA

Lotto

n. 94: considerando che oltre al prodotto da impiantare, viene richiesto uno strumentario artroscopico di spalla completo, è possibile conoscere il numero dei centri che ne faranno richiesta?

RISPOSTA

Si

rimanda all' Art. 4 – Fornitura dello strumentario (pag.7) del Capitolato Tecnico.

DOMANDA

Lotto

n. 106: è possibile chiarire la modalità in cui la fresa retrograda debba risultare cannulata e filoguidata?

RISPOSTA

Si
conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

Si
chiede conferma che le tecniche chirurgiche possano essere descritte in uno specifico documento allegato all'offerta tecnica.

RISPOSTA

Sì.

DOMANDA**LOTTO**

76 dato che esistono aziende con fissatori innovativi solo per alcune articolazioni es solo polso, solo gomito etc si chiede di scomporre il lotto in 4 lotti separati, in modo tale da rendere possibile la partecipazione alla gara al maggior numero di aziende, garantendo il principio della concorrenza.

RISPOSTA

Si
conferma la documentazione di gara

DOMANDA**LOTTO**

86 Si chiede di specificare più dettagliatamente l'impianto tipo, es impianto

funzionale, si intende morsetto e 2 fili di K?

RISPOSTA

Sì.

DOMANDA

Lotto

31 Si fa notare che la base d'asta risulta eccessivamente bassa rispetto alle quotazioni di mercato, si chiede di verificare.

RISPOSTA

Sì
conferma la documentazione di gara

DOMANDA

In
taluni impianti tipo richiesti, vanno quotati dei codici che verranno utilizzati solo per il 10% degli impianti annui. L'incidenza del prezzo di tali codici sulla base d'asta annua va considerata per intero oppure applicando una media ponderata sulla base dell'utilizzo annuo?

RISPOSTA

Ai

fini della costruzione dell'offerta dell'impianto tipo, gli elementi riportati in numero % rispetto alla totalità degli impianti vanno quotati nella misura della percentuale indicata al puro scopo di costruzione dell'importo economico dell'impianto tipo stesso (es. una componente offerta al prezzo unitario di 100€ e richiesta x 10% impianti dovrà essere valutata nell'impianto tipo a 10€, ovvero il 10% dell'importo offerto per tale componente).

Ai

fini della determinazione dell'importo totale devono essere considerati i quantitativi nella misura della percentuale richiesta (es: fabbisogno annuo totale del lotto n. 50 pezzi, dove una componente dell'impianto è al 10%, devono essere considerati 5 pezzi moltiplicati per l'importo offerto della componente).

DOMANDA

Alcuni

lotti richiedono prodotti in diverse versioni / materiale, che quindi hanno quotazioni di listino diverse. Confermate che i prodotti vanno offerti alla medesima quotazione al fine di poter calcolare il totale del lotto?

In

caso di risposta affermativa, dovendo inserire una unica quotazione, viene da sé che lo sconto da listino risulterebbe differente per ogni prodotto, quindi, nel caso in cui si allegi il listino dei prodotti accessori, si può utilizzare come sconto sul listino il valore medio degli sconti percentuali applicati sui vari prodotti offerti?

RISPOSTA

Sì

ad ambedue i quesiti.

DOMANDA

Le

varie misure e versioni dello stesso elemento (placca, vite, ecc...) presente nell'impianto tipo a quale prezzo verranno acquistate? Al costo netto indicato nell'impianto tipo per la componente di riferimento quotata per la valorizzazione del lotto? Oppure con lo sconto indicato su listino per l'acquisto

degli accessori?

RISPOSTA

Si
conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

I
vari elementi (placca, vite, ec...) del lotto possono avere sconti diversi oppure lo sconto deve essere unico per lotto?

RISPOSTA

La
percentuale di sconto richiesta nell'Allegato 8 Dettaglio Offerta economica-Scheda Offerta è da intendersi la percentuale di sconto (ovvero ribasso) rispetto all'importo della base d'asta indicata.

DOMANDA

Se
si può differenziare lo sconto tra elementi (placca, vite, ecc...) di uno stesso impianto tipo, come deve essere calcolato lo sconto su listino per gli accessori del lotto ed eventuali misure e versioni complementari?

RISPOSTA

Lo
sconto sul listino, "per l'acquisto di prodotti, non dettagliatamente descritti e non riconducibili a nessun altro prodotto previsto in gara" (Art. 1 – Oggetto dell'appalto, pag. 4 del capitolato tecnico), è da intendersi pari al valore medio degli sconti percentuali applicati sui vari prodotti offerti.

DOMANDA

Nel caso in cui l'offerente preveda un sistema che ben risponde all'oggetto del lotto ma che non prevede una componente richiesta o ne preveda una aggiuntiva: è possibile modificare lo schema d'offerta di conseguenza, ovvero aggiungendo o eliminando una voce del lotto?

RISPOSTA

Come previsto al punto b) Offerta economica, pag. 17 del Capitolato tecnico, "ogni altro materiale non specificamente indicato nell'impianto tipo, ma necessario e funzionale al completamento dell'impianto, dovrà essere indicato e quotato nell'offerta non superando, comunque, la base d'asta indicata."

DOMANDA

Una o più voci del lotto possono essere offerte in sconto merce?

RISPOSTA

Possono essere effettuate offerte a costo zero.

DOMANDA

Lo
stesso prodotto, se offerto in più lotti, può avere prezzi diversi?

RISPOSTA

No.

DOMANDA

Lotto
32 Si richiede la possibilità di partecipare anche con materiali simili al
silicone

RISPOSTA

No,
tranne nel caso in cui sussista il principio di equivalenza.

DOMANDA

Lotto
90 Considerando la Base d'Asta indicata (molto bassa), si chiede se trattasi di
refuso.

RISPOSTA

La
descrizione del lotto contiene un refuso. Trattasi di sistemi in acciaio
amagnetico. Si conferma la base d'asta

DOMANDA

LOTTO

17: In considerazione del fatto che, notoriamente, le placche di titanio e quelle di acciaio hanno prezzi di mercato diversi si invita codesto spettabile ente a considerare la possibilità di proporre 2 lotti diversi: uno per il materiale in acciaio e uno per quello in titanio

RISPOSTA

Il Lotto 17 richiede un sistema di fissazione in sospensione, pertanto non attinente al quesito posto.

DOMANDA

LOTTO

59: In considerazione del fatto che il prezzo unitario a base d'asta risulta essere molto più basso dei prezzi di mercato si invita codesto spettabile ente a riconsiderare il prezzo unitario a base d'asta.

RISPOSTA

Si conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

LOTTO

94: Vengono richieste ancore di dimensioni da mm2,4 a mm9 di diametro. Trattasi di refuso?

RISPOSTA

Si
conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

LOTTO

109: Si conferma il fabbisogno annuo totale?

RISPOSTA

Si
conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

È
possibile offrire nei vari lotti prodotti alternativi?

RISPOSTA

No.

DOMANDA

Nell'allegato
8) – LOTTO 25 la composizione dell'impianto tipo prevede nr. 2 placche e nr. 5
viti tradizionali e nr. 5 viti autobloccanti, per un totale a base d'asta di €
850,00, chiediamo se la quantità sono corrette o trattasi di refuso?

Se
così non fosse chiediamo la rivalutazione del prezzo a base d'asta, in quanto
confrontando gli impianti tipo dei lotti 23 e 25 (analoghi) la differenza tra

componenti richieste e prezzo a base d'asta dei due, non risulta essere economicamente coerente

RISPOSTA

La descrizione dell'impianto tipo contiene un refuso. Si richiede n. 1 placca e nr. 5 Viti tradizionali

DOMANDA

La descrizione delle caratteristiche tecniche del lotto 109 prevede un sostituto d'osso in forma antibiotata e non, in diversi dosaggi. Premesso che il prezzo del sostituto osseo antibiotato è differente da quello non antibiotato e che il prezzo del prodotto varia a seconda del formato (1cc – 5cc – 10cc....), si chiedono i seguenti chiarimenti al fine di presentare l'offerta economica nella forma corretta:

-) L'impianto tipo prevede un sistema funzionale da 10cc. Si tratta della versione antibiotata o non antibiotata? Si prega di specificare

-) Tutti gli altri codici che rientrano nelle caratteristiche tecniche descritte nel lotto ma che non rientrano nell'impianto tipo (come per esempio i prodotti con dosaggio differente dai 10cc....), come devono essere inseriti nell'offerta? Nella scheda di offerta è possibile elencarli come "altri codici disponibili" attribuendo a ciascuno di essi un proprio prezzo differente da quello dell'impianto tipo?

RISPOSTA

-) Trattasi di versione antibiotata

-) Si è possibile inserire un allegato con il dettaglio degli altri formati.

DOMANDA

La descrizione delle caratteristiche tecniche del lotto 108 prevede stecche di origine animale di diverse misure Si chiede di specificare la misura della stecca dell'impianto tipo al fine di predisporre correttamente l'offerta

RISPOSTA

La misura della stecca dell'impianto tipo è di 15 cm

DOMANDA

I vari elementi (placca, vite, ecc.) del lotto possono avere sconti diversi oppure lo sconto deve essere unico per lotto?

RISPOSTA

La percentuale di sconto richiesta nell'Allegato 8 Dettaglio Offerta economica-Scheda Offerta è da intendersi la percentuale di sconto (ovvero ribasso) rispetto all'importo della base d'asta indicata.

DOMANDA

Se si può differenziare lo sconto tra elementi (placca, vite, ecc...) di uno stesso impianto tipo, come deve essere calcolato lo sconto su listino per gli accessori del lotto ed eventuali misure e versioni complementari?

RISPOSTA

Si
conferma quanto previsto al punto b) Offerta economica pag. 16 del Capitolato tecnico.

Si
precisa inoltre che la percentuale di sconto richiesta nell'Allegato 8 Dettaglio Offerta economica-Scheda Offerta è da intendersi la percentuale di sconto (ovvero ribasso) rispetto all'importo della base d'asta indicata.

Lo
sconto sul listino, "per l'acquisto di prodotti, non dettagliatamente descritti e non riconducibili a nessun altro prodotto previsto in gara" (Art. 1 – Oggetto dell'appalto, pag. 4 del capitolato tecnico), è da intendersi pari al valore medio degli sconti percentuali applicati sui vari prodotti offerti.

DOMANDA

Una
o più voci del lotto possono essere offerte in sconto merce?

RISPOSTA

Possono
essere effettuate offerte a costo zero.

DOMANDA

Lo
stesso prodotto, se offerto in più lotti, può avere prezzi diversi?

RISPOSTA

No.

DOMANDA

A

Pag. 14 del capitolato tecnico, in riferimento alle schede tecniche viene riportato la seguente indicazioni: “indicare sopra ogni scheda il numero dell’oggetto ed il relativo riferimento di prodotto, ove presente” Si richiede di chiarire meglio.

RISPOSTA

Per

numero dell’oggetto si intende il numero del lotto e per relativo riferimento di prodotto, ove presente è da intendersi il sub-lotto (es.: lotto 38, rif. A o B).

Chiarimento n. 53 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI N. 7

da Ente alle 11/02/2022 12:23

ALCUNI

OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA HANNO FORMULATO LE SEGUENTI RICHIESTE DI CHIARIMENTI. SEGUONO RISPOSTE.

DOMANDA

L’art.

8 del capitolato tecnico “Procedura di gara – a) Offerta Tecnica” prevede tabelle riepilogative dei criteri di valutazione suddivise per le diverse tipologie di lotti. In relazione alle stesse, si segnala come il Lotto 111 non sia contemplato in alcuna delle tre tabelle valutative. Si chiede pertanto di voler cortesemente confermare che, trattandosi di materiale vario, il lotto sarà valutato secondo i criteri previsti nella tabella lotti VARIE presente a pag. 13 del capitolato tecnico e più precisamente: Inoltre, sempre rispetto alle tabelle valutative si segnalano le seguenti incongruenze: a) il lotto 42 “chiodo anterogrado in titanio per fratture del terzo prissimale di femore” è contemplato nella tabella che riepiloga i criteri di valutazione delle placche e delle viti; b) b) i lotti 41 e 59 (placche) sono contemplati nella tabella che riepiloga i criteri di valutazione dei chiodi. Si chiede pertanto di voler verificare quanto sopra esposto e di voler apportare i dovuti correttivi alla

documentazione di gara.

RISPOSTA

Sul punto si rinvia alla Determina dell' Amministratore Unico di Punto Zero Scarl del 10/02/2022.

DOMANDA

Visto il proseguire e l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, con la conseguente riduzione del personale nelle aziende per malattia e isolamento, si chiede di valutare la concessione di una proroga alla scadenza della gara

RISPOSTA

Si rinvia alla Comunicazione n. 3

DOMANDA

in considerazione della complessità della gara e il poco tempo che intercorre dalla pubblicazione degli ultimi chiarimenti alla presentazione offerte si chiede di considerare un posticipo termini presentazione delle offerte.

RISPOSTA

Si rinvia alla Comunicazione n. 3

Con riferimento alle seguenti richieste di chiarimento:

- “Nello “SchemaOfferta_.xls” generato e scaricato dalla piattaforma viene richiesto di indicare anche la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non si trova però all'interno del file il campo corretto. In quale colonna tra quelle presenti nello “SchemaOfferta”

(sotto dettaglio) deve essere indicato? Codice lotto Codice prodotto Base asta lotto (complessivo) Base asta non ribassabile (complessivo) Importo previsto Percentuale offerte obbligatorie Quantità prodotto Base asta prodotto (unitario) Unità misura prodotto Offerta Descrizione Offerta obbligatoria”

-“Siamo a chiedere conferma che nel file "Schema Offerta_xls" generato e scaricato dalla piattaforma, debba essere compilato solo il campo denominato "OFFERTA", dove appunto si andrà ad indicare il prezzo complessivo annuo offerto. Diversamente chiediamo cosa debba essere indicato nei seguenti campi: 1) Base asta non ribassabile (complessivo) 2) Importo previsto 3) Unità misura prodotto b) siamo a chiedere se i lotti del file di cui sopra, per il quale il concorrente non presenta offerta, possano essere eliminati o debbano essere lasciati vuoti c) siamo a chiedere se l'indicazione dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro posano essere indicati al fondo dello stesso file nelle righe vuote.”

A
cui è già stato fornito riscontro, preme chiarire quanto segue:

L'importo degli oneri di sicurezza per la Stazione Appaltante è pari ad €. 0,00.

Per mero errore materiale nel Disciplinare di gara è stato previsto come obbligatorio l'inserimento nell'offerta economica della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs 50/2016.

Lo stesso articolo di legge esclude la necessità di richiedere l'indicazione separata degli oneri della sicurezza per gli appalti di fornitura senza posa in opera, come nel contratto di appalto di specie. Pertanto alla luce di quanto sopra, nella offerta economica non è dovuta l'indicazione dei costi sopra citati. Laddove l'operatore economico voglia indicare tali costi questi possono essere autocertificati e allegati alla documentazione economica.

Chiarimento n. 54 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI TECNICI N. 4

da Ente alle 11/02/2022 12:41

DOMANDA

Il lotto 44, “Legamento Crociato” richiede l’offerta del sistema per la ricostruzione del legamento comprensivo di sistema di fissazione femorale + sistema di fissazione tibiale, la base d’asta tuttavia è nettamente insufficiente, rispetto alle quotazioni di mercato, per l’offerta di entrambi i presidi. Ciò è dimostrato anche dalla base d’asta del lotto 43, sempre definito “Legamento Crociato”, che prevede una base d’asta di quasi 3 volte quella del lotto 44. Si richiede a questo proposito una analisi della base d’asta al fine di un adeguamento ai valori di mercato, come presente al lotto 43.

RISPOSTA

Il lotto 44 è revocato come da Determina dell'Amministratore Unico di Punto Zero Scarl del 10/02/2022

DOMANDA

Buongiorno,
vorremmo segnalare, per il lotto 44, che nell'allegato 1 viene riportato quanto segue: "Sistema di fissazione tendinea che preveda l'utilizzo di un dispositivo con stop in titanio a sospensione extrarticolare con loop di varie lunghezze dotato di guaina protettiva per il neolegamento e di una vite interferenziale ad architettura aperta in materiale biocomposito con aggiunta di idrossiapatite, in opportuno numero di misure compreso device di estensione dell'ancoraggio corticale in caso di necessità di maggior superficie di tenuta" viene quindi richiesto sia il bottone che la vite ma i fabbisogni non sono ripartiti. Vorremmo quindi capire se il prezzo base d'asta di 250€ è riferito solo al sistema di fissazione in titanio o a tutto compreso anche la vite.

RISPOSTA

Il lotto 44 è revocato come da Determina dell'Amministratore Unico di Punto Zero Scarl del 10/02/2022

DOMANDA

In riferimento ai lotti 42 e 50, alcuni elementi che compongono l'impianto tipo riportano "x 10% impianti". Potete chiarire? Questi stessi elementi vanno quotati?

RISPOSTA

Gli elementi riportati in numero % rispetto alla totalità degli impianti vanno quotati nella misura della percentuale indicata al puro scopo di costruzione dell'importo economico dell'impianto tipo (es. una componente offerta al prezzo unitario di 100€ e richiesta x 10% impianti dovrà essere quotata nell'impianto tipo a 10€, ovvero il 10% del valore offerto).

Il
lotto 42 è revocato come da Determina dell' Amministratore Unico di Punto Zero
Scarl del 10/02/2022.

DOMANDA

LOTTO

73 1) Si chiede di specificare con precisione cosa si intende per morsetto articolato a clip e raccordo per morsetti. Si intendono dei morsetti x barre o per viti? 2) Si chiede conferma della base d'asta? Risulta sottostimata rispetto al costo di un impianto sul mercato

RISPOSTA

Il
lotto 73 è revocato come da Determina dell' Amministratore Unico di Punto Zero
Scarl del 10/02/2022

DOMANDA

Lotti

78 e 79 Si richiede se i quantitativi di cui ai due lotti in oggetto siano stati invertiti, in particolare per quanto riguarda i Fabbisogni Annuì AUSL 2 (sono indicati 4000 fili in titanio/anno e 200 fili in acciaio/anno). Confermate che, in realtà, sono richiesti 4000 fili in acciaio/anno e 200 fili in titanio/anno per AUSL 2 e, di conseguenza, 500 fili in titanio/anno e 11300 fili in acciaio/anno come Fabbisogno annuo totale con conseguente modifica anche degli importi per 48 mesi? Se confermate, verranno acquisiti nuovi CIG per detti lotti?

RISPOSTA

I
lotti 78 e 79 sono revocati come da Determina dell' Amministratore Unico di
Punto Zero Scarl del 10/02/2022

DOMANDA

LOTTO

110: Si conferma il fabbisogno annuo totale?

RISPOSTA

Il

Lotto 110 è revocato come da Determina dell' Amministratore Unico di Punto Zero Scarl del 10/02/2022

DOMANDA

In

relazione al Lotto 42 "Chiodo anterogrado in titanio per fratture del terzo prossimale di femore" del valore complessivo di € 2.590.000, si rileva come lo stesso sia incluso nel novero dei lotti assegnabili ad un unico aggiudicatario.

"Considerando che i dispositivi richiesti in tale lotto occorrono per il trattamento delle fratture del femore prossimale e quindi è necessario averne a disposizione in gran quantità e in gran varietà rappresentando tali fratture quelle più frequentemente occorrenti a livello nazionale, di solito tale tipologia di chiodi è oggetto di lotti di gara aggiudicati in Accordo Quadro.

Infatti – vista la necessità di avere a disposizione una quantità molto rilevante di tali impianti – si cerca sempre di garantire agli utilizzatori la più ampia varietà e gamma dei medesimi e dunque che gli utilizzatori siano nella condizione di poter esercitare la scelta tra la più ampia e variegata tipologia di chiodi di questa tipologia, commercializzati dai diversi operatori economici. Alla luce di tale considerazione, si chiede di valutare se sia corretta la previsione che il lotto in questione debba essere aggiudicato ad un unico fornitore o – se invece – non sia più opportuno prevedere per tale lotto l'aggiudicazione ad accordo quadro".

RISPOSTA

Il

lotto 42 è revocato come da Determina dell' Amministratore Unico di Punto Zero Scarl del 10/02/2022

DOMANDA

Con

la presente siamo a chiedere in riferimento al lotto 42 "Chiodo anterogrado in titanio per fratture del terzo prossimale di femore", se per dispositivo antirotazione prossimale (Vite antirotazione x 10 % impianti) sia inteso come sistema di blocco di rotazione della vite cefalica LAG.

RISPOSTA

Il

lotto 42 è revocato come da Determina dell' Amministratore Unico di Punto Zero Scarl del 10/02/2022

DOMANDA

Poiché esiste un solo lotto relativo al chiodo pertrocanterico (lotto 42) chiediamo conferma che sia effettivamente un lotto ad aggiudicazione unica e NON in accordo quadro.

RISPOSTA

Il lotto 42 è revocato come da Determina dell' Amministratore Unico di Punto Zero Scarl del 10/02/2022.

DOMANDA

Lotto 73 Cosa si intende per “raccordo morsetti”? Per “morsetto fiches” si intende un morsetto multivite o singolo?

RISPOSTA

Il lotto 73 è revocato come da Determina dell' Amministratore Unico di Punto Zero Scarl del 10/02/2022

DOMANDA

in relazione al lotto 42, si riscontra che la presenza della vite antirotazionale nella composizione dell'impianto tipo (se pur per il 10% del fabbisogno) sia limitante per la concorrenzialità sul lotto stesso. Si richiede pertanto la rimozione della vite antirotazionale.

RISPOSTA

Il lotto 42 è revocato come da Determina dell' Amministratore Unico di Punto Zero Scarl del 10/02/2022.

DOMANDA

Ci

preme osservare che gli unici dispositivi medici approvati a marchio CE presenti sul mercato europeo che possono essere appropriatamente offerti in quanto entrambi rispondenti a quanto richiesto dalla descrizione del Lotto 110 sono: STIMULAN® Rapid Cure e STIMULAN® KIT, qualora pervenissero ulteriori offerte sarebbero comunque non valutabili neanche sotto il profilo dell'equivalenza, per quanto si dirà di seguito sull'infungibilità dello STIMULAN® rispetto ad altri dispositivi. Sarebbe, inoltre, da chiarire in considerazione del fatto che Codesta Amministrazione richiede un "Sistema a lento rilascio di solfato di calcio riassorbibile in varie composizioni (perle, iniettabile, etc.) con possibilità di essere miscelato con uno o più antibiotici, utilizzabile sia sui tessuti molli che ossei" somministrabile nel sito operatorio in modalità "perle" che corrisponde al DM STIMULAN® Rapid Cure oppure anche somministrabile in modalità "pasta" spalmabile ed iniettabile che corrisponde al DM STIMULAN® KIT. Infatti, sia la versione STIMULAN® Rapid Cure (perle) che la versione STIMULAN® KIT (iniettabile) hanno un prezzo fisso per ciascuna pezzatura da 5, 10 e 20cc su tutto il territorio Nazionale a garanzia di uniformità di trattamento nonché di trasparenza, da tenere però presente che il prezzo varia tra STIMULAN® Rapid Cure e STIMULAN® KIT. La base d'asta dichiarata per il lotto 110 non è per noi sufficientemente congrua ai prezzi fissi sino ad oggi praticati sia per il DM STIMULAN® Rapid Cure che per il DM STIMULAN® Kit rispetto alla pezzatura da 10cc come richiesto dal lotto 110. Dunque, MBA ITALIA è impossibilitata a rispondere al lotto 110. Circa l'infungibilità: la stessa Commissione HTA di Regione Toscana nel decreto dirigenziale 554 del 18/01/2021 allegato 8, chiarisce il portato innovativo del DM STIMULAN® approvandolo in quanto appunto non equivalente ad altro DM.

RISPOSTA

Il

Lotto 110 è revocato come da Determina dell'Amministratore Unico di Punto Zero Scarl del 10/02/2022