

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 0000340 del 26/03/2024

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "ELETTRODI MONOUSO PER ECG" OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA" DI TERNI- RDO N. 3772174 - AGGIUDICAZIONE

Proposta n. 0000331 del 21/03/2024 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):6170ac5838d64bf8ee406c4e0defabcd6772559478f51b2915000d948a44564

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Simone Sodano

IL DIRIGENTE - RESPONSABILE
Cinzia Angione

Il Dirigente della S.C. Direzione Economato e Provveditorato in virtù del Regolamento per la delega dei poteri gestionali e per la delega di firma, approvato con delibera del Direttore generale n. 193 del 2/03/2023, e del D.Lgs. 165/2001:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*” e sue successive modifiche ed integrazioni

Richiamata la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante “*Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali*” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

Premesso

che, con Delibera del Direttore Generale n. 669 del 21/09/2023 è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera e) del D.Lgs 36/2023, per l’ affidamento della fornitura di “elettrodi monouso per ecg”;

che entro il termine di presentazione dell’offerta sono pervenute offerte da parte delle Ditte di seguito riportate:

- Ditta AMBU s.r.l. P.IVA 11160660152
- Ditta 3M ITALIA s.r.l. P.IVA 12971700153
- Ditta CERACARTA Spa P.IVA 00136740404
- Ditta ID & CO Srl P.IVA 09018810151
- Ditta FIAB Spa P.IVA 01835220482

che in data 23.10.2023 si è proceduto in piattaforma Consip all’apertura delle cartelle contenenti la documentazione amministrativa; a tal riguardo è stato redatto apposito verbale, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (**All. 1**), dal quale risulta che le citate Ditte sono state ammesse al prosieguo della procedura;

che con delibera del Direttore Generale n. 867 del 05/12/2023 è stata nominata la Comm.ne giudicatrice per l’esame qualitativo delle offerte tecniche presentate dalle suddette Ditte;

che detta Comm.ne si è riunita per l’apertura delle cartelle contenenti la documentazione tecnica in data 20/12/2023 e successivamente in data 06/02/2024 si è riunita, in seduta riservata, per esprimere il giudizio qualitativo; in data 07/02/2024 e 12/02/2024 la Comm.ne giudicatrice si è riunita in seduta pubblica digitale - organizzata sulla Piattaforma MEPA - per l’apertura dell’offerta economica; a tal riguardo sono stati redatti appositi verbali che vengono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All.2,3,4,5**); che dai verbali del 07/02/2024 e 12/02/2024 risulta la seguente tabella:

LOTTO 1

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTO ANNUALE DELL’OFFERTA	% DI SCONTO APPLICATA
AMBU	70	17,75	87,75	64.000 €	8,5714%

ID & CO SRL	55	28,18	83,18	42.000 €	40,00%
FIAB SPA	52	30	82	35.500 €	49,2857%
CERACARTA SPA	52	26,25	78,25	47.900 €	31,5714%

LOTTO 2

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTO ANNUALE DELL'OFFERTA	% DI SCONTO APPLICATA
CERACARTA SPA	70	30	100	4.120 €	41,1428%
FIAB SPA	70	27,67	97,67	4.800 €	31,42857 %
AMBU SRL	70	23,07	93,07	5.800 €	17,1428%
ID & CO SRL	51	24,77	75,77	5.480 €	21,7142%
3M ITALIA SRL	48	13,48	61,48	6.800 €	2,8571 %

LOTTO 3

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTO ANNUALE DELL'OFFERTA	% DI SCONTO APPLICATA
3M ITALIA SRL	70	30	100	15.000 €	42,8571%

AMBU SRL	70	27,80	97,80	17.520 €	33,257%
CERACARTA SPA	70	27,48	97,48	17.850 €	32,00 %
ID & CO SRL	62	29,88	91,88	15.150 €	42,2857 %
FIAB SPA	62	28,06	90,06	17.250 €	34,2857%

LOTTO 4

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTO ANNUALE DELL'OFFERTA	% DI SCONTO APPLICATA
CERACARTA SPA	70	30	100	11.900 €	32%
AMBU SRL	68	16,08	84,08	16.800 €	4%
FIAB SPA	50	29,84	79,84	12.000 €	31,4286%
3M ITALIA SRL	42	8,97	50,97	17.400 €	0,5714%

LOTTO 5

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTO ANNUALE DELL'OFFERTA	% DI SCONTO APPLICATA
AMBU SRL	70	30	100	855 €	45,7143%
CERACARTA SPA	60	25,71	85,41	1.161,00	26,2857%

che la Ditta CERACARTA S.P.A. risultata prima in graduatoria per i lotti 2 e 4 e la Ditta 3 MITALIA SR.L. risultata prima in graduatoria per il lotti 3 - hanno presentato offerte che risultano anomale avendo superato, sia per il prezzo che per la qualità, i 4/5 del punteggio massimo previsto nella documentazione di gara, come stabilito nel capitolato e pertanto, con note Pec del 13/02/2024 protocolli n. 0009781 e n.0009785, sono state invitate a produrre la documentazione atta a giustificare le offerte presentate; le Ditte hanno inviato la documentazione richiesta e, come risulta da apposito verbale conservato agli atti, le offerte presentate risultano in linea con le condizioni di mercato;

che, si sono concluse - con esito positivo - le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale delle ditte concorrenti;

Ritenuto per i motivi sopra riportati

di aggiudicare alle Ditte di seguito riportate l'affidamento della fornitura di "elettrodi monouso per ecg" per la durata di 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi, alle condizioni riportate nell'**Allegato 6** al presente atto:

Ditta AMBU s.r.l. P.IVA 11160660152 – lotti n. 1-5

- Ditta 3M ITALIA s.r.l. P.IVA 12971700153- lotto 3
- Ditta CERACARTA Spa P.IVA 00136740404- lotti n.2-4

Attestato che l'importo presunto della spesa annua pari ad € 95.875,00 € oltre IVA (€ 116.967,50 compresa IVA) di cui € 79.895,83 oltre IVA (€ 97.472,92 IVA inclusa) per il periodo marzo – dicembre 2023 verrà finanziato nel budget del bilancio 2024 al CdR AZ20- A030 – Posizione finanziaria 240140010 Prenotazione fondi 200012873;

Dato atto che la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.C. Economato e Provveditorato e Responsabile unico del procedimento, attesta la completezza dell'istruttoria, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA DI

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

1. PRENDERE ATTO dei verbali di seguito indicati:

- Verbale del 23.10.2023 (All.1)
- Verbale della Commissione Giudicatrice del 20/12/2023 (All.2)
- Verbale della Commissione Giudicatrice del 06/02/2024 (All.3)
- Verbale della Comm.ne Giudicatrice del 07/02/2024 (All. 4)
- Verbale della Comm.ne Giudicatrice del 12/02/2024 (All. 5)

2. AGGIUDICARE alle Ditte di seguito riportate l'affidamento della fornitura di "elettrodi monouso per ecg" per la durata di 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi, alle condizioni riportate nell'**Allegato 6** al presente atto :

- Ditta AMBU s.r.l. P.IVA 11160660152 – lotti n. 1-5
- Ditta 3M ITALIA s.r.l. P.IVA 12971700153- lotto 3
- Ditta CERACARTA Spa P.IVA 00136740404- lotti n.2-4

3. DARE ATTO che l'importo presunto della spesa annua pari ad € 95.875,00 € oltre IVA (€ 116.967,50 compresa IVA) di cui € 79.895,83 oltre IVA (€ 97.472,92 IVA inclusa) per il periodo

marzo – dicembre 2023 verrà finanziato nel budget del bilancio 2024 al CdR AZ20- A030 – Posizione finanziaria 240140010 Prenotazione fondi 200012873;

- 4. DARE ATTO** che – ai fini della trasparenza - tutti i verbali della gara in oggetto saranno pubblicati sul portale aziendale www.aosp.terni.it, in corrispondenza della procedura in argomento;
- 5. DESIGNARE** quale Direttore dell'esecuzione dei contratti che saranno stipulati in esito al presente atto la Dott.ssa Monya Costantini, Direttore del S.C. del Servizio di Farmacia;
- 6. DARE ATTO** che la Dott.ssa Cinzia Angione – Dirigente della S.C. Economato Provveditorato – è il RUP della procedura, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 ed attesta la completezza dell'istruttoria, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

S.C DIREZIONE ECONOMATO PROVVEDITORATO
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

OGGETTO: Procedura negoziata espletata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. E) del D.Lgs n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di "ELETTRODI MONOUSO PER ECG" occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni – RDO n. 3772174

VERBALE DI GARA del 23.10.2023

In data 23 ottobre 2023 alle ore 10:00, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto indicata, attivata sulla Piattaforma Consip.

Sono presenti:

- Dott.ssa Cinzia Angione – Dirigente S.C. Economato e Provveditorato (RUP)
- Rag. Carla Di Basilio – testimone
- Dott.ssa Pamela Capotondo – testimone

La Dott.ssa Cinzia Angione prende atto degli atti di gara che di seguito si riportano:

- Deliberazione del Direttore Generale n. 669 del 21.09.2023 con il quale è stata indetta, tra l'altro, la gara in oggetto ed è stato approvato il fascicolo di gara;
- RDO n. 3772174 con la quale sono state invitate a formulare offerta tutte le Ditte iscritte al "Mercato Elettronico delle PA" – "Beni" – "Altri Dispositivi Medici" - " Dispositivi medici vari";

Successivamente, si procede all'apertura digitale della documentazione amministrativa pervenuta ed al conseguente esame della documentazione prodotta.

Dal suddetto esame risulta quanto segue:

1. Ditta AMBU s.r.l. P.IVA 11160660152 - documentazione regolare - Ditta ammessa al proseguo della procedura;
2. Ditta 3M ITALIA s.r.l. P.IVA 12971700153- documentazione regolare Ditta ammessa al proseguo della procedura;
3. Ditta CERACARTA SPA P.IVA 00136740404 - documentazione regolare Ditta ammessa al proseguo della procedura;
4. Ditta ID & CO SRL P.IVA 09018810151 - documentazione regolare Ditta ammessa al proseguo della procedura;


5. Ditta FIAB SPA P.IVA 01835220482 documentazione regolare Ditta ammessa al proseguo della procedura;

Da ultimo, il RUP dà atto che le buste contenenti le offerte rimangono chiuse e sigillate nel programma informatico piattaforma Consip (MEPA).

Alle ore 12:00 il RUP dichiara chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.


Dott.ssa Cinzia Angione – Dirigente S.C. Economato e Provveditorato (RUP)


.....

Rag. Carla Di Basilio – testimone


.....

Dott.ssa Capotondo Pamela – testimone


.....

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

OGGETTO Procedura negoziata espletata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. E) del D.Lgs n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di "ELETTRODI MONOUSO PER ECG" occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni – RDO n. 3772174

VERBALE DI GARA del 20.12.2023

In data 20 dicembre 2023, alle ore 11:20, presso uffici amministrativi situati al 1° piano della Palazzina del Centro di Formazione dell'Azienda Ospedaliera S. Maria, sita in Terni, via T. di Joannuccio, in seduta pubblica digitale, la Comm.ne giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n.867 del 05/12/2023, si è riunita per procedere all'apertura delle cartelle contenenti le offerte tecniche presentate sulla piattaforma informatica CONSIP, dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto.

Sono presenti:

- Presidente Dott.ssa Tordini Alessandra- Equipe Medica reparto di Cardiologia
- Componente Dott.ssa Paoluzzi Michela - Infermiera – Servizi cardiologici
- Dott.ssa Cinzia Angione – RUP della procedura, quale soggetto deputato all'espletamento della gara, sostituisce la Dott.ssa Tiberi Monica – Componente - in quanto assente dal servizio; il medesimo coadiuvato dai restanti componenti della Commissione, procederà esclusivamente all'apertura dei plichi contenenti le offerte, ma non alla valutazione, al solo fine di accertarne la rispondenza in ordine ai requisiti del disciplinare e del codice dei contratti.

Il Presidente dichiara aperta la seduta. Si prende atto degli atti di gara che di seguito si riportano:

- Determinazione dirigenziale n. 669/2023 con la quale è stata indetta la gara in oggetto, ed è stata approvata la documentazione di gara;
- Verbale del 23.10.2023 relativo all'espletamento della prima fase di gara, dal quale risulta che, per la procedura di gara riferita alla RDO n. 3772174/2023 "procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", sono pervenute offerte da parte delle seguenti Ditte:
 - AMBU S.R.L. P.IVA 11160660152;
 - 3M ITALIA S.R.L. P.IVA 12971700153;
 - CERACARTA SPA P.IVA 00136740404;
 - ID & CO SRL P.IVA 09018810151;
 - FIAB SPA P.IVA 01835220482


Si procede all'apertura delle cartelle contenenti la documentazione tecnica presentata sulla piattaforma informatica CONSIP dalle Ditte sopra citate ed alla visione della documentazione medesima; la stessa risulta regolare. Il Presidente della Comm.ne Giudicatrice decide di richiedere alla Ditte concorrenti apposita campionatura di prova.

Da ultimo il Presidente prende in custodia la documentazione tecnica e rinvia a data da definire la prossima riunione in seduta riservata.


Alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.


Dott.ssa Tordini Alessandra - Presidente

.....


Dott.ssa Paoluzzi Michela - Componente

.....


Dott.ssa Cinzia Angione - Dirigente S.C. Economato e Provveditorato (RUP)

.....


**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

OGGETTO Procedura negoziata espletata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. E) del D.Lgs n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di "ELETTRODI MONOUSO PER ECG" occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni – RDO n. 3772174

VERBALE DI GARA del 06.02.2024

In data 06 febbraio 2024, alle ore 10:00, presso uffici amministrativi situati al 1° piano della Palazzina del Centro di Formazione dell'Azienda Ospedaliera S. Maria, sita in Terni, via T. di Joannuccio, in seduta pubblica digitale, la Comm.ne giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n.867 del 05/12/2023, si è riunita per procedere all'apertura delle cartelle contenenti le offerte tecniche presentate sulla piattaforma informatica CONSIP, dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto.

Sono presenti:

- Presidente Dott.ssa Tordini Alessandra- Equipe Medica reparto di Cardiologia
- Componente Dott.ssa Paoluzzi Michela - Infermiera – Servizi cardiologici
- Componente Dott.ssa Tiberi Monica – Coordinatrice Infermieristico – Pronto Soccorso

Procede altresì alla verbalizzazione la Dott. ssa Valentini Valentina- Collab. Amm. Pro.le.

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e richiama il verbale della seduta pubblica tenutasi in data 20 Dicembre 2023, dal quale risulta che è pervenuta documentazione tecnica da parte delle Ditte di seguito riportate e dichiara che tutte le Ditte hanno presentato la campionatura di prova richiesta con note pec conservate agli atti.

- AMBU s.r.l. P.IVA 11160660152;
- 3M ITALIA s.r.l. P.IVA 12971700153;
- CERACARTA SPA P.IVA 00136740404;
- ID & CO SRL P.IVA 09018810151;
- FIAB SPA P.IVA 01835220482

La Comm.ne procede alla lettura della documentazione prodotta dalle citate Ditte e all'esame della campionatura; dopodichè tenuto conto di quanto previsto nella lex specialis di gara, attribuisce a ciascuna Ditta e a ciascun criterio, i relativi coefficienti e conseguenti punteggi per le motivazioni riportate nelle allegate schede appositamente predisposte (**Allegato A**).

A conclusione dei lavori, la Commissione dà atto che risulta la situazione di seguito riepilogata:

DITTE PARTECIPANTI LOTTO 1 PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO

- AMBU s.r.l. P.IVA 11160660152	70
- ID & CO SRL P.IVA 09018810151	55
- CERACARTA SPA P.IVA 00136740404	52
- FIAB SPA P.IVA 01835220482	52

DITTE PARTECIPANTI LOTTO 2 PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO

- AMBU s.r.l. P.IVA 11160660152	70
- FIAB SPA P.IVA 01835220482	70
- CERACARTA SPA P.IVA 00136740404	70
- ID & CO SRL P.IVA 09018810151	51
- 3M ITALIA s.r.l. P.IVA 12971700153	48

DITTE PARTECIPANTI LOTTO 3 PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO

- AMBU s.r.l. P.IVA 11160660152	70
- 3M ITALIA s.r.l. P.IVA 12971700153	70
- CERACARTA SPA P.IVA 00136740404	70
- FIAB SPA P.IVA 01835220482	62
- ID & CO SRL P.IVA 09018810151	62

DITTE PARTECIPANTI LOTTO 4 PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO

- CERACARTA SPA P.IVA 00136740404	70
- AMBU s.r.l. P.IVA 11160660152	68
- FIAB SPA P.IVA 01835220482	50
- 3M ITALIA s.r.l. P.IVA 12971700153	42

DITTE PARTECIPANTI LOTTO 5 PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO

- AMBU s.r.l. P.IVA 11160660152	70
- CERACARTA SPA P.IVA 00136740404	60

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e restituisce gli atti di gara alla S.C Direzione Economato e Provveditorato, per i conseguenti adempimenti.


Il Presidente dichiara che la Comm.ne tornerà a riunirsi il giorno 07/02/2024 alle ore 10:00 per procedere all'apertura digitale delle cartelle contenenti la documentazione economica trasmessa dalle citate Ditte.

Letto confermato e sottoscritto.


Dott.ssa Tordini Alessandra - Presidente


.....


Dott.ssa Paoluzzi Michela - Componente


.....

Dott.ssa Tiberi Monica - Componente


.....

Dott.ssa Valentina Valentini – Coll. Amm. Prof.le



.....

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA CERACARTA	MOTIVAZIONE
LOTTO 1 - ELETTRODI MONOUSO PER ECG DI BASE ADULTO PEDIATRICO	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (con buona tenuta anche su cute non preparata) per la funzione a cui è destinato ed anche rimozione atraumatica senza lasciare residui	20	coefficiente (0,6) punti 12	PERDE ADESIVITA' SUL PAZIENTE CON CUTE SUDATA
	B- QUALITA' DEL GEL.SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	25	coefficiente (1) punti 25	
	C- QUALITA' DEL TRACCIATO Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	25	coefficiente (0,6) punti 15	ARTEFATTI DURANTE LA REGISTRAZIONE
PUNTEGGIO TOTALE		70	52	

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA AMBU	MOTIVAZIONE
LOTTO 1 - ELETTRODI MONOUSO PER ECG DI BASE ADULTO PEDIATRICO	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (con buona tenuta anche su cute non preparata) per la funzione a cui è destinato ed anche rimozione atraumatica senza lasciare residui	20	coefficiente (1) punti 20	
	B- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	25	coefficiente (1) punti 25	
	C- QUALITA' DEL TRACCIATO Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	25	coefficiente (1) punti 25	
PUNTEGGIO TOTALE		70	70	

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ID&CO	MOTIVAZIONE
LOTTO 1 - ELETTRODI MONOUSO PER ECG DI BASE ADULTO PEDIATRICO	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (con buona tenuta anche su cute non preparata) per la funzione a cui è destinato ed anche rimozione atraumatica senza lasciare residui	20	coefficiente (1) punti 20	
	B- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	25	coefficiente (0,8) punti 20	LASCIA RESIDUI DI GEL DOPO LA RIMOZIONE
	C- QUALITA' DEL TRACCIATO Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	25	coefficiente (0,6) punti 15	LA QUALITA' DEL TRACCIATO ECG DIVENTA BUONA SOLO DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DI UN'ADEGUATA TEMPERATURA DEL SISTEMA DI DERMO CONDUZIONE (OCCORRE RISCALDARLO)
PUNTEGGIO TOTALE		70	55	





	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA FIAB	MOTIVAZIONE
LOTTO 1 - ELETTRODI MONOUSO PER ECG DI BASE ADULTO PEDIATRICO	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (con buona tenuta anche su cute non preparata) per la funzione a cui è destinato ed anche rimozione atraumatica senza lasciare residui	20	coefficiente (0,6) punti 12	PERDONO ADERENZA SE IL PAZIENTE INIZIA A SUDARE
	B- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	25	coefficiente (1) punti 25	
	C- QUALITA' DEL TRACCIATO Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	25	coefficiente (0,6) punti 15	IL TRACCIATO MIGLIORA SOLO DOPO RAGGIUNGIMENTO DI UN'ADEGUATA TEMPERATURA DEL SISTEMA DI DERMO CONDUZIONE (OCCORRE RISCALDARLO)
PUNTEGGIO TOTALE		70	52	





	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA CERACARTA	MOTIVAZIONE
LOTTO 2 - ELETTRODI DIAGNOSTICI MONITORAGGIO PEDIATRICO E NEONATALE	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (anche se umida) per la funzione a cui è destinato ed anche rimozione atraumatica senza lasciare residui	15	coefficiente (1) punti 15	
	B- DIMENSIONI E RIPOSIZIONABILITA' DELL'ELETTRODO Maggior punteggio se le dimensioni sono ridotte e meglio adattabili al bambino/neonato pur mantenendo la qualità del dispositivo e consentendo un'ottimale posizionamento	15	coefficiente (1) punti 15	
	C- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	15	coefficiente (1) punti 15	
	D- QUALITA' DEL TRACCIATO - Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	20	coefficiente (1) punti 20	
	E - IPOALLERGENITA' - Maggior punteggio a caratteristiche di ipoallergenità che diminuiscono drasticamente le reazioni cutanee	5	coefficiente (1) punti 5	
PUNTEGGIO TOTALE		70	70	




	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA3M ITALIA	MOTIVAZIONE
LOTTO 2 - ELETTRODI DIAGNOSTICI MONITORAGGIO PEDIATRICO E NEONATALE	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (anche se umida) per la funzione a cui è destinato ed anche rimozione atraumatica senza lasciare residui	15	coefficiente (0,6) punti 9	COLLANTE POCO EFFICIENTE
	B- DIMENSIONI E RIPOSIZIONABILITA' DELL'ELETTRODO Maggior punteggio se le dimensioni sono ridotte e meglio adattabili al bambino/neonato pur mantenendo la qualità del dispositivo e consentendo un'ottimale posizionamento	15	coefficiente (1) punti 15	
	C- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	15	coefficiente (0,6) punti 9	GEL POCO IDRATATO
	D- QUALITA' DEL TRACCIATO - Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	20	coefficiente (0,6) punti 12	PRESENTA ARTEFATTI
	E - IPOALLERGENITA' - Maggior punteggio a caratteristiche di ipoallergenicità che diminuiscano drasticamente le reazioni cutanee	5	coefficiente (0,6) punti 3	CUTE ARROSSATA ALLA RIMOZIONE
PUNTEGGIO TOTALE		70	48	


	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA AMBU	MOTIVAZIONE
LOTTO 2 - ELETTRODI DIAGNOSTICI MONITORAGGIO PEDIATRICO E NEONATALE	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (anche se umida) per la funzione a cui è destinato ed anche rimozione atraumatica senza lasciare residui	15	coefficiente (1) punti 15	
	B- DIMENSIONI E RIPOSIZIONABILITA' DELL'ELETTRODO Maggior punteggio se le dimensioni sono ridotte e meglio adattabili al bambino/neonato pur mantenendo la qualità del dispositivo e consentendo un'ottimale posizionamento	15	coefficiente (1) punti 15	
	C- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	15	coefficiente (1) punti 15	
	D- QUALITA' DEL TRACCIATO - Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	20	coefficiente (1) punti 20	
	E - IPOALLERGENITA' - Maggior punteggio a caratteristiche di ipoallergenicità che diminuiscono drasticamente le reazioni cutanee	5	coefficiente (1) punti 5	
PUNTEGGIO TOTALE		70	70	



	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA FIAB	MOTIVAZIONE
LOTTO 2 - ELETTRODI DIAGNOSTICI MONITORAGGIO PEDIATRICO E NEONATALE	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (anche se umida) per la funzione a cui è destinato ed anche rimozione atraumatica senza lasciare residui	15	coefficiente (1) punti 15	
	B- DIMENSIONI E RIPOSIZIONABILITA' DELL'ELETTRODO Maggior punteggio se le dimensioni sono ridotte e meglio adattabili al bambino/neonato pur mantenendo la qualità del dispositivo e consentendo un'ottimale posizionamento	15	coefficiente (1) punti 15	
	C- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	15	coefficiente (1) punti 15	
	D- QUALITA' DEL TRACCIATO - Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	20	coefficiente (1) punti 20	
	E - IPOALLERGENITA' - Maggior punteggio a caratteristiche di ipoallergenicità che diminuiscono drasticamente le reazioni cutanee	5	coefficiente (1) punti 5	
PUNTEGGIO TOTALE		70	70	




	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ID&CO	MOTIVAZIONE
LOTTO 2 - ELETTRODI DIAGNOSTICI MONITORAGGIO PEDIATRICO E NEONATALE	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (anche se umida) per la funzione a cui è destinato ed anche rimozione atraumatica senza lasciare residui	15	coefficiente (0,6) punti 9	DIFFICOLTA' ALLA RIMOZIONE
	B- DIMENSIONI E RIPOSIZIONABILITA' DELL'ELETTRODO Maggior punteggio se le dimensioni sono ridotte e meglio adattabili al bambino/neonato pur mantenendo la qualità del dispositivo e consentendo un'ottimale posizionamento	15	coefficiente (0,8) punti 12	ECCELLENTE LA DIMENSIONE MA DIFFICOLTA' A RIPOSIZIONAMENTO DELL'ELETTRODO PERCHE' ECCESSIVA L'ADESIVITA'
	C- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	15	coefficiente (1) punti 15	
	D- QUALITA' DEL TRACCIATO - Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	20	coefficiente (0,6) punti 12	ARTEFATTI DI REGISTRAZIONE
	E - IPOALLERGENITA' - Maggior punteggio a caratteristiche di ipoallergenicità che diminuiscano drasticamente le reazioni cutanee	5	coefficiente (0,6) punti 3	ARROSSAMENTO DELLA CUTE
PUNTEGGIO TOTALE		70	51	



	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ID&CO	MOTIVAZIONE
LOTTO 3 ELETTRODI DIAGNOSTICI PER PROVE DA SFORZO	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (anche se umida)	20	coefficiente (1) punti 20	
	B- RESISTENZA ALLE TRAZIONI che possono avvenire quando il paziente è sotto sforzo	10	coefficiente (1) punti 10	
	C- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	20	coefficiente (1) punti 20	
	D- QUALITA' DEL TRACCIATO Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	20	coefficiente (0,6) punti 12	ARTEFATTI DI REGISTRAZIONE
PUNTEGGIO TOTALE		70	62	



	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA FIAB	MOTIVAZIONE
LOTTO 3 ELETTRODI DIAGNOSTICI PER PROVE DA SFORZO	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (anche se umida)	20	coefficiente (1) punti 20	
	B- RESISTENZA ALLE TRAZIONI che possono avvenire quando il paziente è sotto sforzo	10	coefficiente (1) punti 10	
	C- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	20	coefficiente (1) punti 20	
	D- QUALITA' DEL TRACCIATO Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	20	coefficiente (0,6) punti 12	ARTEFATTI DI REGISTRAZIONE
PUNTEGGIO TOTALE		70	62	



	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA CERACARTA	MOTIVAZIONE
LOTTO 3 ELETTRODI DIAGNOSTICI PER PROVE DA SFORZO	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (anche se umida)	20	coefficiente (1) punti 20	
	B- RESISTENZA ALLE TRAZIONI che possono avvenire quando il paziente è sotto sforzo	10	coefficiente (1) punti 10	
	C- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	20	coefficiente (1) punti 20	
	D- QUALITA' DEL TRACCIATO Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	20	coefficiente (1) punti 20	
PUNTEGGIO TOTALE		70	70	

Deer


ALP

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA 3M ITALIA	MOTIVAZIONE
LOTTO 3 ELETTRODI DIAGNOSTICI PER PROVE DA SFORZO	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (anche se umida)	20	coefficiente (1) punti 20	
	B- RESISTENZA ALLE TRAZIONI che possono avvenire quando il paziente è sotto sforzo	10	coefficiente (1) punti 10	
	C- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	20	coefficiente (1) punti 20	
	D- QUALITA' DEL TRACCIATO Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	20	coefficiente (1) punti 20	
PUNTEGGIO TOTALE		70	70	



	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA AMBU	MOTIVAZIONE
LOTTO 3 ELETTRODI DIAGNOSTICI PER PROVE DA SFORZO	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (anche se umida)	20	coefficiente (1) punti 20	
	B- RESISTENZA ALLE TRAZIONI che possono avvenire quando il paziente è sotto sforzo	10	coefficiente (1) punti 10	
	C- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	20	coefficiente (1) punti 20	
	D- QUALITA' DEL TRACCIATO Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	20	coefficiente (1) punti 20	
PUNTEGGIO TOTALE		70	70	

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA 3 MITALIA	MOTIVAZIONE
<p align="center">LOTTO 4 ELETTRODI DIAGNOSTICI MONITORAGGIO A LUNGO TERMINE HOLTER</p>	<p>A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (anche se umida) e di lunga durata</p>	20	coefficiente (0,6) punti 12	NON ADEGUATA PER UNA REGISTRAZIONE PROLUNGATA (ANCHE 24 ORE)
	<p>B- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggiore punteggio per efficienza di più lunga durata, costante per tutta la registrazione del tracciato</p>	20	coefficiente (0,6) punti 12	GEL POCO IDRADATO
	<p>C - IPOALLERGENITA' - Maggiore punteggio a caratteristiche di ipoallergenicità che diminuiscono drasticamente le reazioni cutanee</p>	5	coefficiente (0,6) punti 3	ARROSSAMENTO DELLA CUTE DOPO RIMOZIONE DELL'ELETTRODO
	<p>D- QUALITA' DEL TRACCIATO - Maggiore punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile</p>	25	coefficiente (0,6) punti 15	ARTEFATTI DI REGISTRAZIONE
<p align="center">PUNTEGGIO TOTALE</p>		70	42	




	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA AMBU	MOTIVAZIONE
<p style="text-align: center;">LOTTO 4 ELETTRODI DIAGNOSTICI MONITORAGGIO A LUNGO TERMINE HOLTER</p>	<p>A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (anche se umida) e di lunga durata</p>	20	coefficiente (1) punti 20	
	<p>B- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggiore punteggio per efficienza di più lunga durata, costante per tutta la registrazione del tracciato</p>	20	coefficiente (1) punti 20	
	<p>C - IPOALLERGENITA' - Maggiore punteggio a caratteristiche di ipoallergenicità che diminuiscono drasticamente le reazioni cutanee</p>	5	coefficiente (0,6) punti 3	ARROSSAMENTO DELLA CUTI RIMOZIONE
	<p>D- QUALITA' DEL TRACCIATO - Maggiore punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile</p>	25	coefficiente (1) punti 25	
PUNTEGGIO TOTALE		70	68	



	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA CERACARTA	MOTIVAZIONE
LOTTO 4 ELETTRODI DIAGNOSTICI MONITORAGGIO A LUNGO TERMINE HOLTER	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (anche se umida) e di lunga durata	20	coefficiente (1) punti 20	
	B- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggiore punteggio per efficienza di più lunga durata, costante per tutta la registrazione del tracciato	20	coefficiente (1) punti 20	
	C - IPOALLERGENITA' - Maggiore punteggio a caratteristiche di ipoallergenicità che diminuiscono drasticamente le reazioni cutanee	5	coefficiente (1) punti 5	
	D- QUALITA' DEL TRACCIATO - Maggiore punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	25	coefficiente (1) punti 25	
PUNTEGGIO TOTALE		70	70	

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA FIAB	MOTIVAZIONE
LOTTO 4 ELETTRODI DIAGNOSTICI MONITORAGGIO A LUNGO TERMINE HOLTER	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (anche se umida) e di lunga durata	20	coefficiente (0,6) punti 12	PERDE ADESIVITA' SUL PAZIENTE CON SUDORAZIONE
	B- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggiore punteggio per efficienza di più lunga durata, costante per tutta la registrazione del tracciato	20	coefficiente (1) punti 20	
	C - IPOALLERGENITA' - Maggiore punteggio a caratteristiche di ipoallergenicità che diminuiscano drasticamente le reazioni cutanee	5	coefficiente (0,6) punti 3	ARROSSAMENTO DELLA CUTE ALLA RIMOZIONE
	D- QUALITA' DEL TRACCIATO - Maggiore punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	25	coefficiente (0,6) punti 15	NON ADEGUATO MOLTI ARTEFATTI
PUNTEGGIO TOTALE		70	50	

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA AMBU	MOTIVAZIONE
LOTTO 5 ELETTRODI ECG COMPATIBILI PER MONITORAGGIO TAC (pre TAVI) RADIOTRASPARENTI	A - ADESIVITA' Maggiore punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (con buona tenuta anche su cute non preparata) per la funzione a cui è destinato ed anche rimozione atraumatica senza lasciare residui	20	coefficiente (1) punti 20	
	B- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggiore punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	25	coefficiente (1) punti 25	
	C- QUALITA' DEL TRACCIATO Maggiore punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	25	coefficiente (1) punti 25	
PUNTEGGIO TOTALE		70	70	




	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA CERACARTA	MOTIVAZIONE
LOTTO 5 ELETTRODI ECG COMPATIBILI PER MONITORAGGIO TAC (pre TAVI) RADIOTRASPARENTI	A - ADESIVITA' Maggior punteggio all'adesivo più performante che consenta un'adesione ottimale alla cute del paziente (con buona tenuta anche su cute non preparata) per la funzione a cui è destinato ed anche rimozione atraumatica senza lasciare residui	20	coefficiente (1) punti 20	
	B- QUALITA' DEL GEL SOLIDO Maggior punteggio se il gel solido è più spesso e garantirà una più ampia superficie di contatto sulla cute durante i movimenti dei pazienti	25	coefficiente (1) punti 25	
	C- QUALITA' DEL TRACCIATO Maggior punteggio quando il tracciato è senza artefatti, leggibile ed interpretabile	25	coefficiente (0.6) punti 15	ARTEFATTI DI REGISTRAZIONE
PUNTEGGIO TOTALE		70	60	



OGGETTO Procedura negoziata espletata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. E) del D.Lgs n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di "ELETTRODI MONOUSO PER ECG" occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni – RDO n. 3772174

VERBALE DI GARA DEL 07 FEBBRAIO 2024

In data 07 febbraio 2024 ore 12:30 presso una sala dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 0000730 del 19/10/2023 per procedere all'apertura delle cartelle contenenti le offerte economiche di cui alla gara in oggetto:

Sono presenti:

- Presidente Dott.ssa Tordini Alessandra- Equipe Medica reparto di Cardiologia
- Componente Dott.ssa Paoluzzi Michela - Infermiera – Servizi cardiologici
- Componente Dott.ssa Tiberi Monica – Coordinatrice Infermieristico – Pronto Soccorso

Procede altresì alla verbalizzazione la Dott.ssa Valentini Valentina- Collab. Amm. Pro.le

Il Presidente, constatata la presenza dei suddetti componenti e del segretario, dichiara aperta la seduta.

Si procede all'inserimento nel sistema informatico MEPA, dei punteggi qualitativi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice alle Ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto per il lotto n. 2; di seguito vengono riportati i punteggi.

Si dà atto che non risulta possibile l'inserimento in piattaforma MEPA del lotto n.1 a causa di un malfunzionamento del suddetto sistema informatico, ma vengono comunque riportati di seguito i relativi punteggi tecnici conseguiti.

DITTE PARTECIPANTI LOTTO 1 PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO

- AMBU P.IVA 11160660152	70
- ID & CO SRL P.IVA 09018810151	55
- CERACARTA SPA P.IVA 00136740404	52
- FIAB SPA P.IVA 01835220482	52

DITTE PARTECIPANTI LOTTO 2 PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO

- AMBU P.IVA 11160660152	70
- FIAB SPA P.IVA 01835220482	70
- CERACARTA SPA P.IVA 00136740404	70
- ID & CO SRL P.IVA 09018810151	51
- 3M ITALIA s.r.l. P.IVA 12971700153	48

Dopo di che, si procede all'apertura della cartella contenente le offerte economiche delle citate Ditte relativamente ai lotti n.1 e 2 e a causa di un sopraggiunto impegno di un membro della Comm.ne, il Presidente rimanda alla data del 12 Febbraio 2024 l'apertura delle cartelle contenenti le offerte presentate per i restanti lotti.

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Tordini Alessandra - Presidente




.....

Dott.ssa Paoluzzi Michela - Componente




.....

Dott.ssa Tiberi Monica - Componente



.....

Dott.ssa Valentini Valentina – Coll. Amm. Prof.le



.....

OGGETTO Procedura negoziata espletata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. E) del D.Lgs n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di "ELETTRODI MONOUSO PER ECG" occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni – RDO n. 3772174

VERBALE DI GARA DEL 12 FEBBRAIO 2024

In data 12 febbraio 2024 ore 12:00 presso una sala dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 0000730 del 19/10/2023 per procedere all'apertura delle cartelle contenenti le offerte economiche di cui alla gara in oggetto:

Sono presenti:

- Presidente Dott.ssa Tordini Alessandra- Equipe Medica reparto di Cardiologia
- Componente Dott.ssa Paoluzzi Michela - Infermiera – Servizi cardiologici
- Componente Dott.ssa Tiberi Monica – Coordinatrice Infermieristico – Pronto Soccorso

Procede altresì alla verbalizzazione la Dott.ssa Valentini Valentina- Collab. Amm. Pro.le

Il Presidente, constatata la presenza dei suddetti componenti e del segretario, dichiara aperta la seduta.

Si procede all'inserimento nel sistema informatico MEPA dei punteggi qualitativi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice alle Ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto per i lotti n. 3-4-5; si riepilogano i punteggi di tutti i lotti :

DITTE PARTECIPANTI LOTTO 1 PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO

- AMBU P.IVA 11160660152	70
- ID & CO SRL P.IVA 09018810151	55
- CERACARTA SPA P.IVA 00136740404	52
- FIAB SPA P.IVA 01835220482	52

DITTE PARTECIPANTI LOTTO 2 PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO

- AMBU P.IVA 11160660152	70
- FIAB SPA P.IVA 01835220482	70
- CERACARTA SPA P.IVA 00136740404	70
- ID & CO SRL P.IVA 09018810151	51
- 3M ITALIA s.r.l. P.IVA 12971700153	48

DITTE PARTECIPANTI LOTTO 3 PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO

- AMBU s.r.l. P.IVA 11160660152	70
- 3M ITALIA s.r.l. P.IVA 12971700153	70
- CERACARTA SPA P.IVA 00136740404	70
- FIAB SPA P.IVA 01835220482	62
- ID & CO SRL P.IVA 09018810151	62

DITTE PARTECIPANTI LOTTO 4 PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO

- CERACARTA SPA P.IVA 00136740404	70
- AMBU s.r.l. P.IVA 11160660152	68
- FIAB SPA P.IVA 01835220482	50
- 3M ITALIA s.r.l. P.IVA 12971700153	42

DITTE PARTECIPANTI LOTTO 5 PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO

- AMBU s.r.l. P.IVA 11160660152	70
- CERACARTA SPA P.IVA 00136740404	60

Procede altresì all'apertura delle cartelle contenenti le offerte economiche presentate dalle suddette ditte per i lotti n.3-4-5.

La quotazione economica e il conseguente punteggio prezzo e punteggio totale di tutti i lotti n. 1-2-3-4-5 (determinati tenuto conto di quanto previsto nella lex specialis di gara) viene riportato nella seguente tabella:

LOTTO 1

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTO ANNUALE DELL'OFFERTA	% DI SCONTO APPLICATA
AMBU	70	17,75	87,75	64.000 €	8,5714%
ID & CO SRL	55	28,18	83,18	42.000 €	40,00%
FIAB SPA	52	30	82	35.500 €	49,2857%
CERACARTA SPA	52	26,25	78,25	47.900 €	31,5714%

LOTTO 2

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTO ANNUALE DELL'OFFERTA	% DI SCONTO APPLICATA
CERACARTA SPA	70	30	100	4.120 €	41,1428%
FIAB SPA	70	27,67	97,67	4.800 €	31,42857 %
AMBU SRL	70	23,07	93,07	5.800 €	17,1428%
ID & CO SRL	51	24,77	75,77	5.480 €	21,7142%
3M ITALIA SRL	48	13,48	61,48	6.800 €	2,8571 %

LOTTO 3

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTO ANNUALE DELL'OFFERTA	% DI SCONTO APPLICATA
3M ITALIA SRL	70	30	100	15.000 €	42,8571%
AMBU SRL	70	27,80	97,80	17.520 €	33,257%
CERACARTA SPA	70	27,48	97,48	17.850 €	32,00 %
ID & CO SRL	62	29,88	91,88	15.150 €	42,2857 %
FIAB SPA	62	28,06	90,06	17.250 €	34,2857%

LOTTO 4

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTO ANNUALE DELL'OFFERTA	% DI SCONTO APPLICATA
CERACARTA SPA	70	30	100	11.900 €	32%
AMBU SRL	68	16,08	84,08	16.800 €	4%
FIAB SPA	50	29,84	79,84	12.000 €	31,4286%
3M ITALIA SRL	42	8,97	50,97	17.400 €	0,5714%

LOTTO 5

DITTA	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTO ANNUALE DELL'OFFERTA	% DI SCONTO APPLICATA
AMBU SRL	70	30	100	855 €	45,7143%
CERACARTA SPA	60	25,71	85,41	1.161,00	26,2857%


La Commissione dà atto che, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023 ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del Capitolato, le offerte presentate dalle Ditte di seguito riportate e per i lotti a fianco di ciascuna riportate, superano i 4/5 del punteggio previsto nel bando di gara; conseguentemente si procederà alla valutazione di sostenibilità dell'offerta presentata.

Lotto 1- Ambu s.r.l. - importo annuale fornitura € 64.000,00
Lotto 2 – Ceracarta s.p.a.- importo annuale fornitura € 4.120
Lotto 3 – 3 m italia s.r.l. – importo annuale fornitura € 15.000
Lotto 4 – Ceracarta s.p.a.- importo annuale fornitura € 11.900
Lotto 5 –Ambu- importo fornitura annuale € 855,00

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.


Letto confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Tordini Alessandra - Presidente



.....

Dott.ssa Paoluzzi Michela - Componente




.....

Dott.ssa Tiberi Monica - Componente



.....

Dott.ssa Valentini Valentina – Coll. Amm. Prof.le



.....

977A
ALL 6

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE		Area compilata dal FORNITORE													
Riga	Meleprodotto MEPA	Richiesto	base d'asta	Clà richieste annue	Unità di misura	Clà richieste annue	base d'asta	Richiesto	Marca	Codice Articolo prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alle UDM indicate	Prezzo Totale	Confezionamenti o offerto	Note
	LOTTO N. 1 ELETTRODI MONOUSO PER ECG DI BASE ADULTO PEDIATRICO	Connettore decentrato a clips con gel liquido ad elevata conduttività, radiotrasparente- monouso in confezione multipla		1.000.000	pz	1.000.000			AMBU	WS-00-S/RT/50	Elettrodi monouso Ambu White Sensor	0,064	€ 64.000,00	scatola da n. 7200 pezzi	ribasso sulla base d'asta: 8,57%
			Importo annuo totale a base d'asta	€ 70.000.000								Importo Totale della fornitura	€ 64.000,00		

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE		Area compilata dal FORNITORE											
Riga	Meleprodotto MEPA	Meleprodotto	Unità di misura	Qta richieste annue	base d'asta	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Contenzionamento offerto	Note
		<p>Comettore a clips decentrato con gel liquido ad elevata conduttività, retro in foam - sensore in Ag/AgCl - Biocompatibile, latex free, ipoallergenico- monouso in confezione multipla</p> <p>LOTTO N. 2 ELETTRODI DIAGNOSTICI MONITORAGGIO PEDIATRICO E NEONATALE</p>	pz	40.000			CERACARTA	20680	<p>ELETTRODI MONOUSO DIAGNOSTICI PER MONITORAGGIO ECG PEDIATRICO E NEONATALE. A GEL LIQUIDO, SUPPORTO IN FOAM, MM.42X27MM., MOD. "TOP TRACE 4227 OFF" CODICE 20680</p>	€ 0,1030	€ 4.120,00	BUSTA DA 30 PEZZI IN BLISTER DA 3	Percentuale di ribasso rispetto all'importo annuo totale a base d'asta: 41,142% (quantitativo/quantitativo)
					Importo annuo totale a base d'asta	€ 7.000,000				Importo Totale della fornitura	€ 4.120,00		

Costi per la sicurezza (già compresi nel prezzo offerto): € 32,96

CERCOCORIO s.p.a.
Il Presidente
Alessandro Bandini



Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE									
Riga	Meiaprodoto MEPA	Unità di misura	Q.tà richieste annue	base d'asta	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Confezionamento offerto	Note
	LOTTO N. 3 ELETTRODI DIAGNOSTICI PER PROVE DA SFORZO	pz	150.000	0,175		3M	2244	3M™ Elettrodo per Monitoraggio in Foam 2244	€ 0,10 (eurozerovirgoladi ec)	€ 15.000,00 (euroquindicimila)	1 scatola da 1000 pezzi	ribasso applicato del 42,84 % (quarantaduevirgoladi annaquattro) circa
			Importo annuo totale a base d'asta	€ 26.250,000				Importo Totale della fornitura	€ 15.000,00	(euroquindicimila)		

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE		Area compilata dal FORNITORE							Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			
Riga	Meleprodotto MEPA	Unità di misura	Qtà richieste annue	base d'asta	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale offerto	Confezionamento offerto	Note
	<p>Connettore a clips decentrato con gel liquido ad elevata conduttività, area di misurazione circa 70 mm, retro in materiale microporoso a basso profilo - nonouso in confezione multipla</p> <p>LOTTO N. 4 ELETTRODI DIAGNOSTICI MONITORAGGIO A LUNGO TERMINE HOLTER</p>	pz	100.000			CERAGARTA	19183	<p>ELETTRODI MONOUSO DIAGNOSTICI PER MONITORAGGIO ECG A LUNGO TERMINE HOLTER, GEL LIQUIDO, SUPPORTO IN FCM, 96x25x38mm., MOD. TOP TRACE NM 5235 OFLOFF™, CODICE 19183</p>	€ 0,1190	€ 11.900,00	BUSTA DA 30 IN BLISTER DA 3	Percentuale di ribasso rispetto all'importo annuo totale a base d'asta: 32% (trentadueperce nto)
		Importo annuo totale a base d'asta			€ 17.500.000			Importo Totale della fornitura		€ 11.900,00		

Costi per la sicurezza (già compresi nel prezzo offerto): € 95,20

CERCORTO s.p.a.

Il Presidente
Alessandro Blandini



Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

Area compilata dal FORNITORE

Riga	Metaprodotto MEPA	Unità di misura	Q.tà richieste annue	base d'asta	Richiesto campion e	Marca	Codice Articolo prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Confezionament o offerto	Note	
	<p>LOTTO N. 5 ELETTRODI ECG COMPATIBILI PER MONITORAGGIO TAC (pre TAVI) RADIOTRASPARENTI</p>	pz	9.000				AMBU	4500M	Elettrodo monouso Ambu White Sensor	0,095 €	855,00 €	scatole da n. 3000 pezzi	ribasso su base d'asta: 45,71%
<p>Completore a clips decentrato con gel liquido ad elevata conduttività, area di misurazione circa 50 mm, retro in foam - monouso in confezione multipla</p>										<p>Importo annuo totale a base d'asta € 1.575.000</p>			
										<p>Importo Totale della fornitura € 855,00</p>			